

Labfors 5

Bioréacteur de paillasse - version pour microorganismes



INFORS HT
Headoffice, Switzerland

Rittergasse 27
CH-4103 Bottmingen
T +41 (0)61 425 77 00
F +41 (0)61 425 77 01
info@infors-ht.com
service@infors-ht.com

INFORS HT, Germany
Dachauer Str. 6
D-85254 Einsbach
T +49 (0)8135 8333
F +49 (0)8135 8320
infors.de@infors-ht.com

INFORS HT, UK
The Courtyard Business Centre
Dovers Farm, Lonesome Lane,
Reigate
Surrey, RH2 7QT, UK
T +44 (0)1737 22 31 00
F +44 (0)1737 24 72 13
infors.uk@infors-ht.com

INFORS HT, France
2, rue du Buisson aux Fraises
Bâtiment D13
F-91300 Massy
T +33 (0)1 69 30 95 04
F +33 (0)1 69 30 95 05
infors.fr@infors-ht.com

INFORS HT, Benelux
Markweg 9-A, NL-6883 JL
Velp (GLD)
P.O. Box 125, NL-6880 AC
Velp (GLD)
T +31 (0)26 369 31 00
F +31 (0)26 369 31 09
infors.bnl@infors-ht.com

INFORS HT, USA
9070 Junction Drive, Suite D
Annapolis Junction, MD20701
T +1 301 362 3710 /
T +1 855 520 7277 (toll-free USA)
F +1 301 362 3570
infors.usa@infors-ht.com

INFORS HT, Canada
8350 rue Bombardier
Anjou, Quebec
Canada H1J 1A6
T +1 514 352 5095
F +1 514 352 5610
infors.ca@infors-ht.com

INFORS HT, China
Room 503, C Hall,
M8 Office Building
No. 1 Jiuxianqiao East Road
Chaoyang District, Beijing
China 100015
T +86 10 51652068
F +86 10 64390585
info@infors-ht.com.cn

INFORS HT Southeast Asia
16, 1st Floor, Taman City
MY-51200 Kuala Lumpur
Malaysia
T +603 625 771 81
F +603 625 067 48
info@infors-ht.com.my

INFORS HT, South America
Rua Dr. Alceu de Campos
Conjunto 205
CEP: 04544-000
São Paulo – SP
Brasil
T +55 (11) 95304-0201
F +55 (11) 98585-5334
Infors.br@infors-ht.com

**Consultez les adresses de nos revendeurs à l'international
directement sur notre site internet.**

www.infors-ht.com



Recherche, développement et production en Suisse

1	Généralités.....	8
1.1	Informations concernant ces instructions	8
1.2	Explication de représentations particulières	9
1.2.1	Messages d'avertissement.....	9
1.2.2	Autres remarques	9
1.3	Identification de l'appareil (plaque signalétique standard).....	10
1.4	Déclaration de conformité.....	10
1.5	Service après-vente et prestations	10
2	Sécurité et responsabilité	11
2.1	Utilisation conforme, utilisation non conforme et utilisation abusive	11
2.2	Personnel qualifié	12
2.2.1	Exploitant.....	12
2.2.2	Utilisateur.....	12
2.2.3	Opérateur	13
2.3	Personnes non autorisées	14
2.4	Responsabilité de l'exploitant	14
2.5	Dangers généraux	15
2.5.1	Courant électrique	15
2.5.2	Pièces de rechange et accessoires non autorisées	15
2.6	Dangers particuliers	15
2.6.1	Surfaces chaudes.....	16
2.6.2	Gaz dangereux.....	16
2.6.3	Substances inflammables ou explosives	16
2.6.4	Substances caustiques ou toxiques	17
2.6.5	Substances bioactives ou organismes pathogènes.....	17
2.6.6	Surpression ou sous-pression.....	17
2.7	Symboles d'avertissement sur l'appareil	17
2.8	Déclaration de décontamination	18
3	Construction et fonction	19
3.1	Appareil de base	19
3.1.1	Interrupteur d'alimentation.....	20
3.1.2	Pompes	21
3.1.3	Plaque signalétique	22
3.1.4	Raccordement secteur et fusibles de l'appareil	22
3.1.5	Raccordements d'eau	22
3.1.6	Raccordements de gaz	23

Sommaire

3.1.7	Raccordements aux signaux de données	24
3.1.8	Raccordements pour cuves	25
3.1.9	Raccordement d'injection de gaz (diffuseur)	25
3.1.10	Raccordements des sondes (Câbles des sondes)	26
3.1.11	Raccordements du condenseur de gaz de sortie et vanne pour débit d'eau	26
3.2	Console de commande	27
3.3	Cuve de culture	28
3.3.1	Couvercle	29
3.3.2	Ports du couvercle de la cuve et configuration	29
3.3.3	Couvercle de cuve DN 115	30
3.3.4	Couvercle de cuve DN 150	31
3.3.5	Couvercle de cuve DN 200	32
3.4	Système de régulation thermique	33
3.5	Système d'agitation	33
3.6	Système d'injection de gaz	35
3.7	Gaz de sortie	36
3.8	Régulation du pH	37
3.9	Régulation du pO ₂	38
3.10	Régulation antimousse	40
4	Options	41
4.1	Pompe(s)	41
4.2	Balances	41
4.3	Servomoteur (High Torque)	42
4.4	Détection de niveau (« Level »)	44
4.5	Analyse des gaz de sortie	45
4.5.1	Systèmes de mesure (capteurs de gaz)	45
4.5.2	Raccorder les capteurs de gaz	45
4.5.3	Étalonner	46
4.5.4	Remplacer une cartouche de capteur de gaz BlueVary	47
4.6	Multiplexer (module de commutation des gaz)	47
4.7	Mesure de la turbidité	47
4.7.1	Étalonner la sonde / le capteur	49
4.7.2	Monter la sonde / le capteur	50
4.7.3	Anomalies mesure de la turbidité	51
4.8	Mesure de permittivité	52
4.9	Mesure redox	52
4.10	Mesure conductivité	53
4.11	Régulation de pression	54
4.12	Unité LabCIP, CIP/SIP	57

5	Accessoires	58
5.1	Bac de support et rétention.....	59
5.2	Support de flacons de réactif et de pompes	59
5.3	Système de prélèvement d'échantillons Super Safe Sampler.....	61
5.4	Diffuseurs de gaz (Sparger).....	64
5.5	Turbines	65
5.6	Doigt de gant pour sonde température (Pt100)	66
5.7	Chicanes	66
5.8	Écrous de blocage	67
5.9	Bouchons	68
5.10	Inserts d'ajout.....	69
5.11	Aiguilles d'inoculation	70
5.12	Bagues porte septum.....	73
5.13	Tubes plongeants	74
5.14	Manchons de blocage.....	75
5.15	Porte-sonde	77
5.16	Adaptateur fileté.....	77
5.17	Adaptateur	77
5.18	Condenseur de gaz de sortie.....	78
5.19	Flacons de réactif	80
5.20	Sonde antimousse	82
5.21	Têtes de pompe	83
5.22	Filtres stériles.....	83
5.23	Joints toriques et joints	85
5.24	Tuyaux et accessoires pour tuyaux	86
5.25	Outils et accessoires de perforation	87
6	Transport et stockage	88
6.1	Transport.....	88
6.2	Stockage	89
7	Installation et mise en service	90
7.1	Exigences générales concernant le lieu d'installation .	90
7.2	Distances de sécurité	91
7.3	Alimentation électrique	91
7.4	Alimentation et évacuation en eau	91
7.5	Alimentation en gaz	92
7.6	Gaz de sortie.....	93
7.7	Essai	93
7.7.1	Préparation de l'essai.....	94
7.7.2	Remplir le circuit d'eau	96
7.7.3	Agitation.....	97

Sommaire

7.7.4	Régler le chauffage et la température	97
7.7.5	Injecter du gaz	98
7.7.6	Fin de l'essai.....	98
8	Avant la culture	100
8.1	Préparer et autoclaver la cuve de culture	100
8.1.1	Monter la cuve en verre dans son support .	100
8.1.2	Contrôler les joints (toriques).....	104
8.1.3	Monter les turbines	105
8.1.4	Monter les tubes plongeants et les diffuseurs de gaz	106
8.1.5	Monter les chicanes.....	107
8.1.6	Remplir/humidifier la cuve de culture	108
8.1.7	Monter le couvercle	109
8.1.8	Monter un adaptateur fileté.....	110
8.1.9	Monter les bouchons	110
8.1.10	Monter des inserts d'ajout	112
8.1.11	Monter le doigt de gant pour la sonde température (Pt100)	112
8.1.12	Préparer une aiguille d'inoculation	113
8.1.13	Préparer le tube plongeant / l'insert d'ajout pour l'inoculation	113
8.1.14	Équiper un port d'une bague porte septum et d'un septum pour l'inoculation	114
8.1.15	Monter le condenseur de gaz de sortie	115
8.1.16	Vérifier la lubrification du joint mécanique d'étanchéité	117
8.1.17	Préparer les sondes	118
8.1.17.1	Étalonner la sonde pH.....	119
8.1.17.2	Monter une sonde dans un port de 12 mm	119
8.1.17.3	Monter une sonde avec un porte-sonde.....	120
8.1.17.4	Monter la sonde antimousse	122
8.1.18	Préparer le système de prélèvement d'échantillons Super Safe Sampler	125
8.1.19	Monter le tuyau du diffuseur de gaz et le filtre d'entrée d'air	127
8.1.20	Préparer la conduite en tuyau d'injection de gaz à l'appareil de base.....	127
8.1.21	Étalonner les pompes	128
8.1.22	Préparer les flacons de réactif, les pompes et les tuyaux.....	128
8.1.23	Connecteurs de tuyaux stériles	131
8.1.24	Démonter les têtes des pompes.....	132

Sommaire

8.1.25	Liste de contrôle avant l'autoclavage	133
8.1.26	Autoclaver.....	134
8.2	Raccorder la cuve de culture et préparer la culture...	136
8.2.1	Raccorder la cuve de culture.....	136
8.2.2	Monter les têtes des pompes	137
8.2.3	Remplir les tuyaux de réactif	137
8.2.4	Raccorder la conduite d'injection de gaz ...	139
8.2.5	Raccorder le condenseur de gaz de sortie	139
8.2.6	Accoupler le moteur	141
8.2.7	Remplir la cuve de culture	141
8.2.8	Introduire la sonde température (Pt100) dans le doigt de gant.....	142
8.2.9	Raccorder la sonde antimousse.....	142
8.2.10	Raccorder la sonde pH.....	143
8.2.11	Raccorder la sonde pO ₂	144
8.2.12	Sonde pO ₂ (analogique, polarographique), polarisation	145
8.2.13	Étalonner la sonde pO ₂	145
8.2.14	Vérifier les tuyaux et les connecteurs de tuyaux	145
9	Culture.....	146
9.1	Préparer le milieu de culture	146
9.2	Prélèvement.....	147
9.3	Inoculation.....	151
9.3.1	Inoculation à l'aide d'une aiguille d'inoculation	152
9.3.2	Inoculation avec une seringue	152
9.3.3	Inoculation par tube plongeant / insert d'ajout	153
9.4	Récolte.....	153
9.5	Vider la cuve de culture	154
9.6	Vider les tuyaux de réactif	154
9.7	Mettre l'appareil hors tension.....	155
9.8	Autoclaver la cuve de culture après la culture	156
10	Nettoyage et maintenance	158
10.1	Détergents et désinfectants	158
10.2	Nettoyer la cuve de culture - nettoyage de routine....	159
10.3	Démonter le couvercle de la cuve et les accessoires	160
10.3.1	Démonter le condenseur de gaz de sortie .	160
10.3.2	Démonter les sondes	162
10.3.3	Retirer les tuyaux, filtres et têtes de pompe	163
10.3.4	Démonter les bouchons	164

Sommaire

10.3.5	Démonter un adaptateur fileté	164
10.3.6	Démonter l'aiguille d'inoculation et la bague porte septum avec septum	164
10.3.7	Démonter les inserts d'ajout	165
10.3.8	Enlever le couvercle de la cuve	165
10.3.9	Démonter le doigt de gant de la sonde température (Pt100)	166
10.3.10	Démonter les diffuseurs de gaz et tube(s) plongeant(s)	166
10.3.11	Démonter les chicanes	167
10.3.12	Démonter la/les turbines	167
10.3.13	Démonter l'arbre d'agitation	167
10.3.14	Démonter la cuve en verre de son support	168
10.4	Nettoyer et stocker les pièces	171
10.5	Nettoyer les sondes	172
10.6	Nettoyer les tuyaux et les têtes de pompe	173
10.7	Nettoyer le Super Safe Sampler	173
10.8	Nettoyer l'appareil de base et la console de commande	174
10.9	Plan de maintenance	174
10.10	Lubrifier le joint mécanique d'étanchéité	176
10.11	Détartre l'appareil	177
10.12	Détartre l'appareil par l'enveloppe de la cuve	178
11	Anomalies	180
11.1	Anomalies appareil de base et console de commande	180
11.2	Anomalies système d'entraînement	181
11.3	Anomalies du système de régulation thermique	182
11.4	Anomalies du système d'injection de gaz	183
11.5	Anomalies régulation du pH	184
11.6	Anomalies régulation du pO ₂	186
11.7	Anomalies sonde antimousse ou niveau et pompe antimousse	187
11.8	Anomalies Feed (ajout de substrat) et pompe	188
11.9	Remplacer un fusible de l'appareil	188
11.10	Comportement de l'appareil en cas d'interruption de courant	189
11.11	Retour pour réparation	189
12	Élimination	190
13	Données techniques	191
13.1	Dimensions 1 appareil	191
13.2	Dimensions appareil principal et appareils satellites	193

Sommaire

13.3	Dimensions cuves de culture dans support de cuve .	194
13.4	Poids (net).....	196
13.5	Valeurs de raccordement.....	196
13.5.1	Électrique.....	196
13.5.2	ARRIVEE eau.....	197
13.5.3	SORTIE eau	197
13.5.4	ENTREE gaz	197
13.5.5	SORTIE gaz	198
13.6	Spécifications.....	198
13.6.1	Console de commande	198
13.6.2	Cuves de culture	198
13.6.3	Système d'agitation	199
13.6.4	Système de régulation thermique	200
13.6.5	Injection de gaz	201
13.6.6	Régulation antimousse.....	202
13.6.7	Régulation du pH.....	202
13.6.8	Régulation du pO ₂	203
13.6.9	Pompes	204
13.7	Conditions de fonctionnement	205
13.8	Émissions.....	205
13.9	Matériaux	205
13.10	Adjuvants	205
14	Déclaration de conformité.....	206

Généralités

1 Généralités

1.1 Informations concernant ces instructions

Le présent manuel permet une utilisation sûre et efficace de l'appareil.

Toutes les informations et instructions du présent manuel d'opération ont été rédigées conformément aux normes en vigueur, aux prescriptions légales et à l'état de la technique et de la science, et en tenant compte des connaissances acquises au cours de nos longues années d'expérience.



Ce manuel d'opération est une partie intégrante de l'appareil et doit être conservé à proximité immédiate de l'appareil, de sorte que le personnel puisse y accéder à tout moment.

Les utilisateurs doivent avoir lu attentivement et compris ce manuel d'opération avant de commencer tout travail.

Le respect de toutes les consignes de sécurité et consignes opératoires de ce manuel d'opération est la condition préalable à un travail en toute sécurité.

Le contenu réel de la livraison peut différer des explications et représentations décrites ici en cas de modèles spéciaux, de recours à des options de commande supplémentaires ou en raison de modifications techniques récentes.

Les illustrations du présent manuel servent à la compréhension générale, et il est possible qu'elles diffèrent de la construction réelle de l'appareil.

1.2 Explication de représentations particulières

1.2.1 Messages d'avertissement

Les messages d'avertissement sont désignés par des bandes colorées dans le présent manuel d'opération et sont introduits par des mentions d'avertissement exprimant l'ampleur du danger.



AVERTISSEMENT

La mention d'avertissement « AVERTISSEMENT » indique une situation éventuellement dangereuse pouvant provoquer de graves blessures, voire la mort, si elle n'est pas évitée.



ATTENTION

La mention d'avertissement « ATTENTION » indique une situation éventuellement dangereuse pouvant provoquer des blessures légères si elle n'est pas évitée.

1.2.2 Autres remarques



PRECAUTION

Le mot « PRECAUTION » sur une barre bleue indique une situation qui peut avoir pour conséquence des dommages matériels importants si elle n'est pas évitée.




INFORMATION

Les textes se trouvant sous une barre grise avec l'indication « INFORMATION » fournissent des conseils et des recommandations utiles pour un fonctionnement efficace et sans problème de l'appareil.

Généralités

1.3 Identification de l'appareil (plaque signalétique standard)

La plaque signalétique sert à identifier l'appareil de manière univoque et contient les informations suivantes :



- Nom du fabricant
- Designation = Version de l'appareil
- Type = Type d'appareil (nom)
- S/N = Numéro de série
- Year = Année de construction
- Mains = Tension nominale et fréquence
- Current = Intensité absorbée
- Adresse du fabricant
- Marquage WEEE
- Marquage CE

1.4 Déclaration de conformité

L'appareil est conforme aux exigences essentielles des Directives suivantes :

- Directive Machines 2006/42/CE
- Directive CEM 2014/30/UE

La déclaration de conformité d'après la Directive Machines 2006/42/CE, annexe II 1 A est jointe au manuel d'opération, voir le chapitre « Déclaration de conformité ».

1.5 Service après-vente et prestations

Contactez notre service clientèle pour tout renseignement technique et demande spécifique. Coordonnées, voir page 2.

Connaissant les capacités de l'appareil, le service après-vente peut également fournir des informations quant à savoir si une application particulière est possible ou si le dispositif peut être adapté au processus planifié.

En outre, nos collaborateurs sont toujours intéressés par de nouvelles informations et des expériences résultant de l'utilisation et pouvant être précieuses pour l'amélioration de nos produits.

2 Sécurité et responsabilité

Ce chapitre évoque des aspects généraux relatifs à la sécurité des utilisateurs et qui doivent être respectés lors de la manipulation de l'appareil.

Dans les autres chapitres, l'attention n'est attirée, grâce à des avertissements, que sur les risques particuliers qui sont directement liés aux activités décrites.



Il est essentiel de lire attentivement le manuel d'opération, en particulier ce chapitre et les avertissements dans le texte, et de suivre les instructions.

Enfin, ce chapitre se réfère à des domaines qui relèvent de la responsabilité de l'exploitant, dans la mesure où certains risques proviennent d'applications particulières, qui sont réalisées consciemment et en connaissance des dangers potentiels.

2.1 Utilisation conforme, utilisation non conforme et utilisation abusive

Le bioréacteur de paillasse Labfors 5 de INFORS HT a été spécialement conçu pour réaliser des bioprocédés avec des microorganismes ou des cellules animales pour la recherche et le développement, dans un laboratoire de la biotechnologie.

L'appareil est conçu et destiné uniquement à l'utilisation qui est décrite ci-dessus.

Le respect de toutes les indications du présent manuel d'opération fait également partie de l'utilisation conforme, en particulier concernant :

- le lieu d'installation
- la qualification de l'utilisateur
- l'utilisation et la maintenance correctes
- l'utilisation de cuves en verre et de tuyaux intacts

Le non-respect des indications présentes dans ce manuel d'opération est considéré comme une utilisation non conforme.

Toute utilisation de l'appareil autre que celle préconisée dans ce manuel est considérée comme une utilisation abusive.

Cela inclut également les applications pour lesquelles l'appareil n'a pas été conçu, comme l'utilisation ou la production de gaz explosifs, car l'appareil n'est pas protégé contre les explosions.

Sécurité et responsabilité

Pour des applications particulières, qui ne relèvent pas de l'utilisation conforme et usuelle, l'appareil doit être équipé en conséquence et approuvé par le fabricant.

Est également considérée comme utilisation abusive l'utilisation de l'appareil en dehors d'un laboratoire de la biotechnologie, c'est-à-dire dans un environnement où les dispositions nécessaires pour protéger l'utilisateur ne sont pas respectées ou insuffisamment respectées.

2.2 Personnel qualifié

La complexité de l'appareil et les risques potentiels liés au fonctionnement nécessitent que l'appareil soit utilisé uniquement par du personnel qualifié.

2.2.1 Exploitant

Par « exploitant », on désigne l'ensemble des personnes qui fournissent l'appareil et les infrastructures nécessaires. Ces personnes peuvent, mais ne doivent pas obligatoirement, faire partie de l'ensemble des utilisateurs.

Qu'il s'agisse de la direction de l'entreprise ou de supérieurs hiérarchiques, ils ont une responsabilité particulière à l'égard des processus ainsi que de la qualification et de la sécurité des utilisateurs.

2.2.2 Utilisateur

Généralités

Sont considérées comme « utilisateur » toutes les personnes qui peuvent être en contact avec l'appareil et effectuer des travaux sur ou avec l'appareil. Ce sont principalement les activités suivantes, qui peuvent être effectuées par des personnes différentes, sauf par les spécialistes du fabricant, sachant qu'une délimitation précise n'est pas toujours possible :

- Montage, installation et mise en service
- Définition et préparation des procédés
- Commande
- Recherche de pannes et dépannage
- Maintenance et nettoyage (le cas échéant autoclavage)
- Travaux d'entretien et réparations
- Démontage, élimination et recyclage

Sécurité et responsabilité

Personnel spécialisé

Le personnel spécialisé requis pour ces travaux est, en raison de sa formation et éventuellement de son expérience, en mesure d'identifier les risques et de réagir de façon adéquate aux dangers possibles.

Le personnel spécialisé (interne ou externe à l'entreprise) qui ne peut pas appartenir au groupe séparé des « opérateurs », comprend les groupes de personnes suivants :

- Électriciens (électromécaniciens)
- Spécialistes de la décontamination
- Spécialistes des réparations
- Spécialistes du démontage et de l'élimination (dans le respect de l'environnement)
- Spécialistes du recyclage

2.2.3 Opérateur

Les « opérateurs » forment un groupe spécial au sein des utilisateurs, qui se caractérise par le fait que ces personnes travaillent avec l'appareil. Ils sont le groupe-cible de ce manuel.

Personnel qualifié

Seuls des professionnels formés pour travailler dans un laboratoire de biotechnologie peuvent être opérateurs. Il s'agit par exemple de :

- Ingénieurs procédés ; secteurs biotechnologie et chimie
- Biotechnologues (biotechniciens)
- Chimistes ; avec spécialisation comme biochimistes, chimistes spécialisés en chimie organique ou biochimie
- Scientifiques en biotechnologie (biologistes) ; ayant une formation spéciale en tant que cytologistes, bactériologistes, biologistes moléculaires, généticiens et autres
- Laborantins (techniciens de laboratoire) de diverses disciplines

Pour parler de « professionnel suffisamment qualifié » pour l'utilisation de l'appareil, cette personne doit avoir été pleinement instruite et avoir lu et compris le manuel d'opération.

L'opérateur a été spécialement formé par l'exploitant aux tâches qui lui sont confiées et a reçu des informations complètes sur les dangers éventuels en cas de comportement non conforme. L'opérateur n'est habilité à effectuer des tâches dépassant l'utilisation en

Sécurité et responsabilité

fonctionnement normal que si cela est indiqué dans le présent manuel et si l'exploitant l'en a expressément chargé.

Professionnels en formation

Les personnes de ce groupe se trouvant en formation ne doivent utiliser l'appareil que sous la surveillance et conformément aux instructions d'un professionnel formé et qualifié.

2.3 Personnes non autorisées

Sont considérées comme « personnes non autorisées » toutes les personnes qui peuvent se trouver dans la zone de travail, mais ne sont pas qualifiées pour utiliser l'appareil selon les exigences mentionnées précédemment.

Les personnes non autorisées ne doivent pas faire fonctionner ou utiliser autrement l'appareil, sous quelque forme que ce soit.

2.4 Responsabilité de l'exploitant

L'appareil est utilisé dans un domaine commercial et scientifique. L'exploitant de l'appareil est par conséquent soumis aux obligations juridiques en matière de sécurité au travail dans un laboratoire de biotechnologie. Tenir compte en particulier des principes suivants :

- Il est de la responsabilité de l'exploitant de veiller à ce que les réglementations concernant le travail et la protection de l'environnement en vigueur dans un laboratoire de biotechnologie soient respectées.
- L'exploitant doit veiller pendant toute la période d'utilisation de l'appareil à ce que celui-ci soit dans un état correct et sûr pour le fonctionnement.
- L'exploitant doit veiller à ce que les dispositifs de sécurité existants soient fonctionnels et ne soient pas mis hors service.
- L'exploitant doit veiller à ce que seuls les utilisateurs qualifiés travaillent sur l'appareil et à ce que ceux-ci reçoivent une formation adéquate et suffisante.
- L'exploitant doit veiller à ce que l'équipement de protection qui est nécessaire pour l'exécution des travaux sur l'appareil soit disponible et porté.
- L'exploitant doit veiller à ce que le présent manuel soit toujours disponible à proximité immédiate pendant toute la durée d'utilisation de l'appareil.

2.5 Dangers généraux

Ce chapitre traite des dangers et des risques résiduels qui sont toujours présents dans l'utilisation normale et conforme de l'appareil.

Les informations suivantes sont de nature générale, elles ne sont donc pas reprises dans les autres chapitres, à quelques exceptions près.

2.5.1 Courant électrique



L'appareil est alimenté électriquement. Tout contact avec des pièces sous tension expose à un danger de mort immédiat.

Pour éviter les situations mettant en danger de mort, les points suivants doivent être pris en considération :

- En cas d'endommagement de l'isolation, débrancher immédiatement l'appareil du secteur et faire procéder à sa réparation.
- Avant de procéder à tout travail sur le système électrique, débrancher l'appareil du secteur.
- Seuls des électriciens professionnels sont habilités à effectuer des travaux sur l'installation électrique.
- Tenir les pièces sous tension à l'abri de l'humidité. L'exposition à l'humidité peut entraîner un court-circuit.

2.5.2 Pièces de rechange et accessoires non autorisées



Des pièces de rechange et accessoires incorrectes, imitées ou non autorisées par le fabricant représentent un risque important pour la sécurité. Il est donc recommandé d'acheter les pièces de rechange uniquement auprès d'un revendeur agréé ou directement auprès du fabricant. Les coordonnées des filiales du fabricant se trouvent à la page 2.

2.6 Dangers particuliers

Ce chapitre traite des dangers et des risques résiduels qui peuvent survenir lors d'applications particulières dans l'utilisation normale et conforme de l'appareil.

Étant donné que de telles applications sont réalisées consciemment, il est de la responsabilité des opérateurs et de l'exploitant

Sécurité et responsabilité

d'assurer une protection contre d'éventuels dommages pour la santé. Il est de la responsabilité de l'exploitant de veiller à ce que l'équipement de protection approprié et l'infrastructure nécessaire pour de telles applications soient disponibles.

2.6.1 Surfaces chaudes



Lors de processus qui sont effectués à des températures supérieures à 55 °C, il existe un danger de brûlure sur les surfaces chaudes.

Étant donné que les applications à haute température sont réalisées au su de l'utilisateur, il est de la responsabilité de ce dernier de se protéger en conséquence.

Quand il fonctionne, le moteur chauffe. En cas de contact, il existe un risque de brûlure.

2.6.2 Gaz dangereux



L'utilisation ou la production de gaz dangereux, c'est-à-dire des gaz toxiques ou asphyxiants présentent un risque grave pour la santé, en particulier dans les petites pièces.

Afin d'éviter une émission élevée de gaz dangereux, les mesures suivantes doivent être prises :

- Avant chaque processus de culture utilisant des gaz dangereux, les raccords de gaz au niveau de l'appareil doivent être contrôlés.
- Les joints d'étanchéité de l'appareil doivent être vérifiés périodiquement et remplacés si nécessaire.
- Assurer l'évacuation sûre des gaz de sortie.

2.6.3 Substances inflammables ou explosives



L'utilisation ou la production de substances inflammables ou explosives ne sont pas couvertes par l'« utilisation conforme », parce que l'appareil n'est pas protégé contre les explosions.

Si l'exploitant prévoit de telles applications, l'adéquation de l'appareil doit nécessairement être clarifiée avec les autorités locales compétentes.

2.6.4 Substances caustiques ou toxiques



L'utilisation ou la production de substances caustiques ou toxiques présentent un risque grave pour la santé, qui nécessite des mesures spéciales pour protéger l'utilisateur.

Étant donné que de telles applications sont réalisées au su de l'utilisateur, il est de la responsabilité de ce dernier de se protéger en conséquence.

2.6.5 Substances bioactives ou organismes pathogènes



L'utilisation ou la production de substances bioactives, d'organismes pathogènes ou des cultures génétiquement modifiées, présentent un risque grave pour la santé, qui nécessite des mesures spéciales pour protéger l'utilisateur.

Étant donné que de telles applications sont réalisées au su de l'utilisateur, il est de la responsabilité de ce dernier de se protéger en conséquence.

2.6.6 Surpression ou sous-pression



Les cuves en verre peuvent éclater ou se briser en cas de surpression ou de sous-pression.

2.7 Symboles d'avertissement sur l'appareil

Les symboles d'avertissement suivants (autocollants) sont apposés sur l'appareil :

Position

- Moteur



AVERTISSEMENT

Des symboles d'avertissement illisibles ou manquants sur l'appareil signifient que l'utilisateur est exposé aux dangers contre lesquels les symboles sont censés l'avertir.

Il est de la responsabilité de l'exploitant que tous les autocollants apposés sur l'appareil et contenant des symboles d'avertissement soient toujours en parfait état.

Sécurité et responsabilité

2.8 Déclaration de décontamination

Lors du retour de l'appareil pour la réparation, le démontage ou l'élimination, il est nécessaire pour la sécurité de toutes les personnes impliquées et exigé par la loi qu'une déclaration de décontamination juridiquement valable soit présentée.

Tenir compte des informations suivantes :


- L'appareil, les pièces ou les accessoires doivent être retournés au fabricant uniquement après avoir été scrupuleusement décontaminés.
- L'exploitant est tenu de remplir complètement et sincèrement une déclaration de décontamination et de demander la signature de la personne responsable.
- **La déclaration de décontamination doit être apposée à l'extérieur, sur l'emballage dans lequel l'appareil sera renvoyé.**
- Les formulaires à joindre peuvent être obtenus sur demande directement auprès du fabricant ou du distributeur. Voir coordonnées page 2.

Remarque importante

Si le retour ne contient pas la déclaration de décontamination remplie et signée ou si celle-ci n'est pas apposée à l'extérieur de l'emballage, le fret n'est pas ouvert et il est retourné à l'expéditeur, à la charge de l'expéditeur (voir aussi les Conditions Générales de Vente).

3 Construction et fonction

3.1 Appareil de base



- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Support pour la console de commande, des manomètres et des réducteurs de pression | 4 | Support pour unité(s) d'injection de gaz ¹⁾ et régulation de pression optionnelle |
| 2 | Interrupteur d'alimentation | 5 | Pompes |
| 3 | Câbles des sonde | 6 | Plateau de support pour cuve |

¹⁾ dépendant de la stratégie de gaz choisie, ça peut comprendre rotamètre(s), régulateur(s) électronique de débit massique, électrovanne(s)

Construction et fonction

L'ensemble des systèmes de mesure et de régulation du bioréacteur est intégré dans l'appareil de base. Une console de commande permet de gérer jusqu'à 6 bioréacteurs (= cuves de culture), voir aussi chapitre « Console de commande ». Autrement dit, un appareil de base sert d'appareil maître et peut gérer jusqu'à 5 autres appareils de base supplémentaires, appelés appareils satellites.

3.1.1 Interrupteur d'alimentation



L'interrupteur d'alimentation, un interrupteur à bascule vert, se trouve sur l'appareil de base. Il est étiqueté avec **Power**. Il s'allume lorsque l'appareil est mis sous tension. En plus de la mise en route et de l'arrêt normal, l'interrupteur d'alimentation sert également d'interrupteur d'urgence.




INFORMATION

En cas d'arrêt d'urgence par l'interrupteur d'alimentation pendant un bioprocédé en cours, tous les réglages sont sauvegardés. Après la mise sous tension via l'interrupteur d'alimentation, le bioprocédé continue avec les mêmes réglages qu'avant l'arrêt d'urgence. C'est également le cas si le bioprocédé est contrôlé via la plate-forme logicielle pour les bioprocédés eve®.

Construction et fonction


3.1.2 Pompes

Les réactifs et la solution nutritive (« Feed ») sont ajoutés par 4 pompes péristaltiques. Quatre pompes sont installées de série pour chaque cuve de culture. Les pompes sont entraînées par des moteurs pas à pas.




Les arbres d'entraînement des pompes se trouvent en haut, à l'avant de la console de l'appareil de base. Le sens de rotation des arbres d'entraînement est en général le sens horaire. Des interrupteurs à bascule pour l'actionnement manuel des pompes se trouvent au-dessus des arbres moteur. Ils sont étiquetés de la façon suivante, de gauche à droite :

- **Acid** (Acide)
- **Base** (Base)
- **AF** (anti-mousse)
- **Feed** (Substrat)



Lorsque l'appareil de base est en marche, les pompes peuvent être actionnées manuellement à l'aide des interrupteurs à bascule de la façon suivante :

- Basculer l'interrupteur à bascule vers la gauche et le maintenir dans cette position : l'arbre d'entraînement de la pompe tourne dans le sens anti-horaire.
- Basculer l'interrupteur à bascule vers la droite et le maintenir dans cette position : l'arbre d'entraînement de la pompe tourne dans le sens horaire.



Les têtes de pompes autoclavables sont insérées sur une plaque de montage. Celle-ci est étiquetée avec le nom des pompes, comme les arbres moteur.



Les têtes de pompes peuvent être insérées et sorties facilement des arbres d'entraînement des pompes, avec la plaque.

Une plaque de protection transparente, pas autoclavable (!) en plexiglas (en rouge sur la figure ci-contre) peut être insérée dans le support de la plaque de montage pendant le fonctionnement de l'appareil.


Construction et fonction

3.1.3 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve au dos de l'appareil de base.

Les données indiquées sur la plaque signalétique sont expliquées dans le chapitre principal « Généralités », chapitre « Identification de l'appareil ».

3.1.4 Raccordement secteur et fusibles de l'appareil




Le raccordement secteur se trouve à l'arrière de l'appareil de base avec l'étiquetage **Mains**.

L'appareil est protégé contre une consommation de courant excessive par deux fusibles. Les fusibles de l'appareil se trouvent directement au-dessus du raccordement secteur.

Le câble d'alimentation spécifique au pays requis pour le raccordement à l'alimentation électrique est inclus dans la livraison de l'appareil. En cas de défaut, remplacer uniquement le câble d'alimentation par un câble du même type.

Avant de raccorder l'appareil, s'assurer que les valeurs de tension de l'appareil correspondent à la tension secteur local. Afin de pouvoir couper rapidement l'alimentation électrique de l'appareil en cas d'urgence, le raccordement secteur doit être accessible à tout moment.

3.1.5 Raccordements d'eau




Les raccordements d'alimentation en eau et d'écoulement de l'eau se trouvent en bas à l'arrière de la console de l'appareil de base. Ils sont marqués des symboles correspondants :

- A gauche : Sortie d'eau
- A droite : Arrivée d'eau

Construction et fonction**3.1.6 Raccordements de gaz**

Les raccordements de gaz se trouvent en haut à l'arrière de l'appareil de base et sont étiquetés avec le gaz correspondant. Chaque raccordement de gaz dispose d'une vanne de retenue, d'un manomètre et d'un réducteur de pression. Le nombre de raccordements varie selon la configuration.


Ne jamais changer le réglage d'usine des réducteurs de pression !



A l'avant de l'appareil de base, les manomètres sont également clairement étiquetés avec le gaz correspondant.

Construction et fonction

3.1.7 Raccordements aux signaux de données




Les raccordements des signaux de données suivants (de haut en bas) se trouvent au-dessus de la prise secteur :

- 1 25 Pol Dsub Multi I/O: pour raccorder des signaux d'entrées et de sortie analogiques et digitales (0/4..20 mA)
- 2 9-Pol RS232: pour raccorder une balance ou une Switch box avec jusqu'à 7 balances.
- 3 2 x iDDC-Bus: pour raccorder la console de commande et un ou deux appareil(s) satellite(s)

Construction et fonction

3.1.8 Raccordements pour cuves

Les raccordements d'eau pour l'enveloppe de la cuve sont marqués des symboles correspondants.



1 Trop-plein d'eau de l'enveloppe de cuve

3 Sortie d'eau enveloppe de cuve

2 Entrée d'eau enveloppe de cuve

3.1.9 Raccordement d'injection de gaz (diffuseur)




La tétine pour tuyau permettant de raccorder le tuyau d'injection de gaz (diffuseur) se situe sur le support pour unité(s) d'injection de gaz. ¹⁾

¹⁾ dépendant de la stratégie de gaz choisie, ça peut comprendre rotamètre(s), régulateur(s) électronique de débit massique, électrovanne(s).

Construction et fonction

3.1.10 Raccordements des sondes (Câbles des sondes)



L'appareil de base est équipé et configuré pour la mesure de la température, du pH, du pO₂ et la détection de mousse (« anti-mousse ») par défaut. Cela veut dire que la sonde température et les câbles des sondes pH, pO₂ et antimousse sont toujours présents. Les sondes appropriées ne sont pas incluses dans les packages standard, mais sont disponibles séparément.

De gauche à droite : pH / anti-mousse / température (Pt100) / pO₂.




INFORMATION

Dépendant de la variante choisie, le système de mesure pour pH et pO₂ est configuré soit pour les sondes analogiques ou numériques du fabricant METTLER soit pour les sondes numériques du fabricant HAMILTON.

3.1.11 Raccordements du condenseur de gaz de sortie et vanne pour débit d'eau

Les raccordements d'alimentation en eau pour le condenseur de gaz de sortie (optionnel !) et la vanne pour la régulation manuelle du débit d'eau se trouvent à l'avant de la console de l'appareil de base. Départ d'usine, les raccordements sont munis des bouchons, la vanne est couverte avec un capuchon. Les raccordements et la vanne sont marqués des symboles.




- 1 Sortie d'eau condenseur de gaz de sortie
- 2 Arrivée d'eau condenseur de gaz de sortie

- 3 Régulation débit d'eau

La vanne est pré réglée en usine. Au besoin, le débit d'eau peut être réglé manuellement sur la vanne. La vanne peut être laissée à la position souhaitée à l'aide d'un contre-écrou.


3.2 Console de commande



La console de commande est fixée au châssis de l'appareil de base à l'aide d'un support pivotant verticalement. Elle est équipée d'un écran tactile couleur de 15,6" conforme à la norme IP66. La console de commande est mise sous tension à l'aide de l'interrupteur d'alimentation de l'appareil de base.

Une console de commande permet de gérer jusqu'à six bioréacteurs (= cuves de culture) en parallèle ou individuellement.

Voir le manuel séparé pour obtenir une description détaillée du logiciel pour écran tactile.



Boutons moniteur

Bouton **MARCHE / ARRET**

Bouton **SOMBRE** : réduire la luminosité de l'écran.

Bouton **CLAIR** : augmenter la luminosité de l'écran.

Bouton **ECRAN** : allumer/éteindre l'écran

Remarque particulière pour le bouton MARCHE / ARRET

La mise sous tension et hors tension de la console de commande s'effectue automatiquement à l'aide de l'interrupteur d'alimentation de l'appareil de base. Il n'est pas nécessaire d'appuyer séparément sur la touche **MARCHE/ARRET** sur la console de commande. Lorsque la console de commande est mise sous tension, le symbole sur le bouton est allumé.

Mettre la console de commande hors tension pendant un processus en cours, équivaut à une panne de courant !

Connexions de la console de commande


Quatre connecteurs sont étiquetés et sont utilisés comme suit :

- **LAN** : Ethernet
- **COM** : câble de l'écran
- **USB2.0** : pour les backups et les travaux de service
- **DCin** : câble d'alimentation

Deux autres connecteurs ne portent aucune inscription et ne doivent pas être utilisés.

Construction et fonction

3.3 Cuve de culture




- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Poignée du couvercle | 5 | Entrée d'eau double enveloppe |
| 2 | Trop-plein d'eau double enveloppe | 6 | Poignée du support de cuve |
| 3 | Sortie d'eau double enveloppe | 7 | Support de cuve |
| 4 | Cuve en verre | 8 | Couvercle |

La cuve de culture se compose de la cuve en verre, le couvercle avec ses composants de montage standard et son support de cuve. La cuve est fabriquée en verre borosilicate à double enveloppe. Il est équipé de tuyaux en silicone et fourni avec des raccords rapides pour le raccordement à l'appareil de base.

Le support de cuve dispose de poignées latérales qui sont utilisées lors de la vidange et du nettoyage de la cuve ou pendant le transport vers l'autoclave. En outre, elles servent d'étriers de protection

Construction et fonction

pour les raccords à olive en verre des raccordements d'eau. Deux autres poignées sont situées sur le couvercle.

3.3.1 Couvercle


Quatre écrous moletés servent de fixation du couvercle à la cuve et au support de la cuve. Le moyeu d'entraînement avec l'accouplement du moteur se trouve au milieu de la cuve.

3.3.2 Ports du couvercle de la cuve et configuration

Le couvercle de la cuve dispose des connections (ports) différents dans lesquels les composants comme par exemple le diffuseur de gaz, des bouchons, des sondes etc. sont montés. Le nombre des ports dans le couvercle et sa configuration sont dépendant du diamètre nominal (= diamètre intérieur) de la cuve de culture.


Construction et fonction

3.3.3 Couvercle de cuve DN 115



- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Borne de masse sonde antimousse | 8 | Ø 12 mm / Pg13,5 : tube plongeant prélèvement |
| 2 | Ø 12 mm Pg13,5 : condenseur de gaz de sortie | 9 | Ø 19 mm : réserve |
| 3 | Ø 12 mm / Pg13,5 : diffuseur de gaz | 10 | Ø 10 mm : sonde antimousse |
| 4 | Ø 19 mm : insert d'ajout, quadruple | 11 | Ø 10 mm : doigt de gant sonde température (Pt100) |
| 5 | Ø 12 mm / Pg13,5 : sonde pO ₂ | 12 | Fixation de chicane |
| 6 | Ø 12mm / Pg13,5 : sonde pH | | |
| 7 | Ø 12 mm / Pg13,5 : aiguille d'inoculation | | |


3.3.4 Couvercle de cuve DN 150



- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Borne de masse sonde antimousse | 8 | Ø 12 mm / Pg13,5 : tube plongeant prélèvement |
| 2 | Ø 19 mm : réserve | 9 | Ø 19 mm : aiguille d'inoculation |
| 3 | Ø 10 mm : doigt de gant sonde température (Pt100) | 10 | Ø 12 mm / Pg13,5 : sonde pH |
| 4 | Ø 10 mm : sonde antimousse | 11 | Ø 12 mm / Pg13,5 : sonde pO ₂ |
| 5 | Ø 19 mm : insert d'ajout, quadruple | 12 | Ø 12 mm / Pg13,5 : condenseur de gaz de sortie |
| 6 | Ø 12 mm / Pg13,5 : diffuseur de gaz | 13 | Fixation de chicane |
| 7 | Ø 12 mm / Pg13,5 : réserve | | |

Construction et fonction

3.3.5 Couverture de cuve DN 200




- | | |
|---|---|
| 1 Ø 19 mm : réserve | 8 Ø 19 mm : réserve |
| 2 Ø 10 mm : doigt de gant sonde température (Pt100) | 9 Ø 19 mm : réserve |
| 3 Ø 10 mm : sonde antimousse | 10 Ø 19 mm : insert d'ajout, quadruple |
| 4 Ø 19 mm : réserve | 11 Ø 12 mm / Pg13,5 : sonde pH |
| 5 Ø 12 mm / Pg13,5 : diffuseur de gaz | 12 Ø 12 mm / Pg13,5 : sonde pO ₂ |
| 6 Ø 12 mm / Pg13,5 : tube plongeant prélèvement | 13 Ø 12 mm / Pg13,5 : condenseur de gaz de sortie |
| 7 Ø 19 mm : inoculation | 14 Borne de masse sonde antimousse |

3.4 Système de régulation thermique

La régulation thermique est effectuée par l'intermédiaire de l'enveloppe de la cuve, qui est raccordée à l'appareil de base. L'eau est chauffée par un élément chauffant intégré dans l'appareil de base. Le refroidissement est effectué par injection de l'eau froide dans le circuit. Le trop plein dans ce système ouvert permet de prévenir l'occurrence de surpressions dangereuses dans le circuit. Il veille simultanément à assurer la compensation de pression dans la l'enveloppe de la cuve, requise durant le processus de stérilisation en autoclave.

La température est mesurée par une sonde thermique à résistance en platine (Pt100). Le débit d'eau pour le circuit est régulé à l'aide d'une électrovanne.

3.5 Système d'agitation



L'arbre d'agitation est entraîné par le haut et dans le sens anti-horaire = rotation à gauche (vue de dessus de la cuve).

- 1 Moyeu d'entraînement
- 2 Arbre d'agitation
- 3 Joint mécanique d'étanchéité


L'arbre d'agitation est vissé sur l'arbre d'entraînement, qui se trouve dans le couvercle de la cuve. Il est rendu étanche par un joint mécanique d'étanchéité simple.



PRECAUTION


Des manipulations au joint mécanique d'étanchéité peuvent l'endommager !

Construction et fonction




Le joint mécanique d'étanchéité doit toujours être lubrifié. Pour ce faire, il se trouve deux inserts d'ajout fixe équipés d'un tuyau en silicone au moyeu d'entraînement.

Pour plus d'informations voir le sous-chapitre « Lubrifier le joint mécanique d'étanchéité » du chapitre principal « Nettoyage & Maintenance ».



Un moteur, type CC sans balai, est utilisé par défaut. Il a un couplage mécanique. Pour accoupler le moteur, il suffit de l'enficher sur le moyeu d'entraînement sur le couvercle de la cuve.



Deux turbines à disque (Rushton) munies de six pales sont standards. Elles sont fixées à l'arbre d'agitation à l'aide des vis sans tête.

3.6 Système d'injection de gaz

L'unité de base est équipée et configurée selon la stratégie de gaz choisie. Ces éléments peuvent comprendre rotamètre(s), électrovanne(s) et régulateur(s) électronique de débit massique.

Les gaz suivants peuvent être ajoutés :

- Air
- Oxygène (O₂)
- Azote (N₂)

En option, il est possible d'utiliser du dioxyde de carbone (CO₂) pour la régulation du pH afin de remplacer l'utilisation d'un acide liquide.

Stratégie d'injection de gaz

Pour l'injection de gaz différentes stratégies sont proposées :

Stratégie	Description
« Basic »	■ Régulation manuelle du débit à l'aide d'un rotamètre ■ Mélange de gaz à l'aide des électrovannes
« Standard »	■ Régulation du débit à l'aide d'un régulateur électronique de débit massique. ■ Mélange de gaz à l'aide des électrovannes
« High End »	■ Régulation du débit et mélange de gaz à l'aide d'un/des régulateur(s) électronique(s) de débit massique, un régulateur pour chaque gaz.

En outre, il est possible d'utiliser du CO₂ par le diffuseur de gaz pour la régulation du pH. L'injection et la régulation du débit s'effectue via un régulateur électronique de débit massique.

Système de mélange de gaz

Le mélange de gaz est effectué avant l'ajout dans la cuve de culture. La composition du mélange de gaz est réglée et contrôlée par le logiciel pour écran tactile.

Voir le manuel séparé pour obtenir une description détaillée du logiciel pour écran tactile.

Construction et fonction

Ajout de gaz

Un tuyau en silicone raccordé à l'unité d'injection de gaz à l'appareil de base amène le gaz ou le mélange de gaz à la cuve de culture. L'ajout de gaz se fait par le diffuseur de gaz directement dans le milieu. Pour plus de détails des diffuseurs, voir le chapitre principal « Accessoires », chapitre « Diffuseurs de gaz ».

3.7 Gaz de sortie

Même sans injection de gaz active, la pression à l'intérieur de la cuve peut augmenter à chaque culture du fait du réchauffement ou de la production de gaz. Par conséquent, une ligne de sortie de gaz doit être nécessairement être installée pour tous les procédés de culture.

Évacuer les gaz de sortie sans condenseur de gaz de sortie

Sans utilisation d'un condenseur de gaz de sortie, le gaz de sortie peut être dérivé par un insert d'ajout ou une aiguille d'inoculation équipé d'un filtre de gaz de sortie.

Cependant, remarquer qu'avec cette méthode il est possible que l'humidité peut condenser dans le filtre de gaz de sortie et le bloquer. C'est pourquoi l'utilisation d'un condenseur de gaz de sortie est fortement conseillée.

Le condenseur de gaz de sortie est disponible séparément, il N'EST PAS inclus dans le pack standard.

Évacuer les gaz de sortie par le condenseur de gaz de sortie

Le condenseur de gaz de sortie sèche le gaz de sortie par condensation et empêche ainsi que l'humidité bloque le filtre de gaz de sortie. En même temps, il empêche la perte d'eau dans le milieu de culture.



INFORMATION

Si une importante formation de mousse est prévisible, il est possible d'installer, pour plus de sécurité, un flacon contenant de l'antimousse avant le filtre de gaz de sortie.

Pour plus de détails, voir le chapitre principal « Accessoires », chapitre « Condenseur des gaz de sortie »

Construction et fonction**3.8 Régulation du pH****Fonction**

La valeur du pH dans le medium est mesurée par la sonde pH. La régulation est réalisée en ajoutant des agents acide et basique. L'ajout des agents est effectué par les deux pompes péristaltiques digitales *Acid* et *Base*

Les flacons de réactifs remplis d'acide et base sont raccordés aux pompes et à l'insert/aux inserts d'ajout dans le couvercle de la cuve à l'aide des tuyaux en silicone.

Système de mesure

Selon la variante sélectionnée, le système de mesure pour pH est équipé et configuré pour des sondes analogiques ou numériques du fabricant METTLER ou pour des sondes numériques du fabricant HAMILTON.

**INFORMATION**

Les sondes pH du type Easyferm Plus ARC sont préconfigurées par le fabricant d'appareil INFORS HT. Les sondes de rechange doivent être configurées de nouveau avant l'utilisation !

Système de mesure, variantes	Propriétés
METTLER analogique	■ Sonde pH classique (mesure du potentiel par rapport à référence) ■ Type : 405-DPAS-SC-K8S/120
METTLER numérique	■ Sonde pH classique (mesure du potentiel par rapport à référence) avec électronique intégrée ■ Type : InPro 3253i, ISM
HAMILTON numérique	■ Sonde pH classique (mesure du potentiel par rapport à référence) avec électronique intégrée ■ Type : Easyferm Plus ARC

Pour plus de détails sur les caractéristiques techniques, l'utilisation, la maintenance et le stockage des sondes pH, consulter la documentation séparée du fabricant des sondes. Lire attentivement les consignes et les respecter.

Etalonnage

En règle générale, l'étalonnage d'une sonde pH doit toujours être exécuté **AVANT** l'autoclavage. L'étalonnage est effectué à la console de commande à écran tactile. Voir les détails dans le manuel d'opération du logiciel pour écran tactile séparé.

Construction et fonction



INFORMATION

Si la sonde pH a déjà été étalonnée en externe, le bioréacteur utilise ces données et la procédure d'étalonnage de la console de commande est omise.

Montage

Les sondes pH sont montées dans un port de 12 mm / Pg13,5 à l'aide d'un porte-sonde. Voir le chapitre principal « Accessoires », chapitre « Porte-sonde » pour plus de détails.

3.9 Régulation du pO_2

Fonction

La saturation en oxygène du milieu (de la culture) est mesurée par une sonde pO_2 et peut être influencée de la manière suivante :

Augmentation du pO_2

La teneur en oxygène dissous dans le milieu (pO_2) peut être augmentée par les mesures suivantes :

- Augmentation de la vitesse du système d'agitation
- Augmentation du débit volumique de gaz (air et/ou oxygène)
- Augmentation de la teneur en oxygène dans le mélange gazeux.

Ces mesures peuvent être utilisées en combinaison.

Réduction du pO_2

Pour les processus en anaérobie, il est possible d'injecter de l'azote, de sorte que l'oxygène dissous dans le milieu est déplacé.

Voir le manuel d'opération séparé du logiciel pour écran tactile pour plus de détails sur la régulation de pO_2 .

Système de mesure

Selon la variante sélectionnée, le système de mesure pour pO_2 est équipé et configuré pour des sondes analogiques ou numériques du fabricant METTLER ou pour des sondes numériques du fabricant HAMILTON.

Construction et fonction

Système de mesure, variantes	Propriétés
METTLER analogique	■ Sonde pO₂ ampérométrique / polarographique classique ■ Type : InPro 6820
METTLER numérique	■ Sonde pO₂ avec opto-électronique intégrée ■ Type : InPro6860i, ISM, choix : - Opto-Cap droit (standard) où - HD, avec Opt-Cap coudé avec technologie « Anti-Bubble » signal de mesure sans bruit
HAMILTON numérique	■ Sonde pO₂ avec opto-électronique intégrée ■ Type : Visiferm RS485-ECS, choix : - ODO Cap H3, applications standard - ODO Cap H4, convexe, plus robuste

Polarisation

Les sondes pO₂ polarographiques doivent être polarisées lors de la mise en service ou après avoir été débranchées de la source de tension.



INFORMATION

Les sondes pO₂ numériques sont préconfigurées par le fabricant d'appareil INFORS HT. Les sondes de rechange doivent être configurées de nouveau avant l'utilisation !

Pour plus de détails sur les caractéristiques techniques, l'utilisation, la maintenance et le stockage des sondes pO₂, consulter la documentation séparée du fabricant des sondes. Lire attentivement les consignes et les respecter.

Mesure et étalonnage

En règle générale : Contrairement à, p. ex. la mesure de pH qui est étalonnée sur les valeurs de mesure absolues, l'étalonnage de la mesure d'oxygène se déroule toujours sur un point de référence relatif. Pour ce faire, l'étalonnage est défini sur 100 % de saturation d'oxygène relative, la plupart du temps avec de l'air à vitesse d'agitation maximale et vitesse d'injection maximale. La concentration absolue de l'oxygène dissous en mmol/l peut donc varier pour une saturation de 100 % en fonction du processus.

Construction et fonction



INFORMATION

Selon les spécifications de l'utilisateur, la sonde pO_2 est étalonnée avant le remplissage du milieu ou après, dans le milieu préparé.

Voir les détails de l'étalonnage dans le manuel d'opération du logiciel pour écran tactile séparé.

Montage

Des sondes pO_2 sont montées dans un port de 12 mm / Pg13,5 à l'aide d'un porte-sonde. Voir le chapitre principal « Accessoires », chapitre « Porte-sonde » pour plus de détails.

3.10 Régulation antimousse

La mousse empêche l'échange de gaz entre le milieu de culture et la phase gazeuse dans l'espace de tête. Le filtre de gaz de sortie peut être bloqué par de la mousse, ce qui augmente la pression dans la cuve. L'ajout d'antimousse permet d'éviter cela.

L'antimousse se trouve dans un flacon de réactif qui est raccordé à la sonde antimousse et à la pompe antimousse par un tuyau. La sonde est également une aiguille de dosage. En cas de contact entre la sonde et la mousse, la pompe antimousse est activée et de l'antimousse est ajouté via l'aiguille de dosage.



INFORMATION

La sonde antimousse est disponible séparément, elle N'EST PAS inclus dans les packs standard. Pour plus de détails voir le chapitre principal « Accessoires », chapitre « Sonde antimousse ».

4 Options

Les options suivantes sont disponibles en plus de l'équipement fourni avec l'appareil de base.

4.1 Pompe(s)

En plus des quatre pompes standard, deux autres pompes péristaltiques analogiques (*Feed 2* et *Feed 3*) peuvent être intégrées. Comme pour la pompe d'ajout de substrat analogique standard (*Feed*), sa vitesse peut être réglée de manière variable par incréments de 0,1 % dans une plage de 0 % à 100 %.

Pompe(s) externes

Une ou plusieurs pompes péristaltiques externes du type 120U/DV du fabricant Watson Marlow sont également disponibles. Le nombre de pompes externes possibles dépend des options déjà disponibles.

Comme pour les autres pompes péristaltiques analogiques, la vitesse de rotation de la ou des pompes est réglable par incréments de 0,1 % dans une plage de 0 % à 100 %.

Pour de plus amples informations sur la sécurité, l'utilisation, la maintenance et les données techniques de la ou des pompes, se référer à la documentation séparée du fabricant de la pompe.



4.2 Balances

Le logiciel pour écran tactile permet de connecter une balance au bioréacteur. Si plus d'une balance doit être connectée, la connexion via le logiciel pour les bioprocédés eve®.

Les balances du type suivant sont disponibles auprès du fabricant de l'appareil :


- Kern DS 30K0.1-A
- Kern FKB 6K0.02-B
- Mettler MA6002
- Mettler MA32001L

Ces balances nécessitent, en plus d'un micrologiciel spécifique, une configuration appropriée qui est effectuée par le fabricant de l'appareil. C'est la seule façon de garantir un fonctionnement sans faille.

Options

Les modèles non configurés et non listés ne sont pas compatibles. Si toutefois une balance non listée doit être intégrée ou si plusieurs balances d'un type compatible doivent être utilisées, il est possible de les intégrer avec le logiciel pour les bioprocédés eve®. Pour plus d'informations, contacter le fabricant de l'appareil.


4.3 Servomoteur (High Torque)



Pour des vitesses élevées, il est possible d'utiliser un servomoteur plus puissant au lieu du moteur à courant continu sans balais utilisé de série.

- 1 Borne de signal pour câble d'interface (orange)
- 2 Raccordement au courant pour câble d'alimentation (vert)

Le moteur dispose d'un accouplement mécanique et est couplé comme le moteur standard sur le moyeu d'entraînement au niveau du couvercle.



Le servomoteur est alimenté par un variateur de puissance CA. L'amplificateur est situé dans un boîtier séparé et est connecté par deux câbles (non représentés) de façon fixe à l'appareil de base. Le câble d'alimentation (vert) et le câble d'interface (orange) pour le moteur sont situés à l'arrière du boîtier de commande. Le servomoteur est commandé comme le moteur standard via la console de commande à écran tactile.

Options

Spécifications système d'agitation avec moteur à fort couple

Indication	Valeur
Entraînement	Arbre avec joint mécanique d'étanchéité
Moteur	Servomoteur Puissance nominale : 330 W Couple nominale : 1,05 Nm
Plage de vitesse de rotation avec 2 turbines (Standard)	Cuves 13 I / DN 200 : 20 bis 1250 min ⁻¹ Autres cuves : 20 à 1500 min ⁻¹
Plage de vitesse de rotation avec 3 turbines (Option)	Cuves 13 I / DN 200 : 20 à 1000 min ⁻¹ Autres cuves : 20 à 1500 min ⁻¹
Précision	Mesure : ± 5 min ⁻¹ pour 20 à 1500 min ⁻¹ Régulation : ≤ ± 5 min ⁻¹ pour 20 à 1500 min ⁻¹
Sens de rotation arbre d'entraînement	En sens antihoraire = rotation à gauche (Vue de dessus de la cuve)
Palier	Hors de la cuve, dans le moyeu d'entraînement
Turbines	Turbines à disques (Rushton) avec 6 pales



INFORMATION

Toutes les vitesses pour une viscosité similaire à celle de l'eau, sans aération. Livraison de cuves munies de 2 turbines par défaut. La vitesse maximale réglable sur la console de commande est prévue pour 2 turbines.

Options

4.4 Détection de niveau (« Level »)

La sonde niveau détecte le liquide dans la cuve de culture. Dès que la sonde détecte du liquide, un signal est généré. L'affichage des mesures du paramètre indique « 100 ». Ce signal peut être utilisé au besoin pour une régulation du niveau afin de maintenir le volume utile constant dans la cuve de culture. À cette fin, il est possible, par exemple, de commander via une simple cascade la pompe « Feed » ou une pompe optionnelle, qui achemine du liquide vers la cuve de culture ou l'en évacue. Des configurations spéciales sont disponibles sur demande.

Sonde niveau

Par défaut, la sonde niveau est livrée munie d'un manchon de blocage sans joint torique pour un port de Ø 12 mm / Pg13,5 dans le couvercle de la cuve.

Pour le montage dans un port de 19 mm dans le couvercle de cuve avec une largeur nominale de 200 mm, un adaptateur approprié est également fourni.



- 1 Raccordement pour fiche banane
- 2 Manchon de blocage avec vis à tête fendue (A)
- 3 Manchon de la sonde avec isolation transparente

La sonde niveau est équipée de deux capuchons de protection NON autoclavables.

Des versions avec le manchon de blocage pour des ports de Ø 10 mm ou 19 mm sont disponibles avec les manchons de blocage correspondants.

Pour de plus amples détails concernant les manchons de blocage et les adaptateurs, voir le chapitre principal « Accessoires ».

4.5 Analyse des gaz de sortie

Pour pouvoir tirer des conclusions sur l'état de la culture pendant le processus biologique, les valeurs mesurées de CO₂ et O₂ sont souvent identifiées et analysées dans le flux des gaz de sortie du bioréacteur.

4.5.1 Systèmes de mesure (capteurs de gaz)

Pour l'analyse des gaz de sortie des capteurs combinés CO₂ et O₂ des types BlueInOne Ferm, BlueInOne Cell ou BlueVary sont disponibles comme système de mesure.

Plages de mesure capteurs de gaz

Type capteur de gaz	Vol. % CO ₂	Vol. % O ₂
BlueInOneFerm	0 à 10	1 à 50
	0 à 25	1 à 50
BlueInOneCell	0 à 10	0 à 100
BlueVary (cartouche ZrO ₂)	0 à 10	0,1 à 50
	0 à 25	0,1 à 50
BlueVary (cartouche eC)	0 à 10	0 à 100
	0 à 25	0 à 100
	0 à 25	0 à 25

Pour l'analyse des gaz de sortie des capteurs combinés CO₂ et O₂ des types BlueInOne Ferm, BlueInOne Cell ou BlueVary sont disponibles comme système de mesure.

4.5.2 Raccorder les capteurs de gaz

Pour pouvoir afficher des valeurs de mesure sur la console de commande, le système de mesure pour l'analyse des gaz de sortie doit être raccordé au bioréacteur.

Le capteur de gaz doit être raccordé au câble de la sonde et les gaz de sortie doivent partir du bioréacteur pour traverser le capteur de gaz grâce à un tuyau. Normalement, la connexion câblée est effectuée une fois lors de la mise en service et peut ensuite rester ainsi. Le raccordement à la ligne de sortie de gaz est effectué avant chaque culture.

Pour plus de détails concernant les conditions idéales de raccordement, consulter la documentation séparée du fabricant.

Options

Raccorder le câble de la sonde

Du côté de l'appareil, le câble de la sonde est préinstallé en usine (dos de l'appareil). Le câble dispose d'un connecteur rond à 8 pôles. Pour connecter la sonde, le connecteur est inséré dans la douille de raccordement désignée par Port **A** sur le capteur de gaz.

La longueur du câble de la sonde permet un positionnement flexible du capteur de gaz.

Réaliser le raccordement des tuyaux

Afin de pouvoir établir la conduite entre le capteur de gaz et la cuve de culture (filtre de gaz de sortie), un tuyau de pression de 3 m, D = 8 x 14,5 et une pince pour tuyaux souples sont fournis.

La ligne de tuyau entre la cuve de culture (filtre de gaz de sortie) et la sonde de gaz doit être posée dans le sens du flux des gaz à travers le capteur de gaz.

Procéder comme suit :

Procédure

1. Couper un bout aussi court que possible du tuyau de pression fourni.
2. Enficher une extrémité du tuyau sur la tétine pour tuyau (respecter le sens d'écoulement) au niveau de l'adaptateur de débit du capteur de gaz et fixer avec une pince pour tuyaux souples.
3. Enficher l'extrémité ouverte du tuyau sur le filtre de gaz de sortie au niveau du condenseur de gaz de sortie.



INFORMATION

Ici, ne poser AUCUNE pince pour tuyaux souples, car la conduite doit pouvoir se défaire de manière pratique et facile à cet endroit, pour autoclaver la cuve de culture par exemple.

4.5.3 Étalonner

Une fois par mois, et lors de la première mise en service, un étalonnage à 1 point doit être réalisé afin de garantir des résultats précis.

La procédure a lieu directement sur le capteur de gaz et elle est décrite dans la documentation à part du fabricant BlueSens.

4.5.4 Remplacer une cartouche de capteur de gaz BlueVary

La durée maximale d'une cartouche de capteur de gaz BlueVary est de 9000 heures de fonctionnement. Une fois cette limite atteinte, une mesure avec cette cartouche n'est plus possible. Cela signifie qu'aucune valeur de mesure n'est plus émise, et l'écran d'affichage devient rouge. La cartouche doit être remplacée par le fabricant de capteurs.

4.6 Multiplexer (module de commutation des gaz)

Afin de mesurer les valeurs des gaz de sortie - principalement O₂ et CO₂ - en cas de bioprocédés fonctionnant en parallèle, chaque bioréacteur doit habituellement être équipé du système de mesure correspondant (voir le chapitre « Analyse des gaz de sortie »). L'utilisation d'un ou plusieurs multiplexers du fabricant de l'appareil permet de ne plus utiliser qu'un seul système de mesure. Les gaz de sortie des différents bioréacteurs sont acheminés les uns après les autres dans le système de mesure utilisé à l'aide du/des module(s) de commutation des gaz, avec un décalage temporel. Les valeurs déterminées sont affectées au bioréacteur respectif.

Avec l'utilisation de multiplexers, les informations de mesure pour les différentes cuves de culture ne sont pas disponibles en permanence, puisque les gaz de sortie de toutes les cuves de culture sont mesurés séquentiellement avec une sonde de mesure. L'intervalle de mesure réalisable pour chaque cuve de culture dépend entre autres du nombre de cuves de culture, du débit volumique des gaz ainsi que du type de tuyau utilisé et de sa longueur.

4.7 Mesure de la turbidité

À partir de la turbidité, il est possible de déduire la concentration de la biomasse dans la culture. Pour déterminer la turbidité de la culture, deux systèmes de mesure sont disponibles :

Options

Variante ASD12-N

Spécifications techniques

Sonde (Absorption de la lumière par un seul canal) avec un émetteur intégré

Type de sonde	ASD12-N	
Choix longueurs du chemin optique	OPL01	pour densités cellulaires très élevées.
	OPL05	pour densités cellulaires plus élevées
	OPL10	pour faibles densités cellulaires
Plage de mesure de l'absorption	0 à 4 CU	

Les sondes ASD12-N fournissent la turbidité non linéarisée de la culture. Celle-ci peut par exemple être linéarisée manuellement par capteur logiciel dans eve® ou lors de l'analyse des données dans la feuille de calcul, pour obtenir par exemple une corrélation avec la concentration de la biomasse ou avec la densité optique.



INFORMATION

La température du système de mesure est coupée automatiquement, si la température dans le milieu mesurée par la sonde dépasse 50 °C pendant l'opération. Dès que le milieu est suffisamment refroidi, la mesure est reprise de nouveau.

Variante CGQ BioR

Spécifications techniques

Capteur (mesure non invasive de la lumière diffusée) avec émetteur intégré dans l'appareil de base (CGQ BioR-Gateway)

Type de capteur	CGQ BioR avec deux LEDs / modes de mesure	
Choix de modes de mesure (LEDs)	Vert (521 nm)	pour les faibles densités de cellules
	Infrarouge (940 nm)	pour des densités de cellules élevées
Plage de mesure	0 à 1000	

**ATTENTION**

La lumière émise par les DELs sur la plaque du capteur est très sensible et peut endommager l'iris ou la rétine. La plaque du capteur CGQ BioR contient une DEL infrarouge qui émet un rayonnement à haute énergie dans la zone invisible. Les plaques de capteurs équipées de cette DEL portent le symbole d'avertissement illustré à gauche.

- Porter des lunettes de sécurité et n'exposer jamais les yeux ou la peau à des radiations sans protection !
- Respectez toujours une distance de sécurité >1 m par rapport aux plaques de capteurs actives.
- Mettre en pause ou arrêter les mesures tièdes avant toute intervention à l'intérieur de la distance de sécurité.

**INFORMATION**

Les capteurs BioR CGQ sont optimisés pour les bioprocédés microbiens. Les capteurs peuvent être utilisés à des températures comprises entre 15 et 50 °C.

Les capteurs CGQ BioR mesurent de façon non invasive la lumière diffusée par la culture. Celle-ci est proportionnelle à la concentration de biomasse dans le bioréacteur, mais peut également être traitée, par exemple à l'aide d'un capteur logiciel dans eve®, afin d'obtenir une corrélation avec la densité optique, par exemple.

Les détails et les spécifications des sondes/capteurs et leurs principes de mesure ainsi que la sécurité, l'utilisation et la maintenance peuvent être trouvés dans la documentation séparée des fabricants. Lisez-les avant d'utiliser la sonde / le capteur de turbidité et suivez les instructions.

4.7.1 Etalonner la sonde / le capteur

Variante ASD12-N

Les sondes ASD12-N sont étalonnées en usine. Des inserts pour la mesure de référence sont disponibles.

Un étalonnage du zéro doit être effectué avant toute culture en raison de la différente absorption de la lumière des milieux de culture. Selon l'application, cet étalonnage peut être effectué sur la console de commande **avant ou après** l'autoclavage. Pour les détails, voir le manuel d'opération séparé du logiciel pour écran tactile.

Options

Variante CGQ BioR

CGQ BioR capteurs sont pré-étalonné en usine. Un nouvel étalonnage n'est pas nécessaire.

4.7.2 Monter la sonde / le capteur

Variante ASD12-N

Les sondes peuvent être montés directement dans des ports de 12 mm/Pg13,5. Pour le montage dans un port de 19 mm, un adaptateur supplémentaire est nécessaire. Pour régler la profondeur de montage, il faut monter la sonde à l'aide d'une porte-sonde.

Pour plus de détails concernant les porte-sondes, voir le chapitre principal « Accessoires », chapitre « Porte-sondes ».

Respecter les points suivants pour le montage :

- S'assurer que la sonde est dotée d'un joint torique, l'installer le cas échéant.
- Monter la sonde à la main, sans utiliser d'outils !
- Si la profondeur de montage de la sonde (montage avec porte-sonde) est réglable, la régler correctement avant l'autoclavage, car un ajustement ultérieur présente un risque de contamination.
- Monter la sonde de telle sorte qu'elle n'entre pas en contact avec d'autres composants ou avec la cuve en verre.
- Monter la sonde de sorte que le flux circule bien, et qu'aucune bulle d'air ne se forme dans la fente de mesure.

Variante CGQ BioR

Les capteurs CGQ BioR sont toujours fixés à la cuve de culture à l'aide de la ceinture attachée au capteur. Pour ce faire, le capteur avec la fenêtre de mesure est pressé contre la cuve en verre et fixé à l'aide de la courroie. Selon la cuve de culture, différentes positions du capteur ou méthodes de montage peuvent être nécessaires. Pour les détails de montage, voir la documentation séparée du fabricant du capteur.

Respecter les points suivants pour le montage :

- Veillez à ce que le capteur ne soit pas fixé sur des repères ou des autocollants sur la cuve en verre, car cela pourrait affecter la mesure
- Monter le capteur de manière à ce qu'il ne soit pas devant ou à proximité de pièces en acier réfléchissantes (< 20 mm).

Options

- Veiller à ce que le capteur soit positionné de manière à ce que le liquide se trouve devant la fenêtre de mesure pendant toute la durée du bioprocédé.
- La mousse, les fortes concentrations de gaz et l'utilisation d'agents antimousse peuvent interférer (de manière significative) avec la diffusion de la lumière dans les cellules en croissance.

4.7.3 Anomalies mesure de la turbidité

Anomalie		
Affichage de mesure inhabituel / pas crédible		
Cause possible	Dépannage	Par
Câble de sonde/capteur pas ou mal raccordé.	Vérifier le raccord du câble de sonde. Au besoin, le raccorder correctement.	Opérateur
ASD12-N : La sonde n'est pas étalonnée.	Etalonner le point zéro de la sonde.	Opérateur
ASD12-N : Formation d'un dépôt sur la fenêtre en saphir.	Nettoyer soigneusement la sonde.	Opérateur
CGQ BioR : Le capteur n'est pas fixé au bon endroit / mesure dans la mousse.	Placer le capteur au niveau du liquide. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle devant la fenêtre de mesure.	Opérateur
Câble de sonde/capteur défectueux	Remplacer le câble.	Technicien du service après-vente INFORS HT
Sonde défectueuse/capteur défectueux.	Remplacer la sonde/le capteur.	Opérateur

Options

4.8 Mesure de permittivité

Les sondes du système ABER Futura mesurent la permittivité (aussi : *capacitance*) et la conductivité (*conductivity*) de la culture. Sur la base de ces données de mesure, il est par exemple possible d'effectuer une corrélation avec la concentration de la biomasse vivante par Soft-Sensor dans eve® ou lors de l'analyse des données.

La sonde avec transmetteur associé doit être achetée directement auprès du fabricant ABER. INFORS HT propose un raccordement sur l'appareil de base pour le transmetteur.

Grandeurs de mesure	Valeur	Unité
Permittivité	0 à 400	pF cm ⁻¹
Conductivité	0 à 40	mS cm ⁻¹

L'étalonnage est effectué selon les indications du fabricant, directement sur le transmetteur.

Pour plus de détails concernant le système ABER Futura, consulter la documentation séparée du fabricant ABER.

4.9 Mesure redox

Le potentiel d'oxydoréduction (redox) dans le milieu de culture est mesuré par la sonde redox.

Système de mesure	Propriétés
HAMILTON numérique	■ Sonde combinée classique (mesure du potentiel d'oxydoréduction par rapport à la référence) avec électronique intégrée ■ Typ: Easyferm Plus ORP ARC ■ Plage de mesure : -1500 mV à +1500 mV

La sonde redox peut être raccordée à la place de la sonde pO₂ HAMILTON. Si la sonde est utilisée en plus de la sonde pO₂ HAMILTON ou si l'appareil est configuré pour les sondes METTLER, il faut un câble de raccordement supplémentaire.

Étalonnage

Un étalonnage avec une solution tampon redox est possible via une console Hamilton Arc ou un câble USB Hamilton Arc, disponibles tous deux séparément auprès du fabricant de la sonde.

Les documentations séparées du fabricant de la sonde fournissent des détails concernant les caractéristiques techniques, l'utilisation et l'entretien des sondes redox.

Montage de la sonde

La sonde Redox est montée dans un port de 12 mm / Pg13,5 dans le couvercle de la cuve à l'aide d'un porte-sonde. Pour plus de détails sur le porte-sonde, voir le chapitre principal « Accessoires », chapitre « Porte-sonde ».

4.10 Mesure conductivité

Pour mesurer la conductivité dans le milieu, on utilise une sonde dont la construction repose sur le principe des 4 électrodes. Celle-ci assure une excellente linéarité dans la plage de mesure de 1 à 300000 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Le transmetteur est intégré dans la tête de la sonde.

Spécifications techniques

Type de sonde	Conducell 4USF ARC avec électronique intégrée
Plage de mesure	1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ à 300000 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Précision	$\pm 3 \%$ pour 1 à 100000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ $\pm 5 \%$ pour 100000 à 300000 $\mu\text{S}/\text{cm}$



INFORMATION

Les sondes conductivité sont préconfigurées par le fabricant d'appareil INFORS HT. Les sondes de rechange doivent être configurées de nouveau avant l'utilisation !

Etalonnage

Les sondes conductivité sont pré-étalonnées en usine. Ils disposent d'une fonction d'autodiagnostic qui fournit entre autres des recommandations d'étalonnage. Pour pouvoir utiliser cette fonction, il faut se procurer le logiciel ou le matériel correspondant auprès du fabricant de sondes.

Pour plus d'informations sur les données techniques, l'utilisation et la maintenance de la sonde conductivité, voir la documentation séparée du fabricant de la sonde.

Options

Montage de la sonde

Des sondes de conductivité sont montées dans un port de 12 mm / Pg13,5 dans le couvercle de la cuve à l'aide d'un porte-sonde.

Pour le montage dans un port de 19 mm, il est nécessaire d'utiliser un adaptateur en plus. Voir le chapitre principal « Accessoires », chapitre « Porte-sonde » pour plus de détails.

4.11 Régulation de pression


L'appareil standard est conçu pour fonctionner sans pression. Si une culture est effectuée sous pression, l'installation d'une régulation de pression est nécessaire.



AVERTISSEMENT

La cuve en verre peut éclater ou se casser si la pression dans la cuve de culture est trop élevée. Sans régulation de pression, il est interdit d'établir une pression !

Options



La régulation de pression est constituée d'une électrovanne (vanne de dosage) et d'un capteur de pression piézorésistif avec un joint torique (celui-ci n'est pas représenté).

L'électrovanne est située à côté ou, selon la configuration de l'appareil, sous l'unité d'injection, à droite de l'appareil de base.

ATTENTION

Risque de brûlures légères en cas de contact avec l'électrovanne chaude !

L'électrovanne se réchauffe dès qu'elle est sous tension électrique, ce qui est le cas lorsque l'appareil est allumé.

Un tuyau à pression pour le raccordement au filtre de gaz de sortie pendant le fonctionnement ou la culture est installé lors de l'installation de l'appareil.

La régulation de pression est réglée et activée dans le logiciel pour écran tactile à l'aide du paramètre *Pressure*. La régulation est jusqu'à 400 mbars possible.

Lorsque la régulation est désactivée (paramètre OFF), la vanne est ouverte afin d'empêcher une éventuelle accumulation de pression dans la cuve.

Pour les détails concernant le logiciel pour écran tactile, voir le manuel d'opération séparé.



Le capteur de pression est monté dans un port de 19 mm dans le couvercle de la cuve. Un adaptateur fileté permet le montage (voir chapitre principal « Accessoires »).

Un capuchon en plastique protège la membrane en acier de la sonde contre les dommages. Un capuchon avec un filetage intérieur en acier protège le connecteur femelle de la sonde au cours de l'autoclavage.

- 1 Capuchon en acier avec un filetage intérieur
- 2 Vis à tête creuse
- 3 Capuchon de protection (plastique)

Options

Avant l'autoclavage

Le capteur de pression est monté dans un port de 19 mm dans le couvercle de la cuve et il est autoclavé avec la cuve de culture.

Pour le montage, procéder comme suit :

Procédure

1. Munir un port de 19 mm du couvercle de la cuve d'un adaptateur fileté.
2. Retirer délicatement le capuchon de protection de la membrane en acier du capteur de pression.



PRECAUTION

Le diaphragme en acier est très sensible et peut être endommagé par frottement, collision avec des objets durs !

Monter la sonde de pression avec précaution à la main. Ne jamais utiliser des outils !

3. S'assurer que le capteur de pression est doté d'un joint torique intact, le monter le cas échéant.
4. Visser le capteur de pression avec précaution dans l'adaptateur fileté.
5. Visser le capuchon en acier sur le raccordement de câble de la sonde.

Après l'autoclavage


Après l'autoclavage, le filtre de gaz de sortie sur le condenseur de gaz de sortie doit être raccordé à l'électrovanne avec le flexible sous pression pré-installé, de sorte que le gaz de sortie soit acheminé pendant la culture à travers l'électrovanne, et guidé dans l'atmosphère ou dans la ligne de sortie de gaz installée par l'opérateur.

De même, le câble du capteur doit être raccordé au capteur de pression.

Pour ce faire, procéder comme suit :

Procédure

1. Fixer le tuyau à pression de l'électrovanne sur le filtre de gaz de sortie.
2. Dévisser le capuchon en acier de la fiche du câble sur le capteur de pression.



3. Insérer la fiche du câble du capteur dans le connecteur du capteur de pression.

Pour cela, les deux marques rouges sur la fiche et la prise doivent coïncider.

Entretien

Le capteur de pression est sans entretien. Le cycle de recalibrage dépend des conditions d'application. Toutefois, un recalibrage annuel par le fabricant du capteur est recommandé.

4.12 Unité LabCIP, CIP/SIP

L'appareil est utilisé pour le nettoyage (NEP) et la stérilisation (SEP) du bioréacteur, à condition que l'appareil soit configuré en conséquence.

Toutes les informations sur la sécurité, la structure et la fonction, le fonctionnement, l'entretien et les spécifications techniques du LabCIP se trouvent dans le manuel d'opération séparé du fabricant de l'appareil.

Accessoires

5 Accessoires

Ci-après, tous les accessoires inclus dans le pack sont énumérés selon la taille de la cuve (TV = volume total en litres) ou le diamètre nominal (= diamètre intérieur) de la cuve.

Accessoires	DN 115		DN 150	DN 200
	2 l TV	3,6 l TV	7,5 l TV	13 l TV
Bac de support et rétention	1	1	1	1
Diffuseur de gaz, en forme de L	1	1	1	1
Turbine, Rushton	2	2	2	2
Doigt de gant pour sonde température dans port de Ø 10 mm	1	1	1	1
Chicane	3	3	3	3
Bouchon pour port de Ø 10 mm	1	1	1	1
Bouchon pour port de Ø 12 mm / Pg13,5	5	5	5	4
Bouchon pour port de Ø 19 mm (avec joint torique)	1	1	2	5
Insert d'ajout, quadruple, pour port de Ø 19 mm	1	1	1	1
Aiguille d'inoculation & bague porte septum) pour port de Ø 12 mm / Pg13,5	1	1	---	---
Aiguille d'inoculation & bague porte septum pour port de Ø 19 mm	---	---	1	1
Manchon de blocage pour port de Ø 12 mm / Pg13,5 avec Ø-int. 6 mm (pour diffuseur de gaz)	1	1	1	1
Tube plongeant, droit, Ø 6 mm pour port 12 mm / Pg13,5	1	1	1	1
Adaptateur fileté pour port de Ø 19 mm	1	1	2	5
Système de prélèvement Super Safe Sampler pour port de Ø 12 mm / Pg13,5	1	1	1	1
Kit de démarrage	1	1	1	1
Support de flacons de réactif et de pompes pour flacons de 250 ml	1	1	1	---
Support de flacons de réactif et de pompes pour flacons de 500 ml	---	---	---	1

**INFORMATION**

Les chapitres suivants décrivent les accessoires qui sont fournis avec l'appareil en standard et aussi ceux qui sont disponibles en option.

5.1 Bac de support et rétention



La cuve de culture est dotée d'une plaque de support et de rétention en acier inoxydable.

Dimensions :

- 373 mm × 373 mm pour cuves DN 115 / 150
- 423 mm × 423 mm pour cuves DN 200

5.2 Support de flacons de réactif et de pompes




La stérilisation en autoclave des cuves de culture s'effectue avec les flacons de réactif, des tuyaux et des têtes de pompes.

Un support pour flacons de réactif et pompes est à disposition pour faciliter la manipulation. Il en existe deux versions, selon la dimension nominale de la cuve de culture :

- Pour des flacons de réactif de 250 ml, livraison de cuves DN 115 et DN 150
- Pour des flacons de réactif de 500 ml, livraison de cuves DN 200

Accessoires



Le support de flacons de réactif peut être accroché au support de cuve. La plaque de montage munie des têtes des pompes peut être placée sur le support de flacons de réactif et de pompes.



Le support de flacons de réactif de 500 ml peut être modifié de façon à accepter des flacons de 250 ml à l'aide de bagues de centrage optionnelles (kit de modification optionnel).

5.3 Système de prélèvement d'échantillons Super Safe Sampler

Il existe quatre systèmes ainsi que des composants individuels pour le prélèvement. Le fonctionnement et la manipulation du système aseptique de prélèvement d'échantillons Super Safe Sampler, combiné à un tube plongeant, sont décrits dans ce manuel d'opération.

L'utilisation du Super Safe Sampler empêche une contamination de la cuve de culture lors du prélèvement.


Contenu du coffret

Le coffret comprend un système de vannes prémonté avec des tuyaux et deux seringues. Il est relié au tube plongeant par un tuyau en silicone.




Système de vannes

- 1 Filtre stérile
- 2 Vanne de retenue
- 3 Vanne de prélèvement
- 4 Pièce en T
- 5 Tuyau



Le système de vannes comprend une pièce en T, 2 vannes de retenue, 1 vanne de prélèvement, 1 filtre stérile, 1 tuyau servant d'adaptateur pour la seringue et un autre tuyau servant de raccord avec le tube plongeant pour le raccordement à la cuve de culture.

Accessoires



Principe de fonctionnement

La vanne de prélèvement sur le bras latéral de la pièce en T s'ouvre lorsque la seringue Luer-Lock est appliquée et se ferme lorsqu'elle est retirée. Aucune autre manipulation n'est nécessaire. La vanne de retenue empêche le retour accidentel de l'échantillon prélevé, ce qui exclut aussi le risque de contaminations de la cuve de culture.

Après le prélèvement, de l'air est introduit dans le filtre stérile à l'aide de la deuxième seringue pour chasser la solution de culture du tuyau de prélèvement et du tube plongeant de la cuve de culture. Il n'est pas nécessaire de prélever et de jeter de la solution de culture pour rincer le tuyau de prélèvement et le tube plongeant. Par conséquent, le volume de la solution de culture peut être économisé, ce qui est important pour les cuves de culture de petite taille et/ou en cas de prélèvements fréquents.

La solution de culture restant dans le système de vannes après le rinçage à l'air stérile et l'élimination du liquide restant n'est que de quelques μl : cela est donc négligeable. Toutefois, pour exclure absolument toute erreur d'échantillonnage, il est possible de prélever et de jeter une petite quantité de solution de culture (p. ex. 1 ml) avant de procéder au prélèvement à proprement parler.

Utilisation prévue

Le Super Safe Sampler est conçu pour le prélèvement d'échantillons complètement liquides.

Des composants solides dans l'échantillon peuvent boucher les vannes. L'utilisation du Super Safe Sampler avec des milieux de culture contenant des solides n'est donc pas recommandée.

Le Super Safe Sampler est autoclavable (pas les deux seringues !) et par conséquent réutilisable.

Conseils d'utilisation du Super Safe Sampler

La stérilité de la cuve est assurée à tout moment, même sans les mesures ultérieures possibles.

L'utilisation d'une seringue stérile et de capuchons stériles est nécessaire uniquement si l'échantillon est traité en conditions aseptiques.

La même seringue non stérile peut être réutilisée pour le prélèvement sans crainte de contamination de la chambre de culture.

Prélèvement aseptique

Utiliser pour chaque échantillon une seringue neuve, stérile avec cône Luer-Lock.

Les seringues stériles étant des consommables, elles ne sont pas comprises dans le set.

**INFORMATION**

Il est aussi possible d'utiliser une autre seringue. Un raccord Luer-Lock empêchera toutefois la seringue de glisser.

- Avant de placer la seringue pour le prélèvement, désinfecter la vanne de prélèvement. Pour cela, vaporiser un désinfectant du commerce sur la vanne.
- Immédiatement après la vaporisation et après chaque prélèvement, fermer la vanne de prélèvement à l'aide d'un capuchon Luer-Lock stérile (capuchon d'obturation) pour assurer la stérilité de la vanne et de l'échantillon.

Les capuchons ne sont pas fournis. Il est pratique d'acquérir des capuchons mixtes, adaptés à la fois aux raccords mâles et femelles.

Les capuchons, qui sont ventilés et composés d'un matériau autoclavable, peuvent déjà être installés au cours de l'autoclavage.


Accessoires

5.4 Diffuseurs de gaz (Sparger)

L'alimentation directe en gaz dans le milieu de culture s'effectue par défaut par un diffuseur de gaz. Il est équipé d'un manchon de blocage pour le montage dans un port de 12 mm / Pg13,5 dans le couvercle de la cuve. Il est raccordé à l'injection de gaz de l'appareil de base par l'intermédiaire d'un tuyau en silicone à filtre stérile.


Diffuseur de gaz en forme de L

Ø intérieur	4,0 mm
Ø extérieur du raccord de tuyau	6,0 mm



Diffuseur de gaz annulaire

Ø intérieur	4,0 mm
Ø extérieur du raccord de tuyau	6,0 mm

**5.5 Turbines**

Voir les détails au chapitre « Construction et fonction », « Système d'agitation ».

Accessoires

5.6 Doigt de gant pour sonde température (Pt100)

Le doigt de gant est fermé à son extrémité inférieure et est utilisé pour l'insertion de la sonde température.

Doigt de gant Ø 10 mm

Est équipé d'un joint torique.

Pour la fixation dans le port de 10 mm du couvercle de la cuve, on utilise deux vis à tête fendue.

La figure de gauche ne montre pas la longueur totale du doigt de gant.




5.7 Chicanes

Les cuves de culture sont équipées de trois chicanes à pales par défaut.

Chicane à pale, 3 pièces

Doivent être équipées d'un joint torique avant le montage.

Une vis à six lobes internes est utilisée pour le montage dans le couvercle.



5.8 Écrous de blocage

Si aucune chicane n'est utilisée, des écrous de blocage doivent être montés à la place dans le couvercle de la cuve. Les écrous de blocage sont disponibles par lot de 3.

Avant le montage, ils sont équipés d'un joint torique.

Une vis à tête à six pans creux est utilisée pour le montage sur le couvercle.



Accessoires


5.9 Bouchons

Les bouchons sont utilisés pour fermer les ports inutilisés. Les bouchons sont conçus différemment en fonction du type de ports.

Bouchon Ø 10 mm

Est équipé d'un joint torique.

Pour la fixation dans le port 10 mm, on utilise deux vis à tête fendu.



Bouchon Ø 12 mm

Doit être équipé d'un joint torique avant le montage.


Un filetage permet le montage dans le port de 12 mm / Pg13,5.



Bouchon Ø 19 mm

Est équipé d'un joint torique.

Pour la fixation dans le port de 19 mm, on utilise un adaptateur fileté.

**5.10 Inserts d'ajout**

Les inserts d'ajout servent à ajouter du liquide dans la cuve de culture. Ils se terminent dans l'espace de tête de la cuve et sont disponibles en versions différentes. Les inserts d'ajout disposent d'un/des raccord(s) pour tuyaux, sont équipés d'un joint torique et sont montés dans leurs ports correspondants du couvercle de la cuve.

Il est possible de raccorder aux inserts d'ajout par exemple :


- Flacons de réactif
- Le cas échéant : conduite de gaz de sortie

Insert d'ajout, quadruple, Ø 19 mm

Ø intérieur	3,0mm
Ø extérieur du raccord du tuyau	4,0 mm

Est équipé d'un joint torique.

Pour la fixation dans le port 19 mm du couvercle de la cuve on utilise deux vis à tête fendue.



Accessoires



Insert d'ajout Ø 12 mm

Ø intérieur	3,0 mm
Ø extérieur du raccord du tuyau	5,0 mm

Doit être équipé d'un joint torique.

Un filetage permet le montage dans le port 12 mm / Pg13,5

5.11 Aiguilles d'inoculation

Des aiguilles d'inoculation servent à ajouter du liquide non-autoclavable dans la cuve de culture. Des exemples de liquide non-autoclavable sont l'inoculum ou bien des réactifs qui ne résistent pas à la chaleur.

Pour préparer l'utilisation d'une aiguille d'inoculation, un septum (membrane de perforation) est fixé dans le port à l'aide d'une bague porte septum correspondante. L'aiguille d'inoculation est raccordée à un flacon de réactif avant d'être autoclavée. Le liquide à ajouter dans la cuve, par exemple l'inoculum, est transféré dans le flacon sous conditions stérile. Le septum dans le port de la cuve est ensuite perforé par l'aiguille d'inoculation et l'aiguille est vissée dans la bague porte septum. Le septum peut être aspergé avec une solution alcoolisée qui sera allumée avant la perforation si nécessaire.

Les aiguilles d'inoculations sont fournies vissées dans une bague porte septum. Elles sont biseautées à leurs extrémités pour faciliter la perforation. L'embout pour tuyau et la pointe très coupante sont munies des capuchons de protection qui ne sont pas autoclavables (!).



INFORMATION

Pour l'ajout des liquides autoclavables, des inserts d'ajouts ou les aiguilles d'inoculation sans septum et sans bague porte septum sont aussi appropriés. Ils doivent être montés aux ports et les flacons de réactifs doivent être raccordés avant l'autoclavage.

Aiguille d'inoculation, Ø 12 mm

Ø intérieur	2,5 mm
Ø extérieur du raccord du tuyau	4,5 mm

Est équipé d'un joint torique.

Un filetage permet le montage dans la bague porte septum pour un port de 12 mm / Pg13,5.


Aiguille d'inoculation, 19 mm

Ø intérieur	2,5 mm
Ø extérieur du raccord du tuyau	4,5 mm

Est équipé d'un joint torique.

Un filetage permet le montage dans la bague porte septum pour un port de 19 mm.



Accessoires

Aiguille d'inoculation, 19 mm

Ø intérieur	4,0 mm
Ø extérieur du raccord du tuyau	6,0 mm

Est équipé d'un joint torique.

Un filetage permet le montage dans la bague porte septum pour un port de 19 mm.



Aiguille d'inoculation, double, Ø 19 mm

Ø intérieur	2,0 mm
Ø extérieur du raccord du tuyau	4,0 mm

Est équipé d'un joint torique.

Un filetage permet le montage dans la bague porte septum pour un port de 19 mm.



5.12 Bagues porte septum

Des bagues porte septum sont utilisées soit avec une aiguille d'inoculation et septum (membrane de perforation) correspondante soit avec une seringue avec aiguille d'injection et un septum. Les aiguilles d'inoculation sont toujours fournies avec bague porte septum. Par contre, des bagues porte septum sont aussi disponibles séparément.

Bague porte septum, Ø 12 mm

Avec filetage femelle.

Un septum (une membrane de perforation) doit être placé dans le port de 12 mm / Pg13,5 avant le montage.

Un filetage permet le montage dans le port.



Bague porte septum, Ø 19 mm

Avec filetage femelle.

Un septum (une membrane de perforation) doit être placé dans le port de 19 mm avant le montage de la bague porte septum.

On utilise un adaptateur fileté pour le montage dans le port.




Armature de perforation système Roussel, 19 mm

Sans filetage interne, pour inoculation avec une seringue.

Avant le montage, un septum doit être inséré dans le port de 19 mm.

Un adaptateur fileté est utilisé pour le montage.



Accessoires

5.13 Tubes plongeants

Les tubes plongeants sont ouverts aux deux extrémités et sont montés dans un port du couvercle de la cuve à l'aide d'un manchon de blocage.

Les tubes plongeants sont utilisés pour différents usages :

- Pour remplir la cuve de culture après l'autoclavage. L'utilisation d'un tube plongeant évite la formation de mousse.
- Pour l'ajout d'inoculum.
- Pour le prélèvement. Pour le prélèvement, il est possible d'utiliser le système de prélèvement d'échantillons aseptique Super Safe Sampler.
- Pour la récolte
- Pour évacuer le milieu de culture en cas de culture continue
- Pour vider la cuve de culture

En fonction de l'application, il est possible, grâce à des tuyaux en silicone, de raccorder d'autres cuves, systèmes de prélèvement d'échantillons ou, éventuellement, faisceaux de tuyaux, au tube plongeant. Il est possible d'utiliser simultanément plusieurs tubes plongeants, si un nombre suffisant de ports du couvercle de la cuve est disponible.

Des types et modèles de tubes plongeants différents sont disponibles :

Tube plongeant, droit Ø 6 mm

Ø intérieur	3,0 mm
Ø extérieur du raccord du tuyau	4,2 mm / 5,0 mm

Le tube plongeant ne va pas jusqu'au fond de la cuve.

La figure de gauche montre uniquement la partie supérieure des tubes plongeants.



**Tube plongeant, droit Ø 12 mm**

Ø intérieur	10 mm
Ø extérieur du raccord du tuyau	12 mm

Le tube plongeant ne va pas jusqu'au fond de la cuve.
La figure de gauche montre uniquement la partie supérieure d'un tube plongeant.

**Tube plongeant, coudé avec embout horizontal, Ø 6 mm**

Ø intérieur	4,0 mm
Ø extérieur du raccord du tuyau	6,0 mm

Le tube plongeant va jusqu'au fond de la cuve.


5.14 Manchons de blocage

Les manchons de blocage sont utilisés pour le montage du diffuseur de gaz, des différents tubes plongeants et des sondes anti-mousse / niveau. Le composant est fixé à l'aide du manchon de blocage et sa profondeur de montage peut être réglée.

Le manchon de blocage doit correspondre au diamètre externe du composant et à la taille du port.

Accessoires

Manchon de blocage Ø 6 mm / 10 mm




Est équipé d'un joint torique (B).

Pour la fixation dans le port 10 mm, on utilise deux vis à tête fendu.

Une fois la vis à tête fendue (A) dévissée, le composant de Ø 6 mm peut être inséré dans le manchon de blocage ou retiré. Le serrage de la vis à tête fendue permet de le fixer dans le manchon de blocage.

Manchon de blocage Ø 6 mm / 12 mm




Doit être équipé d'un joint torique avant le montage.

Un filetage permet le montage dans le port de 12 mm / Pg13,5.

Une fois la vis à tête fendue (A) dévissée, le composant de Ø 6 mm peut être inséré dans le manchon de blocage ou retiré. Le serrage de la vis à tête fendue permet de le fixer dans le manchon de blocage.

Manchon de blocage, Ø 6 mm / 19 mm




Est équipé d'un joint torique (B).

Pour la fixation dans le port de 19 mm, on utilise un adaptateur fileté.

Une fois la vis à tête creuse (A) dévissée, le composant de Ø 6 mm peut être inséré dans le manchon de blocage ou retiré. Le serrage de la vis à tête creuse permet de le fixer dans le manchon de blocage.

Manchon de blocage, Ø 12 mm / 19 mm



Est équipé d'un joint torique (B).


Pour la fixation dans le port de 19 mm, on utilise un adaptateur fileté.

Une fois la vis à tête creuse (A) dévissée, le composant de Ø 12 mm peut être inséré dans le manchon de blocage ou retiré. Le serrage de la vis à tête creuse permet de le fixer dans le manchon de blocage.

5.15 Porte-sonde

Les porte-sondes sont utilisés pour régler la profondeur de montage de sondes (pH, pO₂, etc.) dans les ports 12 mm / Pg 13,5. Un porte-sonde respectivement la sonde doit être équipée d'un joint torique avant le montage.

Le porte-sonde se compose d'une douille avec une vis sans tête, d'une tige conductrice avec une fourche et d'une vis creuse. La clé pour la vis sans tête est également fournie.



- 1 Douille
- 2 Vis sans tête
- 3 Tige conductrice
- 4 Fourche
- 5 Vis creuse

5.16 Adaptateur fileté



Un adaptateur fileté dispose d'un filetage interne et est utilisé pour le montage de bouchons ou de manchons de blocage d'un diamètre de 19 mm sur un port (non fileté) de 19 mm dans le couvercle de la cuve.

Deux vis à tête fendue sont utilisées pour le montage.

5.17 Adaptateur




L'adaptateur est utilisé pour le montage des composants d'un diamètre de 12 mm sur un port (non fileté) de 19 mm dans le couvercle de la cuve.

Est équipé d'un joint torique.

Accessoires

5.18 Condenseur de gaz de sortie


Le condenseur de gaz de sortie sèche le gaz sorti par condensation et empêche ainsi l'humidité de bloquer le filtre de gaz sortie. Il empêche également la perte de liquide dans le milieu de culture. Le gaz de sortie passe par le tube de refroidissement du condenseur de gaz de sortie. Le refroidissement est assuré par de l'eau qui passe par l'enveloppe du tube de refroidissement. Une chicane dans le tube de refroidissement sert à prolonger le temps de séjour de gaz de sortie dans le tube de refroidissement. L'alimentation en eau du condenseur de gaz de sortie est assurée par l'appareil de base. Le débit de l'eau peut être réglé à l'aide de la vanne manuelle sur l'appareil de base.



- | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| 1 | Tube de refroidissement avec enveloppe | 4 | Chicane (silicone) |
| 2 | Raccords de tuyaux arrivée d'eau (en bas) et sortie d'eau (en haut) | 5 | Couvercle avec joint torique (a) |
| 3 | Filetage de vis | 6 | Ecrou-raccord |

Accessoires

Le condenseur de gaz de sortie est livré pré-équipé d'un tuyau à pression et d'un filtre de gaz de sortie ainsi que des tuyaux à pression d'alimentation (en bas) ou d'évacuation (en haut) de l'eau. Les tuyaux et le filtre sont fixés à l'aide des colliers de serrages. Pour le raccordement à l'appareil de base, des tuyaux appropriés ainsi que des raccords rapides et des têtes pour tuyau sont fournis avec.



- 1 Condenseur de gaz de sortie
- 2 Collier de serrage réglable
- 3 Filtre de gaz de sortie

- 4 Raccord rapide
- 5 Tête pour tuyau


Notes importantes

- Le condenseur de gaz de sortie fonctionne uniquement lorsque la régulation thermique est activée.
- Le filtre de gaz de sortie doit être remplacé par un nouveau filtre après chaque culture.

Montage

- Condenseur de gaz de sortie Ø 12 mm : doit être équipé d'un joint torique. Un filetage permet le montage dans le port de 12 mm / Pg13,5.
- Condenseur de gaz de sortie Ø 19 mm : est équipé d'un joint torique. Pour le montage dans le port de 19 mm, on utilise un adaptateur fileté.

Accessoires



- Condenseur de gaz de sortie, modèle pivotant latéralement, Ø 19 mm : est équipé d'un joint torique. Pour le montage dans le port de 19 mm, on utilise un adaptateur fileté.

i

INFORMATION


Ce modèle est entièrement fabriqué en acier inoxydable et n'est pas démontable en pièces.

5.19 Flacons de réactif

Des flacons de réactif en borosilicate sont disponibles en tailles et modèles différentes pour l'ajout de réactifs et de solution nutritive.

Taille	Ø tuyau	Raccords de tuyaux
250 ml ¹⁾	2 x 6 mm	2
250 ml	2 x 6 mm	3 + 1
500 ml ¹⁾	2 x 6 mm	2
500 ml	2 x 6 mm	3 +1
1000 ml	3 x 5 mm	2
2000 ml	3 x 5 mm	2
5000 ml	3 x 5 mm	2
10'000 ml	3 x 5 mm	2

¹⁾ Ces deux tailles de flacons entrent dans le support pour flacons de réactif et pompes correspondant.



Les flacons de réactif sont fournis équipés.

- 1 Attache-câbles
- 2 Tuyaux en silicone
- 3 Filtre

Le modèle de flacon de réactif avec deux raccords de tuyaux est fourni par défaut.

Deux raccords de tuyaux sont situés sur le couvercle. L'un est équipé d'un court morceau de tuyau en silicone avec un filtre pour la compensation de pression.

Le second raccordement, à l'autre extrémité, à l'intérieur du flacon, est équipé d'un morceau de tuyau en silicone.

Pour établir un raccordement de tuyau du flacon de réactif vers l'insert d'ajout dans la cuve de culture et vers une tête de pompe, un morceau de tuyau en silicone est fourni.

Le flacon de réactif se compose de :




- 1 Capuchon à visser, PBT
- 2 Plaque de raccordement avec têtes de tuyaux, PVDF
- 3 Joint plat, silicone
- 4 Flacon de laboratoire, verre borosilicate

Accessoires



La figure à gauche illustre un flacon de réactif à 3 + 1 raccords.

5.20 Sonde antimousse



Si commandée, une sonde antimousse pour le montage dans un port de Ø 10 mm du couvercle de la cuve est fournie par défaut. Un manchon de blocage à joint torique est utilisé pour le montage.


- 1 Tête de la sonde avec raccordement pour fiche banane (A)
- 2 Manchon de blocage avec vis à tête fendue (B)
- 3 Aiguille avec isolation transparente

La sonde antimousse est équipée de deux capuchons de protection NON autoclavables.

Des sondes antimousse pour le montage dans les ports Ø 12 mm / Pg13,5 ou 19 mm sont aussi disponibles. Elles sont fournies avec un manchon de blocage approprié.

Port	Ø intérieur	Ø extérieur du raccord du tuyau
Ø 10 mm	2 mm	4 mm
Ø 12 mm / Pg13,5	3 mm	4 mm
Ø 19 mm	3 mm	4 mm

5.21 Têtes de pompe



Les têtes de pompe autoclavables sont livrées équipées de tuyaux de pompe Pharmed. Trois diamètres de tuyaux différents sont disponibles pour les différents débits :

- 1,0 mm (standard)
- 0,5 mm
- 2,5 mm

Pour des informations détaillées sur les pompes et les tuyaux voir le chapitre principal « Données techniques », chapitre « Spécifications », « Pompes ».

5.22 Filtres stériles

Des filtres stériles sont intégrés comme protection contre la contamination à la fois dans la conduite d'injection d'air et dans la ligne de sortie de gaz. En outre, tous les flacons de réactif doivent être équipés d'un tuyau court avec un filtre afin de compenser la pression.

Tous les filtres stériles livrés sont des filtres jetables autoclavables avec membrane en PTFE.



INFORMATION


Les filtres stériles doivent toujours être propres et secs et sont donc remplacés de préférence après chaque utilisation.

Ø 37 mm, marquage rouge




Utilisation	Entrée d'air
Taux de retenue	0,2 µm

Accessoires




Ø 37 mm, marquage vert

Utilisation	Gaz de sortie
Taux de retenue	0,3 µm sec 1,0 µm humide



Ø 25 mm, non marqué

Utilisation	Super Safe Sampler
Taux de retenue	0,2 µm



Ø 25 mm, non marqué

Utilisation	Flacons de réactif (compensation de pression)
Taux de retenue	0,45 µm

Ø 50 mm, type ACro50 TF, non marqué

Utilisation	Arrivée d'air ¹⁾ / Gaz de sortie ²⁾
Taux de retenue	0,2 µm

¹⁾ Pour débits élevés de gaz

²⁾ Pour une stérilité absolue

5.23 Joints toriques et joints

Désignation	Ø mm	Utilisation
Joint torique, EPDM	1,5 x 7,5	Joint taille du port 10 mm
Joint torique, EPDM	2,62 x 10,77	Joint taille du port 12 mm / Pg13,5
Joint torique, EPDM	2,5 x 15,0	Joint taille du port 19 mm
Joint torique, EPDM	1,78 x 6,07	Arbre d'agitation
Joint torique, EPDM	2,5 x 9,0	Chicanes
Joint torique, EPDM	3,53 x 123,42	Joint du couvercle de la cuve de culture DN 115
Joint torique, EPDM	3,53 x 158,34	Joint du couvercle de la cuve de culture DN 150
Joint torique, EPDM60	5,0 x 208	Joint du couvercle de la cuve de culture DN 200
Joint plat, silicone	32 x 42 x 2	Joint du couvercle des flacons de réactif (toutes les tailles avec deux raccords de tuyaux)
Joint torique, EPDM	2,0 x 26	Joint du couvercle du condenseur de gaz de sortie

Accessoires

5.24 Tuyaux et accessoires pour tuyaux

Type de tuyau	Ø mm	Utilisation
Tuyau à pression, tresse en soie de verre	10 x 17	Sortie d'eau
Tuyau à pression, tresse en soie de verre	8 x 14,5	Arrivée d'eau, fixation du filtre de gaz de sortie (au niveau du condenseur de gaz de sortie)
Tuyau à pression, tresse en soie de verre	6 x 11,9	Raccordement au gaz, alimentation et évacuation en eau du condenseur de gaz de sortie
Tuyau en silicone	5 x 8	Injection de gaz (diffuseur de gaz)
Tuyau en silicone, transparent	2 x 6	Flacons de réactif : 250 ml et 500 ml (tuyaux pour réactifs)
Tuyau en silicone, transparent	3 x 5	Flacons de réactif : 1 000 ml, 2 000 ml, 5 000 ml, 10 000 ml (tuyaux pour réactifs)
Tuyau en silicone, 60° Shore,	10 x 16	Raccordements d'eau de l'enveloppe de la cuve

Fixation du tuyau	Ø mm	Utilisation
Collier de serrage, vis avec fente pour tournevis, INOX	14	Fixation tuyau/tuyaux entrée de gaz
Collier de serrage, vis avec capuchon manuel, INOX	17	Fixation tuyau arrivée d'eau
Collier de serrage, vis avec capuchon manuel, INOX	19	Fixation tuyau évacuation de l'eau
Pince Hoffmann, laiton nickelé	12	Pincer les lignes de tuyaux, p. ex. inserts d'ajout inutilisés, tuyau du diffuseur de gaz, etc.
Attache-câble, polyamide	2,4 x 85	Tuyaux des flacons de réactif et des pompes, filtre d'entrée d'air, diffuseur de gaz, tube plongeant du système de prélèvement d'échantillons
Raccord tuyau, 3/32" x 1/16", PVDF	---	Raccordement têtes de pompe avec tuyau à Ø intérieur 1 mm
Raccord tuyau, 1/8" x 1/8", PVDF	---	Raccordement têtes de pompe avec tuyau à Ø intérieur 2,5 mm
Raccord à enficher pour raccord rapide, DN 12,7 tétine pour tuyau 1/2" A	---	Tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eau de l'enveloppe de la cuve
Raccord à enficher pour raccord rapide, DN 12,7 tétine pour tuyau 1/2"	---	Tuyau de trop-plein de l'enveloppe de la cuve

5.25 Outils et accessoires de perforation

Désignation	Utilisation
Clé à douille à six pans SW17	Bouchons ports de 12 mm / Pg13,5
Clé à six pans creux SW2, DIN911	Vis sans têtes turbines
Septum, Ø = 16 mm en silicone MVQ transparent	Ports de 12 mm / Pg13,5
Septum, Ø = 19 mm en silicone MVQ transparent	Ports de 19 mm

Transport et stockage

6 Transport et stockage

Les indications suivantes concernent le transport et le stockage d'un appareil déballé dans les locaux de l'exploitant.

6.1 Transport



AVERTISSEMENT

Un transport incorrect, l'utilisation d'outils inadaptés ou une manipulation imprudente de l'appareil peuvent provoquer des blessures graves et des dommages matériels considérables.

En cas de transport interne à l'entreprise (déplacement), tenir compte des informations suivantes :

- Toujours effectuer le transport de l'appareil à deux et éventuellement avec des outils appropriés.
- Sur tout l'appareil (appareil de base et cuve de culture) se trouvent des pièces fragiles en verre
- En particulier lors de l'utilisation d'outils, il est important de veiller à ce que le centre de gravité de l'appareil ne se trouve pas au milieu.



AVERTISSEMENT

L'appareil complet (appareil de base et cuve de culture) est trop lourd pour être porté par une seule personne.

Même l'appareil de base dépasse le poids qui peut être porté par une seule personne.

6.2 Stockage

- Décontaminer la cuve de culture et tous les accessoires avant chaque stockage, nettoyer soigneusement et sécher ¹⁾.
- Stocker l'appareil et ses pièces à l'abri de la poussière, de la saleté et des liquides. L'appareil et ses pièces doivent être propres et secs.
- Stocker l'appareil et ses pièces à l'abri de la chaleur, de l'humidité et du gel.
 - Température de stockage : 5 °C à +55 °C.
 - Humidité relative, sans condensation : 10 % à 95 %.
- Protéger l'appareil des substances agressives, des rayons du soleil et des chocs mécaniques.

¹⁾ *Entretenir et stocker les sondes de fabricants tiers selon les indications du fabricant données dans la documentation séparée !*

Installation et mise en service

7 Installation et mise en service

L'installation et la mise en service de l'appareil doivent être effectuées uniquement par le personnel qualifié du fabricant ou par du personnel autorisé par lui.



AVERTISSEMENT

L'installation et la mise en service doivent être effectuées par un personnel spécialisé, formé et expérimenté. Toute erreur lors de l'installation peut entraîner des situations dangereuses ou des dommages matériels graves.

Confier l'installation et la mise en service uniquement à des employés du fabricant ou autorisée par lui.

Pour cette raison, seulement les conditions de raccordement à respecter et les énergies d'alimentation à fournir sur site par l'exploitant sont listées ci-après.

Exception

Les fonctions de base du bioréacteur sont testées sur site sous forme d'un essai par le personnel qualifié qui effectue l'installation. Cet essai peut être répété par l'utilisateur afin de se familiariser avec les fonctions de base de l'appareil avant la première culture ou bien également lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée. Pour plus de détails voir chapitre « Essai ».

7.1 Exigences générales concernant le lieu d'installation

Pour l'installation de l'appareil, veiller à ce que les conditions suivantes soient remplies :

- Respecter impérativement les valeurs et plages indiquées dans les chapitres « Données techniques », « valeurs de raccordement » et « conditions d'utilisation ».
- L'appareil doit être installé uniquement à l'intérieur d'un laboratoire ou d'un environnement similaire.
- La surface sur laquelle l'appareil est installé doit être plane, suffisamment stable et résistante.
- Aucune source d'interférences électriques ne doit se trouver à proximité de l'appareil.

Installation et mise en service**7.2 Distances de sécurité**

Pendant la mise en service et l'utilisation, l'appareil doit être placé à une distance d'au moins 150 mm de tout mur, plafond et autre appareil.

7.3 Alimentation électrique

L'alimentation électrique de l'appareil doit remplir les conditions suivantes :

- Alimentation monophasée constante
- Type 230 V / 50/60 Hz
- Type 115 V / 60 Hz

L'alimentation électrique de l'appareil doit être sécurisée côté bâtiment par un disjoncteur différentiel (ou Residual Current Device) de la catégorie RCCB type B.

7.4 Alimentation et évacuation en eau

L'alimentation en eau de l'appareil ainsi que l'évacuation de l'eau doivent remplir les conditions suivantes :

- Qualité de l'eau « très douce » ou « douce » (concentration de CaCO_3 0 mmol/l à 1,5 mmol/l)

**PRECAUTION**

Le non-respect des prescriptions concernant la qualité de l'eau peut entraîner un endommagement ou une panne de l'appareil.

Le système de chauffage possède une protection contre le manque d'eau reposant sur la mesure de la conductivité. Le chauffage ne fonctionne pas correctement avec de l'eau déminéralisée ou distillée comme liquide de refroidissement !

- Alimentation constante en eau avec une pression de 2 ± 1 bar
- Présence d'un manomètre de contrôle de la pression initiale
- Température en entrée de 10 °C à 20 °C
- L'évacuation résiste à la chaleur et ne comporte pas de contre-pression

Installation et mise en service

Tuyaux

- Utiliser exclusivement des tuyaux intacts et résistants à la pression ainsi qu'aux températures élevées.
- Utiliser exclusivement des tuyaux de diamètre approprié ; utiliser éventuellement des adaptateurs
- Fixer les tuyaux à l'aide de colliers de serrage.

7.5 Alimentation en gaz

L'alimentation en gaz de l'appareil doit remplir les conditions suivantes :

- Alimentation constante en gaz avec une pression de $2 \pm 0,5$ bar
- Le/les gaz est/sont propre(s), sec(s), exempts d'huile et de poussière
- Qualité recommandée de l'air comprimé selon norme DIN ISO 8573-1 : classe 1.2.1



PRECAUTION

L'utilisation de gaz contaminés peut boucher les filtres stériles et endommager le régulateur du débit massique.

Utiliser uniquement des gaz secs, propres et exempts d'huile.

Tuyaux

- Utiliser exclusivement des tuyaux intacts et résistants à la pression ainsi qu'aux températures élevées.
- Utiliser exclusivement des tuyaux de diamètre approprié ; utiliser éventuellement des adaptateurs
- Fixer les tuyaux à l'aide de colliers de serrage.



AVERTISSEMENT

L'utilisation de tuyaux inappropriés ou endommagés ou leur fixation non conforme peut entraîner une fuite de gaz. Selon le gaz utilisé, il existe un risque d'explosion et/ou d'asphyxie ainsi qu'un risque élevé pour la santé de l'opérateur.

Toujours fermer l'alimentation en gaz avant de retirer un tuyau et quand l'appareil n'est pas utilisé.

7.6 Gaz de sortie

Veiller à ce que les points suivants soient respectés du côté du point de vue du bâtiment :

- Les gaz de sortie sont évacués en toute sécurité par l'utilisation d'un tuyau adapté et étanche au gaz.
- L'environnement de travail est équipé d'un système de ventilation/d'aération suffisant pour l'application qui sera faite de l'appareil.

7.7 Essai

Afin de se familiariser avec les fonctions de base de l'appareil avant la première culture, ou bien également lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, il est possible d'effectuer un court essai. L'essai comprend :

- Régulation thermique (refroidissement / chauffage)
- Agitation
- Injection de gaz

De l'air comprimé normal est utilisé pour l'injection de gaz. Pour éviter les résidus calcaires, il est recommandé d'utiliser de l'eau déminéralisée pour le remplissage de la cuve.

L'essai décrit ci-après n'aborde pas en détails la manipulation des différentes pièces de l'appareil, telles que le système d'agitation, le diffuseur de gaz, etc. Une description détaillée de leur manipulation est donnée dans les chapitres cités du chapitre principal « Avant la culture ».



PRECAUTION

Risque d'endommagement de la cuve en verre en cas de démontage/montage incorrect du couvercle de la cuve ! Il est indispensable de suivre les instructions des chapitres correspondants !

Pour les détails concernant l'utilisation, voir le manuel séparé du logiciel pour écran tactile.

Installation et mise en service

7.7.1 Préparation de l'essai

Avant de commencer l'essai, vérifier et s'assurer que :

- Toutes les énergies nécessaires sont disponibles et fonctionnelles
- Toutes les conduites d'énergie présentent une pression d'alimentation correcte

Les travaux suivants doivent être exécutés avant l'essai :

Procédure

1. Retirer le couvercle de cuve (sans outils !) et le déposer avec précaution.



PRECAUTION

Si le couvercle de la cuve appuie sur des composants longs comme l'arbre d'agitation, etc., ceux-ci peuvent se plier en raison du poids du couvercle.

Toujours poser le couvercle de la cuve de telle sorte qu'il n'appuie pas sur des composants.

2. Remplir la cuve de culture avec de l'eau (de préférence déminéralisée) jusqu'au niveau de travail.
3. S'assurer que le système d'agitation et le diffuseur de gaz sont montés, les monter le cas échéant.
4. Mettre le couvercle en place et fixer les écrous moletés en croix à la main (!). Pour ce faire, suivre les instructions du chapitre « Monter le couvercle ».
5. Vérifier la lubrification du joint mécanique d'étanchéité, le lubrifier si nécessaire. Pour plus d'informations voir le chapitre « Lubrifier le joint mécanique d'étanchéité » du chapitre principal « Nettoyage & Maintenance ».



INFORMATION

La lubrification du joint mécanique d'étanchéité et le contrôle des composants d'entraînement magnétique n'est pas nécessaire pour un essai si l'appareil est neuf et récent. Par contre, un essai avec un appareil qui n'a pas été utilisé durant une période prolongée doit inclure la lubrification et le contrôle.

Installation et mise en service**En présence d'un condenseur de gaz de sortie :**

6. Visser le condenseur de gaz de sortie dans le port du couvercle de la cuve.

Le condenseur de gaz de sortie est muni d'un nouveau filtre de gaz de sortie.
7. Raccorder les tuyaux en pression du condenseur de gaz de sortie à l'appareil de base, en tenant compte des symboles sur l'appareil de base :

arrivée d'eau en bas du condenseur de gaz de sortie /
évacuation de l'eau en haut du condenseur de gaz de sortie.
8. Fermer tous les ports du couvercle encore ouverts avec des bouchons.

Si un condenseur de gaz de sortie n'est pas utilisée ou pas présent :

 - Fermer la vanne manuelle pour le débit d'eau du condenseur de gaz de sortie sur l'appareil de base
 - Laisser ouvert un port du couvercle de cuve !
9. Raccorder la cuve à l'appareil de base : raccorder l'entrée, la sortie et le trop-plein d'eau de l'enveloppe de la cuve selon symboles à l'appareil de base.

**INFORMATION**

Pour pouvoir débrancher facilement les tuyaux de nouveau, humecter légèrement les raccords rapides connectés aux tuyaux en silicone avant de les connecter.

10. Equiper le diffuseur de gaz d'un tuyau en silicone (D = 5 x 8 mm) pour l'injection de gaz et d'un filtre d'entrée d'air (accessoires, filtre avec marquage rouge) sec et propre.
11. Raccorder une autre pièce de tuyau en silicone à la tétine pour tuyau au raccordement d'injection de gaz à l'appareil de base.
12. Relier les deux tuyaux par le filtre d'entrée d'air. (Enficher le bout du tuyau sur la tétine du filtre).
13. Introduire la sonde température dans le doigt de gant du couvercle, jusqu'à la butée.

Installation et mise en service



ATTENTION

Risque de brûlures et de dommages matériels en raison de la température élevée !

Si la sonde température n'est pas introduite dans le doigt de gant dans la cuve et/ou si la cuve ne contient pas de liquide, le circuit de la régulation thermique risque de surchauffer. Cette surchauffe entraîne un risque de brûlures et de dommages matériels.

14. Accoupler le moteur.



INFORMATION

Le moteur est commandé directement par l'appareil de base, auquel il est relié par le câble du moteur au moment de l'installation. En fonctionnement de routine, une connexion et une déconnexion du câble du moteur est inutile.

15. Mettre l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur d'alimentation et attendre que le système ait démarré.

7.7.2 Remplir le circuit d'eau

Pour remplir le circuit d'eau procéder comme suit :

Procédure

1. Régler une valeur de consigne basse (p. ex. 10 °C) pour le paramètre *Temperature* pour activer l'alimentation de l'eau dans l'enveloppe de la cuve.
2. Démarrer le bioréacteur.
Tous les autres paramètres restent désactivés ; les désactiver au besoin.
L'eau doit s'écouler de façon audible et visible dans l'enveloppe de la cuve.

En présence d'un condenseur de gaz de sortie :

a partir de ce point, l'alimentation d'eau du condenseur de gaz de sortie doit être également activée.



INFORMATION

Le condenseur de gaz de sortie fonctionne seulement si la régulation de température est mise en marche (paramètre *Temperature* sur *ON*).

Installation et mise en service

3. Vérifier avec les mains si le condenseur de gaz de sortie devient froid. Si nécessaire, ajuster le débit d'eau du condenseur de gaz avec la vanne de réglage sur l'appareil de base.

Dès que le circuit d'eau est plein, l'eau déborde au niveau du trop-plein et s'écoule dans l'orifice d'évacuation de l'eau.

4. Attendre au moins 1 minute.
Ceci permet de garantir l'absence d'air dans le circuit.

7.7.3 Agitation**Le bioréacteur fonctionne avec la régulation de température activée**

Pour tester le système d'agitation, procéder comme suit :

Procédure

1. Sur la console de commande, régler une valeur de consigne basse pour le paramètre *Stirrer*.
Pour plus d'informations sur les plages de vitesse de rotation voir les spécifications au chapitre principal « Données techniques ».
2. Activer le paramètre *Stirrer*.

Pour la suite de la procédure, laisser le bioréacteur en marche avec la régulation de température activée et le système d'agitation en marche.

7.7.4 Régler le chauffage et la température**Le bioréacteur fonctionne avec la régulation de température activée et le système d'agitation en marche**

Pour tester le chauffage et régler la température, procéder comme suit :

Procédure

1. Sur la console de commande, régler une valeur de consigne élevée pour le paramètre *Temperature*, p. ex. 45 °C.
L'alimentation en eau pour le refroidissement est arrêtée, le système chauffe.
La température d liquide dans l'enveloppe de la cuve augmente.
2. Attendre que la température soit réglée à la valeur de consigne réglée.

Installation et mise en service

Pour la suite de la procédure, laisser le bioréacteur en marche avec la régulation de température activée et le système d'agitation en marche.

7.7.5 Injecter du gaz

Le bioréacteur est en marche avec la régulation de température activée et le système d'agitation en marche

Pour tester l'injection de gaz, procéder comme suit :

Procédure

1. Le cas échéant, ouvrir lentement la vanne du rotamètre.
2. Le cas échéant, régler une valeur de consigne basse pour le paramètre *Flow* ou *AirFlow* (dépendant de la configuration) et activer le paramètre sur la console de commande.
3. Le cas échéant, s'assurer que tous les autres paramètres du gaz sont éteints.
Si l'injection de gaz fonctionne, des bulles d'air se forment dans l'eau dans la cuve de culture.

7.7.6 Fin de l'essai

Une fois que toutes les valeurs de consigne des paramètres ont été atteintes, le test peut être terminé.

Procéder comme suit :

Procédure

1. Arrêter le bioréacteur et arrêter le système sur la console de commande.
2. Mettre l'appareil hors tension à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.



PRECAUTION

Mettre l'appareil hors tension à l'aide de l'interrupteur d'alimentation sans arrêter le bioréacteur et le système préalable sur la console de commande, peut endommager la console de commande.

3. Fermer les conduites d'alimentation.
4. Laisser refroidir le moteur.

Installation et mise en service**ATTENTION**

Risque de brûlures légères en cas de toucher le moteur pendant son fonctionnement ou le refroidissement !

Lorsque le moteur a suffisamment refroidi :

5. Découpler le moteur de la cuve et le déposer sur une surface de travail propre et sèche.
6. Vider la cuve de culture.

Avant la culture

8 Avant la culture

Les chapitres suivants décrivent tous les travaux de préparation à effectuer avant la culture. Ils comprennent essentiellement :

- Préparer et autoclaver la cuve de culture :
 - Contrôler les joints (toriques) sur les composants et la cuve de culture
 - Monter les composants
 - Remplir ou humidifier la cuve de culture
 - Préparer les sondes et les autres accessoires
 - Autoclaver
- Raccorder la cuve de culture et préparer la culture :
 - Raccorder les câbles et les tuyaux entre la cuve de culture et l'appareil de base
 - Le cas échéant, remplir la cuve
 - Préparer les sondes et les autres accessoires

8.1 Préparer et autoclaver la cuve de culture

Tous les accessoires nécessaires pour la culture ultérieure doivent être préparés et assemblés de manière conforme et autoclavés avec la cuve de culture.


8.1.1 Monter la cuve en verre dans son support

La procédure suivante décrit comment insérer et fixer la cuve en verre dans le support de cuve. Pour éviter d'endommager la cuve en verre ou d'autres composants, la procédure doit être strictement respectée.


Procéder comme suit :

Procédure

1. Placer le support de cuve sur une surface stable.



2. Uniquement cuves avec DN200 : fixer un morceau de tuyau en silicone (20 mm) sur le trop-plein de l'enveloppe de la cuve pour protéger l'olive en verre contre tout dommage.



3. Uniquement cuves avec DN200 : poser le joint torique sur le bord supérieur de l'enveloppe de la cuve. Le joint torique sert à protéger l'enveloppe de la cuve contre les dommages.


Avant la culture




4. Placer la bague d'amortissement noire sous le collier de la cuve.




5. Placer les deux parties de la bride de la cuve sous le collier de la cuve et les maintenir dans cette position. Le bord biseauté des deux parties de la bride doit être orienté vers le haut.




6. Abaisser la cuve en verre sur le support au niveau de la bride de cuve en deux parties et insérer les tiges du support de cuve dans les trous filetés de la bride de la cuve. Poser soigneusement la cuve à terre.




7. Uniquement les cuves avec DN200 : fixer les deux parties de la bride de la cuve des deux côtés avec les plaques de raccordement (8 vis M5x10). Utilisez uniquement les vis d'origine fournies.




8. Placer les entretoises blanches sur les tiges du support de cuve.

Avant la culture


9. Placer la deuxième bague d'amortissement (verte) sur le côté supérieur du collier de la cuve.



10. Veiller à ce que la bague d'amortissement soit correctement placée sur le collier de la cuve et qu'elle ne se déplace pas. La bague d'amortissement ne doit pas chevaucher le bord extérieur de la cuve.



11. Positionner l'anneau en acier inoxydable sur les entretoises blanches. Insérer les tiges du support de cuve dans les trous de l'anneau en acier.




12. Fixer l'anneau en acier inoxydable avec les quatre contre-écrous. Visser les contre-écrous **à la main** en croix jusqu'à ce qu'ils touchent l'anneau en acier. **Ne serrer pas les vis et n'utiliser pas d'outils !**

**PRECAUTION**

Si les contre-écrous de l'anneau en acier inoxydable sont trop serrés, la cuve en verre risque d'être endommagée. **Toujours serrer à la main !** N'utiliser en aucun cas des outils.

Avant la culture



13. Insérer le joint torique (joint du couvercle). Le joint torique doit reposer complètement sur le bord légèrement saillant de la cuve en verre de l'anneau en acier.

S'assurer que le joint torique est correctement positionné, sinon la cuve ne sera pas correctement étanchéifiée.

8.1.2 Contrôler les joints (toriques)

Les joints toriques assurent l'étanchéité des ouvertures sur la cuve et son couvercle. Le couvercle, ses ports et tous les accessoires doivent par conséquent être munis de joints toriques. Avant chaque utilisation, il convient de contrôler que les joints toriques sont présents, intacts et bien placés. Les joints toriques endommagés doivent être remplacés.




INFORMATION

Humidifier les joints toriques avec de l'alcool à 70 % ou de l'eau pour faciliter le retrait et la remise en place des joints toriques ou des accessoires avec les joints toriques. N'utiliser en aucun cas de la graisse de silicone, qui risque de compromettre le résultat de l'autoclavage !

Pour la vérification, procéder comme suit :


Procédure



1. Contrôler le joint torique du couvercle pour vérifier l'absence de dommages et le positionnement correct : il doit être reposé sur le bord de la cuve, à l'angle du collier en métal.

Le cas échéant, le positionner correctement.

Avant la culture



2. S'assurer que chaque composant est équipé d'un joint torique intact : vérifier les joints toriques pour voir s'ils sont bien en place et intacts ; au besoin, les ajuster ou les remplacer.

La figure à gauche illustre un bouchon avec joint torique pour le montage dans un port de 19 mm avec adaptateur fileté.

Si des composants sont montés dans d'autres composants (manchons de blocage), il faut également placer un joint torique entre eux.




INFORMATION

L'étanchéité des bagues porte septum est assurée par un septum. Aucun joint torique n'est utilisé.

8.1.3 Monter les turbines

Pour monter les turbines sur l'arbre d'agitation, procéder comme suit :

Procédure



1. Faire glisser la turbine sur l'arbre d'agitation.
2. Régler la hauteur souhaitée.
3. Avec une clé Allen, serrer les vis sans tête au niveau de la turbine.



INFORMATION

Pour éviter une formation inutile de mousse, ne pas installer une turbine à la même hauteur que la surface du milieu de culture.

Avant la culture

8.1.4 Monter les tubes plongeants et les diffuseurs de gaz


Les tubes plongeants et diffuseurs de gaz droits peuvent généralement être montés à partir de l'extérieur du couvercle. Les tubes plongeants et diffuseurs de gaz coudés ne peuvent être montés qu'à partir de l'intérieur du couvercle. Autrement dit, le couvercle de cuve est encore à l'état démonté.

Le montage sera décrit ici à partir de l'intérieur du couvercle.


Lors du montage, s'assurer que le diffuseur de gaz ou le tube plongeant n'entre pas en contact avec d'autres composants (système d'agitation). Le diffuseur de gaz est positionné sous l'arbre d'agitation.

Procéder comme suit :

Procédure




1. Equiper le manchon de blocage d'un joint torique et le visser dans le port du couvercle de la cuve à la main.
2. Desserrer la vis à tête fendue au niveau du manchon de blocage.

Avant la culture

3. Insérer le diffuseur de gaz ou le tube plongeant par en bas dans le manchon de blocage.
4. Régler la profondeur de montage souhaitée.
5. Serrer la vis à tête fendue.


8.1.5 Monter les chicanes

Pour monter les chicanes, procéder comme suit :

Procédure

1. Placer le joint torique sur la chicane.
2. Fixer la chicane à l'aide de la vis à tête ronde, empreinte étoile 6 branches sur le couvercle.

Avant la culture



3. S'assurer que l'orientation des chicanes est correcte, dont qu'elles s'adaptent au fond rond(!) de la cuve.

8.1.6 Remplir/humidifier la cuve de culture

Si un milieu doit être autoclavé dans la cuve de culture, la cuve peut être remplie avant de monter le couvercle et les autres composants.

Tenir compte des remarques suivantes pour remplir la cuve de culture avant l'autoclavage :

- Avant l'autoclavage, remplir uniquement avec des milieux de culture résistant à la chaleur.
- Lors de l'autoclavage, l'évaporation peut entraîner une perte de volume et donc une augmentation de la concentration de sel dans le milieu. Le cas échéant, faire l'appoint avec de l'eau stérilisée.



INFORMATION

Si la cuve de culture est autoclavée alors qu'elle est vide et sèche, la vapeur ne peut pas se former. La réussite de la stérilisation n'est pas garantie.

S'assurer qu'env. 10 ml d'eau par litre de volume total se trouvent dans la cuve de culture.

8.1.7 Monter le couvercle

Pour placer et fixer le couvercle, procéder comme suit :

Procédure :


1. Positionner avec précaution le couvercle correctement orienté.




PRECAUTION

Si les écrous moletés sont trop serrés, la cuve en verre risque d'être endommagée ! **Serrez toujours les écrous moletés à la main !** N'utilisez en aucun cas des outils à cette fin.

2. Fixer les écrous moletés à la main (sans outil !) comme suit :



- a) Tournez légèrement les quatre écrous moletés avec deux doigts jusqu'à ce que les écrous touchent le couvercle de la cuve. Ne pas serrer les écrous moletés à ce stade !



- b) Serrer deux écrous moletés opposés (1) et (2) de 45° chacun (1/8 de tour).
- c) Serrer ensuite les deux autres écrous moletés (3) et (4) également de 45° (1/8 de tour).


3. Répéter les étapes b et c deux fois. A la fin, tous les écrous moletés sont serrés à 135°.

Avant la culture

8.1.8 Monter un adaptateur fileté

Pour monter un adaptateur fileté dans un port de 19 mm, procéder comme suit :

Procédure




1. Positionner l'adaptateur fileté avec la bonne orientation sur le port de 19 mm.
2. Le fixer avec les deux vis à tête fendue.

8.1.9 Monter les bouchons

Pour le montage des bouchons différents, procéder comme suit :

Ports Ø 10 mm

Procédure



1. Insérer le bouchon avec joint torique dans le port.
2. Le fixer avec les deux vis à tête fendu.


Procédure



Ports Ø 12 mm

1. Insérer le joint torique dans le port.
2. Insérer le bouchon et le visser à la main.
3. Le serrer sans forcer avec la clé à douille à six pans.

Procédure



Ports Ø 19 mm

1. Insérer le bouchon avec joint torique dans l'adaptateur fileté.
2. Le visser à la main.

Avant la culture


8.1.10 Monter des inserts d'ajout

Pour le montage procéder comme suit :

Insert d'ajout quadruple pour port Ø 19 mm

1. Insérer l'insert d'ajout quadruple avec le joint torique dans le port.
2. Le fixer avec les deux vis à tête fendue.

Procédure




INFORMATION

Le montage des autres modèles d'inserts d'ajout (décrit au chapitre principal « Accessoires ») correspond au montage des bouchons dans leurs ports. C'est pourquoi ce montage n'est pas répété ici.

8.1.11 Monter le doigt de gant pour la sonde température (Pt100)

Procéder comme suit :

Procédure



1. Insérer le doigt de gant avec le joint torique dans le port de 10 mm.
2. Le fixer avec les deux vis à tête fendue.

8.1.12 Préparer une aiguille d'inoculation

Pour préparer une aiguille d'inoculation, procéder comme suit :

Procédure



1. Retirer les capuchons de protection.
2. Tenir la bague porte septum à disposition.
3. Relier l'aiguille d'inoculation avec un récipient approprié pour l'inoculum à l'aide d'un tuyau en silicone.
4. Emballer l'aiguille d'inoculation dans une pochette de stérilisation appropriée ou le recouvrir dans une feuille d'aluminium.

8.1.13 Préparer le tube plongeant / l'insert d'ajout pour l'inoculation

Si l'inoculation ultérieure s'effectue par un tube plongeant ou un insert d'ajout, procéder comme suit :

Procédure

1. Monter le tube plongeant avec manchon de blocage ou l'insert d'ajout dans le port du couvercle de la cuve.
2. Enficher un bout de tuyau en silicone sur le tube plongeant/l'insert d'ajout.
3. Équiper le bout de tuyau pour un raccordement stérile. (selon l'application : raccord rapide, connecteur stérile ou tuyau à souder avec filtre stérile).
4. Fixer les jonctions de tuyaux à l'aide d'attache-câbles.


Avant la culture

8.1.14 Équiper un port d'une bague porte septum et d'un septum pour l'inoculation

Pour l'inoculation ultérieure, il est donc nécessaire de préparer un port dans le couvercle de la cuve. Il doit être équipé d'une bague porte septum et d'un septum.

Procéder comme suit :

Procédure



1. Vérifier qu'aucun joint torique ne se trouve dans le port du couvercle de la cuve ; le cas échéant, enlever le joint torique.
2. Insérer le septum (membrane de perforation) dans le port du couvercle de la cuve.
3. Insérer la bague porte septum dans le port du couvercle de la cuve, en la vissant à la main.



INFORMATION

Le cas échéant, monter un adaptateur fileté dans un port de 19 mm avant de visser la bague porte septum.

La figure à gauche montre la procédure avec un port de 12mm / Pg13,5.

4. S'assurer que le bouchon est muni d'un joint torique, le cas échéant, installer un joint torique.
5. Insérer le bouchon dans la bague porte septum, en le vissant à la main.


Le cas échéant, resserrer sans forcer avec la clé à douille à six pans.

8.1.15 Monter le condenseur de gaz de sortie


Pour monter le condenseur de gaz de sortie, procéder comme suit :

Procédure

1. Introduire la chicane en silicone dans le condenseur de gaz de sortie.




2. Poser à la main le couvercle avec joint torique intact à la verticale sur le condenseur de gaz de sortie.
 - Orienter le tube de gaz de sortie si possible du même côté que les raccords de tuyaux.
 - Le couvercle doit être droit et bien fixé.




Le cas échéant, mouiller légèrement le joint torique du couvercle avec de l'eau pour faciliter la mise en place.

Avant la culture



3. Mettre en place l'écrou-raccord et le visser à la main dans le sens des aiguilles d'une montre.



4. Equiper le tube de gaz de sortie d'un morceau de tuyau à pression (D = 8 x 14,5 mm) et d'un filtre de gaz de sortie propre et sec. Pour cela, insérer le côté entrée (INLET) avec le marquage vert dans le morceau de tuyau.
5. Fixer le tuyau et le filtre de gaz de sortie à l'aide des colliers de serrage (réglable pour filtre de gaz de sortie)

6. Monter le condenseur de gaz de sortie dans le port du couvercle de la cuve :

a) Montage dans port Ø 12 mm / Pg13,5

Equiper le condenseur de gaz d'un joint torique ou placer le joint torique dans le port de 12 mm / Pg13,5, insérer le condenseur de gaz et le visser à la main.

OU

b) Montage dans port Ø 19 mm

Equiper le port de 19 mm d'un adaptateur fileté, insérer le condenseur de gaz de sortie (avec joint torique) et le visser à la main.

7. Orienter le condenseur de gaz de sortie de sorte que la manipulation d'autres composants soit aussi aisée que possible.

Avant la culture

8. Vérifier et assurer le bon positionnement du filtre de gaz de sortie.
9. Recouvrir légèrement le filtre de gaz de sortie de papier aluminium.

**INFORMATION**

Si la culture produit beaucoup de mousse, un flacon barboteur contenant de l'antimousse peut être placé entre le condenseur de gaz de sortie et le filtre de gaz de sortie.

Tenir compte des remarques suivantes pour l'autoclavage :


- Utiliser uniquement un filtre de gaz de sortie neuf, propre et sec et le fixer de telle sorte qu'il ne puisse pas glisser.
- TOUJOURS maintenir ouverte la ligne de sortie de gaz (bout de tuyau au niveau du condenseur de gaz de sortie avec filtre de gaz de sortie fixé).

**ATTENTION**

Si aucune compensation de pression n'a lieu par une ouverture du couvercle, ou par le condenseur de gaz de sortie monté, une surpression ou une sous-pression peut survenir dans la cuve de culture au cours de l'autoclavage.

8.1.16 Vérifier la lubrification du joint mécanique d'étanchéité

Le joint mécanique d'étanchéité doit toujours être lubrifié.



Pour cette raison, toujours vérifier et s'assurer que le tuyau en silicone au pied du moyeu d'entraînement est totalement rempli de glycérine. Au besoin, le remplir.

Pour plus d'informations voir le chapitre « Lubrifier le joint mécanique d'étanchéité » du chapitre « Nettoyage & Maintenance ».

**PRECAUTION**

Risque de dommage matériel dans le cas d'une utilisation de joint mécanique d'étanchéité à sec !

Un joint mécanique d'étanchéité non lubrifié sera endommagé suite à son utilisation à sec.

Avant la culture

8.1.17 Préparer les sondes

Toutes les sondes qui entrent en contact avec le fluide sont montées avant l'autoclavage et autoclavées avec la cuve de culture.

Tenir compte des remarques suivantes concernant toutes les sondes :

- Monter toutes les sondes à la main, sans utiliser d'outils !
- Monter les sondes de telle sorte qu'elles n'entrent pas en contact avec d'autres composants ou avec la cuve en verre.
- Si la profondeur de montage (montage avec porte-sonde/manchon de blocage) est réglable, la régler correctement avant l'autoclavage, car un ajustement ultérieur présente un risque de contamination.
- Pour toutes les sondes qui sont montées dans un port 12 mm/Pg13,5, utiliser exclusivement le joint torique du port du couvercle de la cuve. Toujours retirer les éventuels joints toriques et bagues de support propres à la sonde.

Sonde pH

Etalonner la sonde pH avant le montage et l'autoclavage.

Sonde pO₂

Monter la sonde pO₂ de sorte que le flux circule bien, et qu'aucune bulle d'air ne puisse se former.

Sondes pH et pO₂ analogiques

Recouvrir les têtes des sondes pH et pO₂ METTLER de papier aluminium pendant l'autoclavage

Sondes pH et pO₂ numériques



PRECAUTION

Risque d'endommagement des sondes pH et pO₂ numériques. Le fait de couvrir les têtes des sondes numériques avec un papier aluminium pendant l'autoclavage peut provoquer des accumulations d'eau sous le papier et ainsi endommager les contacts sur la tête de sonde.

NE PAS recouvrir les têtes des sondes pH et pO₂ numériques de papier aluminium pendant l'autoclavage.

Avant la culture

Pour plus de détails sur les caractéristiques techniques, la sécurité, l'utilisation et la maintenance des sondes pH et pO₂, consulter la documentation séparée du fabricant.

8.1.17.1 Étalonner la sonde pH

L'étalonnage d'une sonde pH doit toujours être effectuée avant l'autoclavage. Ceci s'effectue sur la console de commande et décrit en détail dans le manuel d'opération séparé du logiciel pour écran tactile.

Procédure

1. Raccorder le câble de la sonde.
Les différentes connexions des sondes et des câbles en fonction du système de mesure du pH existant sont brièvement décrites dans le chapitre « Raccorder la sonde pH ».
2. Mettre l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.
La console de commande est mise sous tension, le système démarre.
3. Étalonner la sonde pH conformément à la description détaillée du manuel d'opération séparé du logiciel pour écran tactile.

8.1.17.2 Monter une sonde dans un port de 12 mm

Dépendant de la longueur de la sonde et la taille de la cuve de culture présent, il est possible de visser des sondes directement dans les ports 12 mm / Pg13,5 du couvercle de la cuve. Pour ce faire, procéder comme suit :


Procédure

1. Faire glisser le joint torique sur la sonde.

**INFORMATION**

Pour le montage des sondes dans un port 12 mm/Pg13,5, utiliser exclusivement le joint torique du port du couvercle de la cuve ! Enlever toujours les éventuels joints toriques et bagues de support de la sonde.

Avant la culture



2. Insérer la sonde dans le port et la visser à la main.

8.1.17.3 Monter une sonde avec un porte-sonde

Pour pouvoir régler la profondeur de montage d'une sonde dans un port 12 mm / Pg13,5, il est nécessaire d'utiliser un porte-sonde.

Pour ce faire, procéder comme suit :

Procédure




1. Sur le porte-sonde, desserrer légèrement la vis sans tête dans la douille avec une clé.

2. Extraire la douille de la tige conductrice.

Avant la culture

3. Introduire la sonde dans la douille et la visser.



4. Introduire la sonde dans la vis creuse (filetage vers le bas).
5. Ajuster la fourche de la tige conductrice dans la rainure de la vis creuse.
6. Relever la vis à tête creuse et la tige conductrice ensemble, et introduire la tige de guidage dans le trou de la douille.




Avant la culture



INFORMATION

Pour le montage des sondes dans un port 12 mm/Pg13,5, utiliser exclusivement le joint torique du port du couvercle de la cuve ! Enlever toujours les éventuels joints toriques et bagues de support de la sonde.

7. Faire glisser le joint torique sur la sonde et insérer la sonde dans le port du couvercle de la cuve.
8. Régler la profondeur de montage souhaitée de la sonde.
9. Visser la sonde au niveau de la vis creuse dans le port et serrer.
10. Serrer la vis sans tête dans la douille avec une clé.



8.1.17.4 Monter la sonde antimousse

Pour le montage, tenir compte des informations suivantes :

- La sonde antimousse est munie d'une isolation transparente qui doit être intacte, sinon un signal continu « Mousse / liquide détecté » peut être généré.



PRECAUTION

Une fixation trop serrée de la sonde dans le manchon de blocage ou un changement de la profondeur de montage de la sonde avec la vis serrée au niveau du manchon de serrage peut endommager l'isolation de la sonde.

Avant la culture


- La tête de sonde ne doit pas toucher le manchon de blocage, car cela génère un signal continu « Mousse / liquide détecté ».
- Le manchon de blocage de la sonde doit être muni d'un joint torique intact.

Montage dans port de 10 mm


Procéder comme suit :

Procédure

1. Retirer le capuchon de protection de la sonde.
2. S'assurer que le manchon de blocage est équipé d'un joint torique, le cas échéant, l'apposer.
3. Insérer la sonde dans le port du couvercle de la cuve.
4. Fixer le manchon de blocage à l'aide des deux vis à tête fendue.



Avant la culture



5. Desserrer la vis à tête fendue au niveau du manchon de blocage.
6. Régler avec précaution la profondeur de montage de la sonde.


7. Serrer avec précaution la vis à tête fendu.

Montage dans un port de 12 mm / Pg13,5 ou de 19 mm


Procéder comme suit :

Procédure

1. Retirer le capuchon de protection de la sonde.
Dépendant du type de manchon de blocage / port :
2. S'assurer que le manchon de blocage est équipé d'un joint torique ou bien un joint torique est posé dans le port.
Le cas échéant, l'apposer.
Port de 19 mm : monter un adaptateur fileté.
3. Insérer la sonde dans le port et la visser à la main.



Avant la culture



4. Desserrer la vis à tête creuse du manchon de blocage.
5. Régler avec précaution la profondeur de montage de la sonde.

6. Serrer avec précaution la vis à tête creuse à la main.

8.1.18 Préparer le système de prélèvement d'échantillons Super Safe Sampler



INFORMATION

Les illustrations suivantes servent uniquement à la compréhension générale.

Pour préparer le système de prélèvement d'échantillons Super Safe Sampler à l'autoclavage, procéder comme suit :

Procédure



1. Enficher le tuyau du système de vannes sur le tube plongeant.
2. Fixer le tuyau à l'aide d'attache-câbles.

Avant la culture



3. Tourner la vanne de prélèvement à la main, avec précaution, dans le sens des aiguilles d'une montre, afin de la fixer.
Le raccord à visser vanne de retenue/vanne de prélèvement est ainsi fixe.



4. Tourner le filtre stérile à la main, avec précaution, dans le sens des aiguilles d'une montre.
Le raccord à visser vanne de retenue/filtre stérile est ainsi fixe.



5. Recouvrir le système de vannes avec du papier aluminium, sans le fixer.

6. Obturer le tuyau au niveau du tube plongeant.


8.1.19 Monter le tuyau du diffuseur de gaz et le filtre d'entrée d'air

Le diffuseur de gaz doit être muni d'un tuyau et d'un filtre d'entrée d'air avant l'autoclavage.

Pour ce faire, procéder comme suit :

Procédure

1. Couper un petit bout de tuyau en silicone.
2. Placer le filtre d'entrée d'air, marqué en rouge, sur le tuyau. La tétine portant le marquage rouge *INLET* (entrée) reste libre.
3. Enficher l'extrémité ouverte du tuyau en silicone sur le diffuseur de gaz.
4. Fixer les extrémités du tuyau à l'aide d'attache-câbles.
5. Obturer le tuyau en silicone à l'aide d'une pince pour tuyaux souples.
6. Recouvrir légèrement le filtre d'entrée d'air de papier aluminium.



8.1.20 Préparer la conduite en tuyau d'injection de gaz à l'appareil de base

Pour pouvoir raccorder le diffuseur de gaz à l'alimentation en gaz après l'autoclavage de la cuve de culture, il est nécessaire de préparer la conduite en tuyau au niveau de l'appareil de base.

Avant la culture

Procéder comme suit :

Procédure :

1. Couper un bout de tuyau en silicone à paroi épaisse ($\varnothing$ 5 x 8 mm, fourni dans le kit de démarrage).
Choisir une longueur qui permet de relier le diffuseur de gaz avec l'alimentation en gaz sur l'appareil de base sans tension ni pli.
2. Raccorder le tuyau à la tétine pour tuyau (a) à l'unité d'injection de gaz / aux unités d'injection de gaz
3. Fixer le tuyau à l'aide d'une attache-câble.

8.1.21 Etalonner les pompes

Les pompes non étalonnées indiquent la durée en secondes et la vitesse de rotation. Si, au lieu de la vitesse, le volume réel nécessaire (en ml) doit être affiché, les pompes doivent être étalonnées avant l'autoclavage.

Une description en détail de l'étalonnage se trouve dans le manuel d'opération séparé du logiciel pour écran tactile.

8.1.22 Préparer les flacons de réactif, les pompes et les tuyaux



PRECAUTION

Des tuyaux endommagés et/ou des filtres bloqués peuvent entraîner des conditions de pression non-désirés dans les flacons de réactif.

- Equiper tous les flacons de réactif avec une conduite de décharge, muni d'un filtre sec et propre.
- Uniquement utiliser des tuyaux propres et intacts et les bien fixer.

La procédure pour équiper correctement les flacons de réactif et les relier aux pompes et à la cuve de culture est décrite en détail ci-dessous.

Relier les flacons de réactif aux pompes et à la cuve de culture

Procéder comme suit :

Prodécure

1. Pour chaque pompe/flacon de réactif, découper deux longs tuyaux en silicone d'un diamètre approprié (voir le tableau de tuyau dans chapitre « Flacons de réactif », du chapitre principal « Accessoires »).

Avant la culture**INFORMATION**

Choisir une longueur de tuyaux en silicone qui permet de relier les tuyaux aux flacons de réactif, aux pompes et à la cuve sans tensions ni plis.

2. Rincer soigneusement les tuyaux en silicone à l'eau distillée.
3. Relier les tuyaux en silicone et les tuyaux des têtes de pompe avec des raccords flexibles.


**INFORMATION**

Noter le sens de rotation des pompes pendant leur fonctionnement. Elles tournent dans le sens horaire.

4. Fixer à l'aide d'attache-câbles.

**Connexion des pompes vers la cuve de culture**

Procéder comme suit :

Procédure

1. Enficher les tuyaux en silicone pour base, acide et ajout de substrat sur les inserts d'ajout et les fixer avec des attache-câbles.
2. Enficher le tuyau en silicone de la pompe antimousse sur la sonde antimousse montée dans la cuve de culture et le fixer avec un attache-câble.

Avant la culture

Connexion des flacons de réactif vers les pompes

Procéder comme suit :

Procédure

1. S'assurer qu'un tuyau est monté à l'intérieur du flacon de réactif, sur le raccord de tuyau resté libre (sans filtre stérile), l'installer le cas échéant :
 - a) l'extrémité du tuyau ne touche pas le fond du flacon, sinon, le tuyau peut être aspiré sur le fond, ce qui empêcherait alors le transport de liquide.
 - b) l'extrémité du tuyau est coupée en biais. Dans ce cas, l'extrémité du tuyau peut toucher le fond du flacon.
2. Étiqueter les flacons de réactif pour indiquer leur composition.
3. Selon l'application : remplir les flacons de réactif et les fermer avec un couvercle.



PRECAUTION

L'utilisation comme réactif d'acide chlorhydrique (HCl), très corrosif, endommage les pièces en inox, telles que les composants ou le couvercle.


Utiliser exclusivement des acides non corrosifs (p. ex. l'acide phosphorique).



INFORMATION

Remplir les flacons de réactif uniquement avec des réactifs résistants à la chaleur. Stériliser à part la solution d'ajout résistante à la chaleur (ajout de substrat) et ne la transférer dans le flacon de réactif qu'après l'autoclavage, dans des conditions stériles.

4. Placer les flacons de réactif dans les supports de flacons et de pompes.

Avant la culture

5. Insérer les tuyaux correspondants en silicone sur les raccords de tuyaux restés libres dans chaque flacon et les fixer à l'aide d'attache-câbles.
6. Fermer les tuyaux en silicone avec des pinces pour tuyaux souples au plus près des raccords de tuyaux des flacons de réactif, de sorte qu'aucun réactif ne puisse s'écouler dans la cuve de culture.
7. S'assurer que :
 - Chaque flacon est relié à la pompe qui convient en fonction de son contenu, la base avec la pompe pour base (« Base »), etc.).
 - Les filtres sont propres et secs, le tuyau court est ouvert
8. Recouvrir légèrement le filtre de papier aluminium.

8.1.23 Connecteurs de tuyaux stériles

Si d'autres cuves sont utilisées, qui peuvent être connectées à la cuve de culture seulement après le passage à l'autoclave, comme par exemple les cuves pour l'inoculum, ou des flacons pour le prélèvement, etc., il est possible d'utiliser des raccords rapides (mâle / femelle) ou des connecteurs stériles pour la connexion stérile ou, en cas d'utilisation de tuyaux soudables, un soudeur de tuyaux.


Les connecteurs doivent être montés sur le morceau de tuyau approprié avant l'autoclavage. Les raccords rapides sont raccordés après l'autoclavage dans une hotte stérile. Les connecteurs stériles et les soudeurs de tuyaux permettent une connexion stérile sans hotte stérile.

Avant la culture

8.1.24 Démonter les têtes des pompes

Pour démonter les têtes des pompes de l'appareil de base, procéder comme suit :

Procédure




1. Extraire la plaque de recouvrement des pompes de son support et la retirer.




INFORMATION

La plaque de recouvrement des pompes constitue un dispositif de protection pendant le fonctionnement de l'appareil. Elle ne dispose pas de propriétés de résistance à la chaleur et ne peut pas être autoclavée.



2. Retirer la platine avec les têtes de pompes des arbres d'entraînement en la tenant par les deux poignées.



3. Insérer la platine avec les têtes de pompes sur le support de flacons de réactif et de pompes.

Avant la culture**8.1.25 Liste de contrôle avant l'autoclavage**

Vérifier et garantir les points suivants avant l'autoclavage :

Cuve de culture

Tous les joints toriques nécessaires sont montés.

Tous les ports du couvercle non utilisés sont fermés par des bouchons.

Le port pour l'inoculation est équipé d'un septum et d'une bague porte-septum et fermé avec un bouchon.

Du liquide se trouve dans la cuve de culture (milieu autoclavable ou env. 10 ml d'eau par litre de volume utile).

Le moyeu d'entraînement est recouvert de papier aluminium.

Le joint mécanique d'étanchéité est lubrifié

Le tuyau du trop-plein d'eau double enveloppe **N'EST PAS** plié ni pincé

Flacons de réactif, tuyaux et pompes

Les flacons de réactif sont remplis exclusivement de liquides autoclavables, correctement étiquetés et reliés à la cuve de culture et aux têtes de pompes par des tuyaux.

Les flacons de réactifs sont dotés de filtres pour la compensation de pression.

Les flacons de réactif et les têtes de pompes sont placés dans le support de flacons de réactif et de pompes.

Aiguilles d'inoculation

L'aiguille d'inoculation est relié avec un récipient approprié à l'aide d'un tuyau en silicone.

L'aiguille d'inoculation est emballé dans une gaine stérile ou recouverte de papier aluminium

Système de prélèvement Super Safe Sampler

Le système de vannes est relié au tube plongeant dans la cuve de culture par un tuyau.

Le système de vannes est recouvert de papier aluminium.

Diffuseur de gaz et condenseur de gaz de sortie

Le diffuseur de gaz est équipé d'un tuyau et d'un filtre d'entrée d'air

Le condenseur de gaz de sortie est muni d'un nouveau filtre de gaz de sortie fixe.

Avant la culture

Filtres et tuyaux

Tous les filtres sont propres, secs et recouverts d'un film d'aluminium.

Aucune extrémité de tuyau n'est ouverte.

Toutes les jonctions de tuyaux sont fixées avec un attache-câbles autoclavable ou des colliers de serrage, afin qu'elles ne glissent pas.

Les tuyaux des flacons de réactif, du prélèvement et de l'injection de gaz (diffuseur de gaz) sont munis de pinces pour tuyaux souples.

Le tuyau des gaz de sortie n'est **PAS** pincé.

Les tuyaux sont intacts, les conduites ne sont pas pliées et ne peuvent pas se plier.

Sondes

Toutes les sondes nécessaires sont montées et étalonnées le cas échéant.

La sonde antimousse est montée, réglée à la profondeur de montage correcte et reliée au flacon de réactif correspondant.

La sonde température de l'autoclave est introduite dans le doigt de gant pour sonde température de la cuve de culture.

Les sondes pH et pO₂ :

- ANALOGIQUES : sont recouvertes de papier aluminium.
- NUMERIQUES : **NE sont PAS** recouvertes de papier aluminium.

8.1.26 Autoclaver

Avant le début de la culture, la cuve de culture est autoclavée en fonction de l'application spécifique. La cuve de culture peut être autoclavée avec ou sans milieu de culture.

Tenir compte des informations suivantes :

- Ne jamais autoclaver la cuve de culture à sec, voir également le chapitre « Humidifier / remplir la cuve de culture ».



INFORMATION

Si la cuve de culture est autoclavée alors qu'elle est complètement vide et sèche, la vapeur ne peut pas se former. La réussite de la stérilisation n'est pas garantie.

S'assurer qu'env. 10 ml d'eau par litre de volume total se trouvent dans la cuve de culture.

Avant la culture

- Le cas échéant, pomper l'eau restant après l'autoclavage grâce au tube plongeant
- Stériliser séparément tous les composants sensibles à la chaleur et les ajouter après l'autoclavage dans des conditions stériles.
- Si le milieu de culture est autoclavé dans la cuve de culture, ajouter ensuite, le cas échéant, de l'eau stérile pour la compensation du volume.

Pour le transport de la cuve de culture vers l'autoclave, tenir compte des informations suivantes :

- Toujours transporter la cuve de culture dans le support de cuve.
- Toujours effectuer le transport de la cuve de culture de/vers l'autoclave à deux et éventuellement avec des outils appropriés.

**AVERTISSEMENT**

Selon le modèle, les accessoires et le niveau de remplissage, la cuve de culture est trop lourde pour être portée par une seule personne.

Pour autoclaver la cuve de culture, procéder comme suit :

Procédure

1. Placer la cuve de culture dans l'autoclave.
2. S'assurer que la cuve de culture et les accessoires ne touchent pas la paroi interne de l'autoclave
3. S'assurer que le filtre de gaz de sortie est libre.
4. Introduire la sonde température de l'autoclave dans le doigt de gant pour la sonde température.
5. Sélectionner le programme pour les liquides.
6. Autoclaver la cuve de culture conformément au manuel d'opération du fabricant de l'autoclave.

Avant la culture

8.2 Raccorder la cuve de culture et préparer la culture


Dès que la cuve de culture et ses accessoires ont suffisamment refroidi, les différentes connexions de câbles et de tuyaux entre l'appareil de base et la cuve de culture peuvent être établies.

8.2.1 Raccorder la cuve de culture

Pour raccorder une cuve de culture à l'appareil de base, raccorder les tuyaux de l'entrée d'eau, sortie d'eau, et trop-plein d'eau de l'enveloppe de la cuve de culture selon les symboles à côté de chaque raccordement à l'appareil de base.

INFORMATION

Pour pouvoir débrancher facilement les tuyaux après le procédé de culture, humecter légèrement les raccords rapides connectés aux tuyaux en silicone avant de les connecter.





8.2.2 Monter les têtes des pompes

Pour monter les têtes des pompes à l'appareil de base, procéder comme suit :

Procédure

1. Retirer la platine avec les têtes des pompes du support de flacons de réactif et de pompes.
2. Enficher la platine avec les têtes des pompes sur les arbres d'entraînement.



3. Insérer la plaque de protection dans le support.

8.2.3 Remplir les tuyaux de réactif

Pour préparer les tuyaux de réactif pour l'utilisation ultérieure, ils doivent être remplis de réactifs. Cela peut se faire via les interrupteurs à bascule des pompes sur l'appareil de base ou via le logiciel à écran tactile en utilisant les interrupteurs à basculer des pompes à l'appareil de base.



INFORMATION

Lorsqu'on utilise plusieurs appareils en même temps, il est utile de remplir tous les tuyaux de réactif simultanément et automatiquement, ce qui permet de gagner du temps.

Pour les détails sur le remplissage via le logiciel à écran tactile, voir le manuel d'opération séparé du logiciel à écran tactile.

Avant la culture



AVERTISSEMENT

En cas d'utilisation de réactifs très corrosifs (acides et bases), il est particulièrement important d'utiliser uniquement des tuyaux appropriés et en bon état, qui doivent également être bien fixés. En outre, le filtre de départ ne doit pas être bouché, de sorte qu'aucune pression ne puisse se former, afin d'éviter que du réactif s'échappe de tuyaux éclatés.

Respecter les points suivants :


- Avant le remplissage, retirer les pinces pour tuyaux souples des tuyaux de réactif.
- Lors du remplissage, veiller à ce qu'aucun réactif ne pénètre dans la cuve de culture, autant que possible.

Remplissage via les interrupteurs à bascule

Procéder comme suit :

Procédure

1. Mettre l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.
2. Ouvrir les pinces pour tuyaux souples sur les tuyaux.
3. Actionner les interrupteurs à basculer et remplir manuellement les tuyaux, les uns après les autres :



- Basculer l'interrupteur à bascule vers la droite : la pompe fonctionne vers l'avant (dans le sens d'une aiguille d'une montre), le réactif est aspiré dans le flacon de réactif et pompé dans la cuve de culture.
- Basculer l'interrupteur à bascule vers la gauche : la pompe fonctionne vers le retour (dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre) du liquide est aspiré dans la cuve de culture et pompé dans le flacon de réactif.

Relâcher l'interrupteur à bascule avant que le liquide n'atteigne visiblement l'insert/les inserts d'ajout et la sonde anti-mousse.

8.2.4 Raccorder la conduite d'injection de gaz

Pour raccorder le diffuseur de gaz à la conduite d'injection de gaz, procéder comme suit :

Procédure


1. Retirer le papier aluminium du filtre d'entrée d'air.
2. Raccorder le tuyau d'injection de gaz de l'appareil de base au filtre d'entrée d'air du diffuseur de gaz et le fixer à l'aide d'une attache-câble.
3. Retirer la pince pour tuyaux souples.

8.2.5 Raccorder le condenseur de gaz de sortie

Pour raccorder le condenseur de gaz de sortie à l'appareil de base, procéder comme suit :

Procédure


1. Enficher les têtes des tuyaux en pression pour l'entrée et sortie d'eau du condenseur de gaz de sortie dans les raccords selon symboles à l'appareil de base.



2. Enlever le papier aluminium du filtre de gaz de sortie.

Avant la culture

3. Assembler les tuyaux à pression du condenseur de gaz de sortie avec ceux de l'appareil de base à l'aide des raccords rapides.



4. Au besoin, modifier le réglage standard du débit d'eau sur la vanne manuelle sur l'appareil de base.

Le condenseur de gaz de sortie fonctionne seulement si l'équilibrage de la température est mise en marche (paramètre « Temp » sur « ON » du logiciel pour écran tactile).



INFORMATION


Si un condenseur de gaz de sortie n'est pas utilisée ou pas présent, fermer la vanne pour le débit d'eau du condenseur de gaz de sortie à l'appareil de base ou fermer les raccordements de tuyau avec les bouchons fournis.

8.2.6 Accoupler le moteur

En fonctionnement de routine, une connexion et une déconnexion du câble du moteur est inutile. Le moteur raccordé lors de l'installation est uniquement accouplé avant la culture.

Procéder comme suit :

Procédure



1. Enficher le moteur sur le moyeu d'entraînement, avec la rainure orientée vers la tige du moyeu d'entraînement.

Le moteur est bloqué dans sa position.

8.2.7 Remplir la cuve de culture

Selon l'application, la cuve peut être remplie après l'autoclavage. Pour éviter la formation de mousse pendant le remplissage, ajouter le milieu de culture à l'aide d'un tube plongeant.

Pour ce faire, procéder comme suit :

Procédure

1. Stériliser le milieu de culture séparément.
2. Le cas échéant, pomper l'eau restant dans la cuve de culture.
3. Établir un raccord de tuyau stérile entre la cuve de culture et le récipient du milieu de culture.
4. Pomper la quantité de milieu de culture souhaitée dans la cuve de culture.
5. Obturer le tuyau du milieu de culture, le souder le cas échéant.
6. Séparer le récipient du milieu de culture de la cuve de culture, le laisser le cas échéant comme récipient de déchets ou récolte.



INFORMATION


Si la turbine tourne à la surface du milieu de culture, de la mousse se forme. Pour cette raison, il est recommandé d'activer le système d'agitation uniquement s'il est complètement recouvert par le milieu.

Avant la culture

8.2.8 Introduire la sonde température (Pt100) dans le doigt de gant

La sonde température n'est pas directement en contact avec le milieu de culture.

Procédure



1. Introduire simplement la sonde dans le doigt de gant du couvercle jusqu'à la butée.

ATTENTION

Risque de brûlures et de dommages matériels en raison de la température élevée !

Si la sonde température n'est pas introduite dans le doigt de gant dans la cuve et/ou si la cuve ne contient pas de liquide, le circuit de la régulation thermique risque de surchauffer. Cette surchauffe entraîne un risque de brûlures et de dommages matériels.

8.2.9 Raccorder la sonde antimousse

Pour raccorder la sonde antimousse, les deux fiches bananes du câble de la sonde doivent être enfichées comme suit :

Procédure




1. Insérer la fiche banane rouge dans la prise située sur la tête de la sonde.
2. Insérer la fiche banane noire dans la borne de masse située sur le couvercle de la cuve sonde

Avant la culture

8.2.10 Raccorder la sonde pH

Les connexions des sondes et des câbles des sondes pH sont différentes selon le système de mesure du pH présent :




METTLER analogique Type 405-DPAS-SC- K8S/120	Raccord de la tête de sonde (a)	K8S
	Connecteur de câble (b)	AK9




PRECAUTION

La protection du câble de la sonde peut s'endommager s'il est plié ou tordu fortement. Cela peut entraîner des erreurs de mesure.



METTLER numérique Type InPro 3253i	Raccord de la tête de sonde (a)	ISM
	Connecteur de câble (d)	VP8
Transmetteur de tête M100	Fiche de connexion pour sonde (b)	
	Fiche de connexion pour câble (c)	




HAMILTON numérique Type Easyferm Plus ARC	Raccord de la tête de sonde (a)	VP8
	Connecteur de câble (b)	VP8

Avant la culture

8.2.11 Raccorder la sonde pO₂

Les connexions des sondes et des câbles des sondes pO₂ sont différentes selon le système de mesure du pO₂ disponible :



METTLER analogique Type InPro 6 820/25/080 (ampérométrique, polarographique)	Raccord de la tête de sonde (a)	T-82
	Connecteur de câble (b)	T-82

**PRECAUTION**

La protection du câble de la sonde peut s'endommager s'il est plié ou tordu fortement. Cela peut entraîner des erreurs de mesure.



METTLER numérique Type InPro6860i	Raccord de la tête de sonde (a)	VP8
	Connecteur de câble (b)	VP8



HAMILTON numérique Type Visiferm RS485-ECS	Raccord de la tête de sonde (a)	VP8
	Connecteur de câble (b)	VP8

8.2.12 Sonde pO₂ (analogique, polarographique), polarisation

Les sondes pO₂ polarographiques doivent être polarisées lors de la mise en service ou après avoir été débranchées de la source de tension. Si cela n'est pas fait, l'étalonnage correct est impossible.

Pour la polarisation, la sonde pO₂ doit simplement être raccordée au câble de la sonde et l'appareil doit être allumé à l'aide de l'interrupteur principal.

La durée pendant laquelle la sonde doit être polarisée (= durée de polarisation) dépend de l'intervalle de temps durant lequel la sonde pO₂ avait été débranchée de la source de tension (= durée de dé-polarisation).

De façon générale : si la durée de dé-polarisation est > 30 minutes, la durée de polarisation minimale est de 360 minutes.

Pour obtenir des informations détaillées sur la polarisation, consulter la documentation séparée fournie par le fabricant de sondes.

8.2.13 Étalonner la sonde pO₂

En principe, un étalonnage à 1 point sur 100 % suffit pour une mesure exacte et doit être exécuté à nouveau avant chaque culture. Si nécessaire, un étalonnage à 2 points à 100 % et 0 % est également possible.

Pour plus de détails concernant l'étalonnage, voir le manuel d'opération séparé du logiciel pour écran tactile.

8.2.14 Vérifier les tuyaux et les connecteurs de tuyaux

Vérifier et garantir les points suivants avant chaque culture :

- Les tuyaux ne sont pas pliés et ne peuvent pas se plier.
- Les tuyaux sont intacts et ne présentent pas de points faibles.
- Les tuyaux et raccords de gaz ne présentent pas de fuites.
- Les conduites sont aussi courtes que possible.
- Les tuyaux sont fixés avec des attache-câbles ou des colliers de serrage.
- Seuls des tuyaux de pression fournis par le fabricant de l'appareil sont raccordés pour servir de conduites d'alimentation (eau, gaz) entre les raccords du bâtiment et l'appareil.

Culture

9 Culture

Les chapitres suivants décrivent les travaux qui sont nécessaires pour l'exécution de la culture et après l'achèvement de la culture avant que la cuve de culture et ses accessoires puissent être soigneusement nettoyés puis préparés pour une nouvelle culture.

Ils comprennent essentiellement :

- Préparer le milieu de culture, démarrer le bioréacteur
- Prélèvement
- Inoculation
- Récolte
- Arrêter le bioréacteur, le cas échéant, vider la cuve
- Autoclaver la cuve de culture et les accessoires

Une condition préalable au premier point est que la cuve de culture, y compris ses accessoires soit autoclavée, ait refroidi et soit raccordée à l'appareil de base. Tous les raccordements de câbles et de tuyaux entre l'appareil et la cuve de culture, y compris les flacons de réactif, sont établis, les têtes de pompe sont montées et les tuyaux de réactif sont remplis. Selon les prescriptions de l'utilisateur, la sonde pO_2 est déjà étalonnée.

9.1 Préparer le milieu de culture

Avant le premier prélèvement, qui se déroule en général comme un « échantillon blanc » avant l'inoculation, et avant l'inoculation elle-même, le milieu doit être chauffé à la température désirée. Le cas échéant, régler la concentration de pO_2 et le pH. Le temps nécessaire pour cela dépend du volume utile.

Pour ce faire, régler les valeurs de consigne souhaitées des paramètres correspondants sur la console de commande et les activer, et démarrer le bioréacteur.

Selon les spécifications de l'utilisateur, la sonde pO_2 est étalonnée avant le remplissage du milieu ou après, dans le milieu préparé.

**ATTENTION**

Si aucune compensation de pression n'a lieu par une ouverture du couvercle, ou par le condenseur de gaz de sortie monté, une surpression peut survenir dans la cuve de culture au cours de la culture, en raison du chauffage, de l'injection de gaz ou des processus de fermentation.

- **TOUJOURS** maintenir ouverte la ligne de sortie de gaz
- Utiliser uniquement des filtres de gaz de sortie propres et secs.

Pour plus de détails concernant l'utilisation du logiciel à écran tactile, voir le manuel d'opération séparé du logiciel.

9.2 Prélèvement

Afin de recueillir le matériau nécessaire à l'analyse hors ligne, des échantillons sont prélevés dans la cuve de culture. La méthode de prélèvement peut varier en fonction des analyses effectuées par l'opérateur.

Le prélèvement avec le système de prélèvement standard Super Safe Sampler est décrit par la suite.

Avant de commencer, tenir compte des informations suivantes :

**AVERTISSEMENT**

En cas de défaillance technique de la vanne de prélèvement, de la solution de culture peut s'échapper de la cuve. En cas d'applications impliquant des organismes pathogènes, cette fuite peut entraîner de graves dommages pour la santé.

- Lors de travaux avec des organismes pathogènes, toujours obturer le tuyaux de prélèvement à l'aide d'une pince pour tuyaux souples en métal (!).
- Ne retirer le pince en métal que pour le prélèvement.
- Avant de retirer la seringue de la vanne de prélèvement, re-placer le pince en métal.

Culture



AVERTISSEMENT

Si des raccords ne sont pas suffisamment serrés sur des composants, le défaut d'étanchéité peut entraîner la pénétration d'air non stérile ou la contamination de l'environnement.

Avant et après l'autoclavage : contrôler tous les raccords vissés pour s'assurer qu'ils sont bien serrés, et, au besoin, les resserrer prudemment à la main.

Si l'échantillon est traité en conditions aseptiques, utiliser une seringue stérile et des capuchons stériles.

Pour plus de détails, voir également le chapitre principal « Accessoires », chapitre « Préparer le système de prélèvement Super Safe Sampler », section « Prélèvement aseptique ».

Procéder comme suit :

Procédure

1. Contrôler tous les raccords vissés du système de vannes pour s'assurer qu'ils sont bien serrés. Au besoin, les serrer doucement avec 2 doigts.
2. Retirer la pince pour tuyaux souples du tuyau de prélèvement.
3. Si nécessaire : enlever le capuchon d'obturation.
4. Si souhaité : désinfecter la vanne de prélèvement.
5. Tourner la seringue Luer-Lock pour la fixer sur la vanne de prélèvement.





6. Tirer le piston de la seringue en arrière pour prélever le volume d'échantillon souhaité.

Si le tube plongeant a été rincé à l'air, l'air est d'abord aspiré. Le retirer de la manière suivante :

- a) Débloquer la seringue en la tournant pour la défaire du groupe de vannes.
- b) Maintenir la seringue avec le piston vers le bas, de sorte que le milieu de culture présent reste dans la seringue.
- c) Appuyer sur la seringue pour faire sortir l'air.
- d) Tourner la seringue pour la fixer sur la vanne de prélèvement.
- e) Aspirer de nouveau.

7. Placer le pince sur le tuyau de prélèvement.

Rincer le tube plongeant à l'air stérile

Le tube plongeant et le tuyau de prélèvement peuvent être remplis d'air stérile après le prélèvement.



INFORMATION

Utiliser uniquement une seringue propre et sèche afin d'éviter l'obturation du filtre stérile. Cette seringue pourra être réutilisée aussi souvent qu'on le souhaite car l'air passe dans un filtre stérile.

Culture

Pour ce faire, procéder comme suit :

Procédure



1. Enfoncer la seringue sur le tuyau du filtre stérile et appuyer pour faire sortir l'air.

La solution de culture qui est restée dans le tuyau et le tube plongeant est alors chassée dans la cuve.

2. Détacher la seringue du filtre stérile pour la remplir à nouveau d'air.
3. Répéter les procédures 1 et 2 jusqu'à ce que des bulles remontent du tube plongeant.

Éliminer le liquide restant :

Pour enlever le liquide restant du système, procéder comme suit :

Procédure



1. Maintenir la seringue avec l'échantillon vers le bas, tirer le piston vers l'arrière.

Le liquide restant est alors éliminé et il ne reste que quelques μl .



2. D'une main, tenir la vanne de prélèvement et, de l'autre, débloquent la seringue en la tournant.
3. Si souhaité : remettre le capuchon sur la vanne de prélèvement et sur la seringue avec l'échantillon.

9.3 Inoculation

Vérifier et garantir les points suivants avant l'inoculation :

- Le milieu de culture est versé.
- Les substances instables à la chaleur, stérilisées séparément, sont ajoutées.
- Les flacons de réactif sont reliés aux pompes et à la cuve de culture et ils sont suffisamment remplis de réactif et de solution nutritive pour toute la durée de la culture.
- Les tuyaux des flacons de réactif sont remplis.
- La température de fonctionnement adéquate est atteinte.
- La vitesse d'agitation nécessaire est réglée.
- Les sondes sont étalonnées et la régulation est configurée correcte (pas encore activée le cas échéant).
- Toutes les pinces pour tuyaux souples (sauf sur le système de prélèvement d'échantillons) sont retirées.
- Les ustensiles pour l'inoculation et le récipient d'inoculum sont prêts.

Méthodes

Il existe différentes méthodes pour ajouter un milieu de culture ou un inoculum avant et pendant la culture :

- Par aiguille d'inoculation bague porte septum et septum
- En petit volume injecté par une seringue via le septum
- Via un insert d'ajout à partir du flacon de réactif (cette méthode nécessite un raccordement stérile par tuyau.)
- Via un tube plongeant à partir du flacon de réactif (cette méthode nécessite un raccordement stérile par tuyau.)

Ces méthodes sont expliquées par la suite. Les ustensiles utilisés pour l'inoculation avec l'aiguille d'inoculation sont des accessoires standard de l'appareil. Ce type d'inoculation convient pour toutes les tailles de cuve du présent appareil. Pour pouvoir ajouter plusieurs solutions nutritives, il est possible de monter une deuxième aiguille d'inoculation avec bague porte septum dans un port du couvercle.


Culture

9.3.1 Inoculation à l'aide d'une aiguille d'inoculation

Procéder comme suit pour l'inoculation :

Procédure

1. Remplir le récipient préparé au préalable d'inoculum stérile.
2. Dévisser le bouchon du couvercle de la cuve à l'aide de la clé six pans fournie.
3. Au besoin, appliquer quelques gouttes d'éthanol (70 %) sur le septum.
Au besoin, passer la bague porte septum à la flamme.
4. Enlever la gaine stérile ou la feuille d'aluminium de l'aiguille d'inoculation.
5. Flamber brièvement l'aiguille d'inoculation.
6. Percer immédiatement le septum avec l'aiguille d'inoculation.



7. Visser l'aiguille d'inoculation dans la bague porte septum.
8. Laisser s'écouler dans la cuve la quantité souhaitée d'inoculum.
9. Fermer le tuyau en silicone avec une pince pour tuyaux souples.
Ou : Extraire l'aiguille d'inoculation et refermer la bague porte septum à l'aide du bouchon. Il ne s'agit toutefois pas d'une méthode sûre de prévention intégrale des contaminations.

9.3.2 Inoculation avec une seringue

Pour l'inoculation, procéder comme suit :

Procédure

1. Remplir une seringue de la quantité d'inoculum nécessaire.
2. Dévisser le bouchon de la bague porte septum.
Comme protection supplémentaire contre une éventuelle contamination :

avant la perforation, placer quelques gouttes d'éthanol (70 %) sur le septum.

3. Perforer le septum et injecter l'inoculum.
4. Retirer l'aiguille du septum et fermer cette bague porte septum à l'aide d'un bouchon.

9.3.3 Inoculation par tube plongeant / insert d'ajout

Lors de l'inoculation, procéder comme suit :

Procédure

1. Remplir le récipient préparé d'inoculum dans des conditions stériles.
2. Établir un raccordement stérile du tuyau avec le tube plongeant/l'insert d'ajout.
3. Laisser couler le volume d'inoculum souhaité dans la cuve de culture. Au besoin, pomper.
4. Obturer le tuyau à l'aide d'une pince pour tuyaux souples, souder si nécessaire.

9.4 Récolte

À la fin de la procédure de culture, il est possible de récolter la culture. Pour prévenir une sédimentation éventuelle de la culture, la fonction d'agitation peut être activée pendant la récolte. Pour les cultures sensibles, activer le cas échéant l'injection de gaz. Tous les autres paramètres doivent toutefois être désactivés s'il n'y a pas d'autres prescriptions spécifiques à l'application.

Il existe les possibilités suivantes pour la récolte :

- a) Transvasement
Transvaser le contenu de la cuve dans un autre récipient sous flux d'air laminaire.
- b) Pompage par raccordement de tuyaux stérile
Pour ce faire, procéder comme suit :

Procédure

1. Raccorder le tuyau au niveau du tube plongeant pour la récolte avec le récipient futur dans des conditions stériles.
2. Raccorder le tuyau à l'une des pompes sur l'appareil ou à une pompe externe.
3. Pomper la quantité souhaitée de culture dans le nouveau récipient.

Culture



INFORMATION

Activer le système d'agitation uniquement s'il est complètement recouvert par le milieu, sinon de la mousse se forme.

4. Désactiver tous les paramètres, respectivement arrêter le bioréacteur au niveau de la console de commande.



PRECAUTION

Mettre l'appareil hors tension à l'aide de l'interrupteur d'alimentation sans arrêter le bioréacteur et le système préalable sur la console de commande, peut endommager la console de commande.

9.5 Vider la cuve de culture

Selon les prescriptions de l'utilisateur, la cuve de culture peut être vidée avant ou après l'autoclavage.

Le fait de vider au préalable la cuve de culture et de la remplir uniquement d'eau pour l'autoclavage facilite son nettoyage ultérieur.

Pour vider la cuve de culture, les mêmes possibilités que pour la récolte sont disponibles. Voir à ce propos le chapitre « Récolte ».

Si la culture n'est pas utilisée par la suite, elle doit être désactivée conformément aux instructions internes de l'entreprise (par exemple par autoclavage ou diminution de la valeur du pH) et ensuite éliminée dans le respect de l'environnement, conformément aux réglementations locales.

9.6 Vider les tuyaux de réactif



PRECAUTION

Les résidus d'acides et d'alcalis dans les tuyaux de réactif pendant l'autoclavage peuvent endommager les têtes de pompe.

- Avant l'autoclavage, vider complètement tous tuyaux de réactif.
- Rincer soigneusement les tuyaux à l'eau après la vidange.

Avant l'autoclavage de la cuve de culture et de ses accessoires, tous les tuyaux de réactif doivent être complètement vidés par la pompe correspondante. Cela peut se faire via les interrupteurs à

bascule des pompes sur l'appareil de base ou via le logiciel à écran tactile.



INFORMATION

Lorsqu'on utilise plusieurs appareils en même temps, il est utile de vider tous les tuyaux de réactif simultanément et automatiquement, ce qui permet de gagner du temps.

Pour les détails sur la vidange via le logiciel à écran tactile, voir le manuel d'opération séparé du logiciel à écran tactile.

9.7 Mettre l'appareil hors tension

Si la récolte est terminée, ou, le cas échéant, si la cuve de culture est vidée et que les tuyaux des réactifs sont également vides, il est possible de mettre l'appareil hors tension.

Procéder comme suit :

Procédure

1. S'assurer que le bioréacteur est arrêté, l'arrêter le cas échéant dans le logiciel pour écran tactile sur la console de commande.
2. Arrêter le système sur la console de commande.
3. Mettre l'appareil hors tension à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.



PRECAUTION

Mettre l'appareil hors tension à l'aide de l'interrupteur d'alimentation sans arrêter le bioréacteur et le système préalable sur la console de commande, peut endommager la console de commande.

4. Fermer les conduites d'alimentation (eau, gaz).
5. Laisser refroidir le moteur.
6. Autoclaver la cuve, les composants et les accessoires, puis les nettoyer conformément aux indications valables pour l'application.

Culture

9.8 Autoclaver la cuve de culture après la culture

Après la vidange de la cuve de culture et avant le nettoyage, la cuve de culture doit être autoclavée avec tous ses accessoires. Ce faisant, ne pas autoclaver la cuve de culture complètement sèche et observer et respecter les mêmes consignes de sécurité que pour l'autoclavage avant la culture.

Avant de commencer, s'assurer que :

- Du liquide se trouve dans la cuve de culture (milieu autoclavable ou env. 10 ml d'eau par litre de volume utile).
- Les réactifs et la solution nutritive sont pompés hors des tuyaux.
- L'appareil est mis hors tension.
- Le moteur est refroidi.

Pour préparer la cuve de culture et les accessoires pour l'autoclavage après la culture, procéder comme suit :

Procédure

1. Pincer les tuyaux des flacons de réactif.
2. Pincer le tuyau du diffuseur de gaz.
3. Débrancher toutes les connexions de câbles et de tuyaux entre l'appareil de base et la cuve de culture :
 - a) Désaccoupler le moteur et le mettre de côté.
 - b) Débrancher les câbles des sondes.
 - c) Retirer la sonde température du doigt de gant.
 - d) Si un condenseur de gaz de sortie est utilisé : Débrancher les tuyaux de l'arrivée d'eau et de l'évacuation de l'eau du condenseur de gaz de sortie.
 - e) Débrancher les tuyaux de l'arrivée d'eau, de l'évacuation de l'eau et du trop-plein d'eau du double enveloppe de la cuve de culture de l'appareil de base.
 - f) Retirer le tuyau d'injection des gaz (partant de l'appareil de base) du filtre d'entrée d'air au niveau du diffuseur de gaz.
4. Recouvrir légèrement tous les filtres et le moyeu d'entraînement de papier aluminium.

**PRECAUTION**

Les sondes pH et pO₂ **NUMERIQUES : NE PAS** recouvrir de papier aluminium !

5. Rabattre le couvercle de la pompe pour l'ouvrir.
6. Retirer la platine avec les têtes de pompe des arbres d'entraînement sur l'appareil de base et l'insérer sur le support flacons de réactif et de pompes.
7. Vérifier et s'assurer que le filtre de gaz de sortie est libre et sec et que le tuyau des gaz de sortie est **OUVERT**.
8. Insérer la sonde température de l'autoclave dans le doigt de gant de la cuve de culture et autoclaver la cuve de culture.

Nettoyage et maintenance

10 Nettoyage et maintenance

Les chapitres suivants décrivent en détail comment la cuve de culture et les accessoires, ainsi que l'appareil de base, sont nettoyés et rangés si besoin.

En outre, le chapitre comprend un plan de maintenance et les descriptions correspondantes sur la façon de procéder si elles sont effectuées par l'opérateur.

10.1 Détergents et désinfectants

Utilisation prévue	Produits / matériel autorisés
Cuve de culture	Eau et éponge ou brosse à vaisselle anti-rayures, non abrasive ; lave-vaisselle de laboratoire avec détergents spéciaux (pour industrie et laboratoires)
Détergent pour dénaturer des protéines	0,1 N NaOH
Détergent pour petites pièces	Bain à ultrasons
Détergent de surface	Eau
Désinfectant de surface	Éthanol, 70 %
Détartrant pour appareil	Acide amidosulfonique (forme liquide)

Nettoyage et maintenance**10.2 Nettoyer la cuve de culture - nettoyage de routine**

Dès que la cuve de culture et les accessoires ont refroidi après l'autoclavage, ils peuvent être nettoyés.

**PRECAUTION**

Les détergents pour lave-vaisselle et les savons (en particulier les savons-crèmes) utilisés pour le ménage peuvent se déposer dans les pores du verre et perturber les cultures ultérieures.

Ne jamais nettoyer la cuve de culture et les accessoires avec du savon pour le ménage et utiliser des détergents spéciaux (pour industrie et laboratoires) dans le lave-vaisselle du laboratoire.

La méthode suivante décrit un nettoyage de routine entre deux cultures. Il a lieu avec la cuve de culture entièrement assemblée et les accessoires montés.

Toutes les sondes, sauf la sonde antimousse ou la sonde niveau, du fabricant de l'appareil sont une exception à cette règle. Afin d'éviter d'endommager les autres sondes pendant le nettoyage de routine, elles sont tout d'abord retirées puis nettoyées séparément conformément aux instructions des autres fabricants, et stockées si nécessaire. Voir également les chapitres « Démonter les sondes » et « Nettoyer les sondes ».

Pour effectuer un nettoyage de routine de la cuve de culture, procéder de la manière suivante :

Procédure

1. Dévisser avec précaution à la main (sans outils !) les sondes (sauf sonde antimousse / sonde de niveau) et les mettre de côté pour le nettoyage séparé conformément aux indications du fabricant.
2. Remplir complètement la cuve de culture de 0,1 N de NaOH.
3. Mettre le couvercle en place sur la cuve et le fixer.
4. Raccorder la cuve de culture à l'appareil de base.
5. Accoupler le moteur.
6. Mettre l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.
7. Sur la console de commande, dans le logiciel pour écran tactile, démarrer le bioréacteur et agiter fortement le liquide pendant deux heures en exécutant la fonction d'agitation (paramètre *Stirrer*).

Nettoyage et maintenance



INFORMATION

En présence de résidus tenaces de protéines ou de mousse, il est recommandé de réchauffer en plus la solution à base de 0,1 N de soude caustique à 60 °C et de prolonger la durée d'agitation.

8. Arrêter le bioréacteur dans le logiciel pour écran tactile sur la console de commande.
9. Arrêter le système sur la console de commande.
10. Mettre l'appareil hors tension à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.
11. Laisser refroidir le moteur.
Dès que le moteur a suffisamment refroidi :
12. Désaccoupler le moteur.
13. Retirer le couvercle et le poser avec précaution de telle sorte qu'il n'appuie pas (!) sur des composants.
14. Vider la cuve de culture.
15. Rincer soigneusement la cuve de culture à l'eau distillée.

10.3 Démonter le couvercle de la cuve et les accessoires

Pour un nettoyage soigneux des différentes pièces de la cuve de culture, tous les accessoires doivent être démontés. Cette opération est décrite dans les chapitres suivants. Le chapitre « Nettoyer et stocker les pièces » décrit le nettoyage lui-même.

Le nettoyage des tuyaux avec les têtes de pompes, de l'appareil de base et de la console de commande est décrit dans des chapitres séparés.

Les sondes des fabricants tiers sont nettoyées conformément aux indications du fabricant.


10.3.1 Démonter le condenseur de gaz de sortie

Pour démonter le condenseur de gaz de sortie, procéder comme suit :


Procédure

1. Dévisser à la main le condenseur de gaz de sortie du port du couvercle de la cuve.
S'assurer que le joint torique ne se perde pas.
2. Retirer le tuyau à pression avec le filtre de gaz de sortie, éliminer le filtre de gaz de sortie.


Nettoyage et maintenance



3. Dévisser à la main l'écrou-raccord du couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le retirer.




4. Retirer le couvercle à la main.
Si nécessaire, mouiller légèrement le couvercle avec de l'eau ou pour faciliter le retrait.



5. Retirer la chicane en silicone condenseur de gaz de sortie.

Nettoyage et maintenance



- Nettoyer les différentes pièces du condenseur de gaz de sortie. Pour plus de détails sur le nettoyage, voir le chapitre « Nettoyer et stocker les pièces ».

10.3.2 Démonter les sondes

Les sondes sont montées soit directement dans les ports ou intégrées au moyen d'un porte-électrode ou d'un manchon de blocage. Pour le démontage, procéder comme suit :

Sonde sans support

Procédure

- Dévisser avec précaution à la main (sans outils !) la sonde du port du couvercle de la cuve.

Sonde avec porte-sonde

Procédure

- Sortir la sonde du port du couvercle de la cuve, en la dévissant à la main, avec précaution, au niveau de la vis à tête creuse du porte-sonde.
- Dévisser avec précaution la sonde au niveau de la douille du porte-sonde, en la tirant ainsi vers le haut et hors du porte-sonde.

Sonde avec manchon de blocage (sonde antimousse et sonde de niveau)

Procédure

- Desserrer les deux vis à tête fendue à côté de la sonde avec un tournevis.



INFORMATION

Cette étape est nécessaire uniquement pour les manchons de blocage dans les ports 10 mm. Tous les autres manchons de blocage se retirent directement du port ou de l'adaptateur fileté.

Nettoyage et maintenance

2. Tirer avec précaution le manchon de blocage avec la sonde pour le sortir du port / de l'adaptateur fileté, en le tournant à la main.
3. S'assurer que le joint torique au niveau du manchon de blocage ne se perde pas.
Au besoin :
4. Selon le manchon de blocage, retirer la vis à tête fendue ou la vis à tête creuse au niveau du manchon de blocage et sortir la sonde avec précaution du manchon de blocage.
5. Veiller à ne pas endommager l'isolation au niveau de la sonde.

10.3.3 Retirer les tuyaux, filtres et têtes de pompe

Afin de pouvoir nettoyer ultérieurement les tuyaux des réactifs et les têtes de pompe, ils doivent être retirés des flacons de réactif et des composants de la cuve de culture.

**INFORMATION**

Ne jamais désassembler les têtes de pompes, afin d'éviter tout dommage. Toujours remplacer une tête de pompe endommagée avec le tuyau de la pompe et vice versa.

Procéder comme suit :

Procédure

1. Retirer les attache-câbles (p. ex. avec un couteau de dégagement), de telle sorte que les tuyaux ne soient pas endommagés.
2. Retirer les tuyaux de la cuve de culture et des flacons de réactif.
3. Retirer les filtres pour la compensation de pression et les tuyaux correspondants des flacons de réactif et les éliminer.
4. S'assurer que le filtre d'entrée d'air est propre, sec et qu'il n'est pas bloqué, l'éliminer sinon.

**INFORMATION**

Si les filtres pour la compensation de pression et les morceaux de tuyaux associés sont utilisés de façon répétée, veiller à ce que les filtres soient propres et secs à tout moment !

5. Éliminer le filtre de gaz de sortie (voir également le chapitre « Démonter le condenseur de gaz de sortie »).

Nettoyage et maintenance

10.3.4 Démonter les bouchons

Procéder comme suit :

Bouchons dans les ports de 10 mm

Procédure

1. Desserrer les deux vis à tête fendue à côté du bouchon.
S'assurer qu'elles ne se perdent pas.
2. Retirer le bouchon du port à la main.
S'assurer que le joint torique au niveau du bouchon ne se perde pas.

Bouchons dans les ports de 12 mm / Pg13,5

Procédure

1. Avec la clé à douille hexagonale, desserrer le bouchon et l'enlever à la main.
S'assurer que le joint torique ne se perde pas.

Bouchons dans les ports de 19 mm

Procédure

1. Avec la clé à douille hexagonale, desserrer le bouchon dans l'adaptateur fileté et l'enlever à la main.
S'assurer que le joint torique ne se perde pas.

10.3.5 Démonter un adaptateur fileté

Procéder comme suit :

Procédure

1. Desserrer les deux vis à tête fendu à côté de l'adaptateur dans le port de 19 mm.
S'assurer qu'elles ne se perdent pas.
2. Enlever l'adaptateur fileté du port.

10.3.6 Démonter l'aiguille d'inoculation et la bague porte septum avec septum

Procéder comme suit :

Procédure

1. Dévisser l'aiguille d'inoculation de la bague porte septum à la main.
S'assurer que le joint torique ne se perde pas.
2. Sortir la bague porte septum du port ou de l'adaptateur fileté (dans port de 19 mm), en la dévissant à la main.
3. Sortir le septum du port et l'éliminer.

10.3.7 Démonter les inserts d'ajout

Procéder comme suit :

Insert d'ajout quadruple pour port Ø 19 mm

Procédure

1. Desserrer et enlever les deux vis à tête fendue à côté de l'insert d'ajout.
S'assurer qu'elles ne se perdent pas.
2. Enlever l'insert d'ajout du port.
S'assurer que le joint torique de l'insert d'ajout ne se perde pas.




INFORMATION

Le démontage des autres modèles d'inserts d'ajout (décrit au chapitre principal « Accessoires ») correspond au démontage des bouchons de leurs ports. C'est pourquoi ce démontage n'est pas répété ici.

10.3.8 Enlever le couvercle de la cuve

Pour enlever le couvercle de la cuve, procéder comme suit :

Procédure



1. Autant que possible, démonter les composants avant de soulever le couvercle.
2. Desserrer (manuellement – n'utiliser pas d'outils !) et enlever les écrous moletés du couvercle de la cuve.
3. Soulever délicatement le couvercle verticalement par rapport la cuve jusqu'à ce que l'arbre d'agitation et éventuellement d'autres composants longs ne puissent plus entrer en contact avec la cuve en verre.

Nettoyage et maintenance



PRECAUTION

Si le couvercle de la cuve appuie sur des composants longs ceux-ci peuvent se plier en raison du poids du couvercle.

Toujours poser le couvercle de la cuve de telle sorte qu'il n'appuie pas sur des composants.

4. Le cas échéant, démonter maintenant les composants qui ne sont pas encore démontés.
5. Vérifier la cuve en verre pour voir si elle présente des dommages (fissures, fêlures, rayures) ; au besoin, la remplacer.

10.3.9 Démonter le doigt de gant de la sonde température (Pt100)

Procéder comme suit :

Procédure

1. Desserrer les deux vis à tête fendue à côté du port.
S'assurer qu'elles ne se perdent pas.
2. Pousser le doigt de gant vers le haut de l'intérieur du couvercle de sorte qu'il puisse être retiré du port par l'extérieur du couvercle
S'assurer que le joint torique ne se perde pas.

10.3.10 Démonter les diffuseurs de gaz et tube(s) plongeant(s)

Les tubes plongeants et diffuseurs de gaz droits peuvent généralement être démontés à partir de l'extérieur du couvercle. Les tubes plongeants et diffuseurs de gaz coudés ne peuvent être démontés qu'à partir de l'intérieur du couvercle.

Étant donné que sur le présent appareil, des diffuseurs de gaz coudés et des tubes plongeants droits sont utilisés, le démontage sera décrit ici à partir de l'intérieur du couvercle. Autrement dit, le couvercle de cuve est déjà démonté.

Procéder comme suit :

Procédure

1. Desserrer la vis à tête fendue au niveau du manchon de blocage.
2. Sortir avec précaution le diffuseur de gaz/tube plongeant du manchon de blocage, en le tirant vers le bas.
3. Dévisser le manchon de blocage du port à la main.
S'assurer que le joint torique ne se perde pas.

Nettoyage et maintenance**10.3.11 Démonter les chicanes**

Les quatre chicanes montées dans le couvercle de la cuve peuvent être démontées quand le couvercle est démonté.

Procéder comme suit :

Procédure


1. Desserrer les vis à tête ronde, empreinte étoile 6 branches sur le couvercle.
2. Enlever la chicane et mettre de côté.
S'assurer, que le joint torique ne se perd pas.
3. Procéder avec chaque chicane de la même manière.

10.3.12 Démonter la/les turbines

Avant de démonter la ou les turbine(s), il est recommandé de mesurer et de noter la position pour l'assemblage correct ultérieur.

Pour le démontage, procéder comme suit :

Procédure



1. Avec une clé à six pans creux, desserrer les vis sans tête au niveau de la ou des turbines – ne pas les retirer !
2. Retirer avec précaution la turbine de l'arbre d'agitation.

10.3.13 Démonter l'arbre d'agitation

Au besoin, l'arbre d'agitation peut être démonté pour le nettoyage. Un soin particulier doit être apporté lors du démontage.


**PRECAUTION**

Le joint mécanique d'étanchéité de l'arbre d'agitation est délicat. Des manipulations peuvent l'endommager !


Nettoyage et maintenance

Pour démonter l'arbre d'agitation, procéder comme suit :

Procédure



1. Insérer par exemple une clé Allen ou une barre de métal fine dans le trou à l'extrémité supérieure de l'arbre d'agitation.
De cette manière l'arbre d'agitation est bloqué.



2. Poser une clé à molette sur les deux empreintes à l'extrémité supérieure de l'arbre d'agitation.



3. Tourner l'arbre d'agitation dans le sens antihoraire à l'aide de la clé à molette jusqu'à qu'il soit desserré de l'arbre d'entraînement.
4. Contrôler le joint torique de l'arbre d'entraînement pour voir s'il est intact et bien positionné. Au besoin, l'ajuster ou le remplacer.

10.3.14 Démonter la cuve en verre de son support


La cuve en verre et les différentes parties de la fixation de la cuve dans le support de cuve peuvent également être nettoyés individuellement en cas d'encrassement important ou si la réglementation interne l'exige. Pour ce faire, la cuve en verre doit être démontée du support.

Nettoyage et maintenance


Procéder comme suit :

Procédure


1. Enlever les tuyaux en silicone des olives de verre pour l'entrée, la sortie et le trop-plein d'eau de l'enveloppe de la cuve.




2. Retirer le joint du couvercle (joint torique).



3. Desserrer et retirer à la main les quatre contre-écrous de l'anneau en acier inoxydable.




4. Retirer l'anneau en acier inoxydable.




5. Retirer la bague d'amortissement verte du collier de la cuve.

Nettoyage et maintenance




6. Retirer les entretoises blanches des tiges du support de cuve.




7. Uniquement les cuves avec DN200 : retirer les plaques de raccordement des deux côtés de la bride de la cuve en deux parties avant ou après avoir soulevé la cuve en verre du support.


Desserrer les vis (8 x M5x10) et les retirer avec les plaques.



8. Soulever la cuve en verre du support sur la bride de la cuve en deux parties, respectivement l'enlever des tiges du support.




9. Retirer la bride de cuve en deux parties.




10. Retirer la bague d'amortissement noire du collier de la cuve.

Nettoyage et maintenance



11. Uniquement les cuves avec DN200 : Retirer le joint torique du bord supérieur de l'enveloppe.



12. Uniquement les cuves avec DN 200 : retirer le morceau de tuyau en silicone fixé au trop-plein de l'enveloppe de la cuve pour protéger l'olive en verre.

13. Nettoyer la cuve et les pièces détachées.

10.4 Nettoyer et stocker les pièces

La procédure décrite ici s'applique aux pièces suivantes :

- Cuve
- Condenseur de gaz sortie
- Accessoires comme les bouchons, diffuseur de gaz, tubes plongeants, inserts d'ajout, etc.
- Flacons de réactif
- Couvercle de cuve, en tenant compte des particularités

Particularités pour le nettoyage du couvercle

- Ne pas déposer le couvercle sur l'arbre d'agitation (si ne pas démonté).
- Ne jamais démonter le moyeu d'entraînement et le joint mécanique d'étanchéité ! Le démontage seulement laisser exécuter par le personnel qualifié.
- Ne **jamais** laver le couvercle de la cuve dans le lave-vaisselle !

Nettoyage et maintenance



PRECAUTION

Le joint mécanique d'étanchéité est délicat. L'eau ou le détergeant ne doit pas y rentrer pendant le nettoyage et le tuyau en silicone en deux parties au bout du moyeu d'entraînement ne doit jamais être retiré.



INFORMATION

Le nettoyage des sondes, des tuyaux et des têtes de pompes, ainsi que de l'appareil de base est décrit dans des chapitres séparés.

Pour le nettoyage, procéder comme suit :

Procédure

1. Nettoyer les pièces avec de l'eau distillée et une éponge douce ou dans le lave-vaisselle.
Veiller à ce que les dépôts présents dans des tubes plongeants et le condenseur de gaz soient éliminés. Le cas échéant, utiliser 0,1 N de soude caustique, puis de l'eau distillée. Voir à ce propos le chapitre « Nettoyer la cuve de culture ».
2. Sécher toutes les pièces, y compris l'intérieur des tubes plongeants et du diffuseur de gaz, ainsi que le condenseur de gaz de sortie et ses tuyaux arrivée et sortie d'eau.
3. Vérifier que tous les joints toriques ne sont pas fissurés ou endommagés. Remplacer au besoin.
4. Stocker la cuve, le couvercle et les accessoires dans un endroit propre, sec et à l'abri de tout risque d'endommagement (p. ex. chute) ou, le cas échéant, les préparer pour la prochaine culture.

10.5 Nettoyer les sondes

À part les sondes antimousse et les sondes niveau, toutes les sondes sont nettoyées et entretenues conformément aux consignes du fabricant de la sonde correspondante.

Procédure

1. Nettoyer les sondes conformément aux consignes du fabricant.
2. Préparer les sondes pour la prochaine culture ou, le cas échéant, les entretenir et/ou les stocker conformément aux indications du fabricant.

Nettoyage et maintenance**10.6 Nettoyer les tuyaux et les têtes de pompe**

Pour nettoyer les tuyaux de réactif et les têtes de pompe, procéder de la manière suivante :

Procédure

1. Rincer soigneusement à l'eau les tuyaux ainsi que les têtes de pompes.
2. Sécher soigneusement tous les tuyaux, en soufflant éventuellement dessus avec de l'air comprimé propre.

**INFORMATION**

Ne jamais désassembler les têtes de pompes, afin d'éviter tout dommage. Toujours remplacer une tête de pompe endommagée avec le tuyau de la pompe et vice versa-

10.7 Nettoyer le Super Safe Sampler**PRECAUTION**

L'utilisation de détergents inappropriés (tels que p. ex. des acides, des bases ou des solvants) ou de méthodes de nettoyage inadéquates peut endommager le système de prélèvement.

- Utiliser exclusivement de l'eau ou de l'eau savonneuse douce pour le nettoyage.
- Le filtre stérile doit rester sec en permanence.

Pour nettoyer le système de prélèvement d'échantillons, procéder de la manière suivante :

Procédure

1. Remplir la cuve de culture d'eau ou d'eau savonneuse douce.
Ou : Retirer le tuyau de prélèvement du tube plongeur et le plonger dans un récipient, tel qu'un bécher, contenant de l'eau ou de l'eau savonneuse.
2. Enfoncer la seringue sur la vanne automatique et tirer le piston pour rincer le système de prélèvement d'échantillons.
Si de l'eau savonneuse est utilisée :
3. Rincer ensuite soigneusement le système de prélèvement à l'eau.

Nettoyage et maintenance



INFORMATION

Si le protocole d'essai prévoit l'élimination de la solution de culture par autoclavage de la cuve de culture après la culture, les vannes du système de prélèvement peuvent devenir collantes en raison des résidus de solution de culture. Dans ce cas, il est préférable d'autoclaver le système de prélèvement séparément dans un bécher et à l'eau (tuyaux remplis d'eau, filtres retirés).

10.8 Nettoyer l'appareil de base et la console de commande

Pour nettoyer les surfaces de l'appareil de base et de la console de commande, procéder de la manière suivante :

Procédure

1. Mettre l'appareil hors tension à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.
2. Couper l'appareil de l'alimentation électrique.
3. Essuyer les surfaces à l'aide d'un tissu humide.
Au besoin, les nettoyer à l'aide d'un désinfectant approprié.
4. Nettoyer l'écran avec un chiffon adapté aux écrans d'ordinateur ou aux ordinateurs portables.

10.9 Plan de maintenance



AVERTISSEMENT

Le non respect du plan de maintenance comporte des risques considérables.

Le respect du plan de maintenance est de la responsabilité de l'utilisateur, son non respect entraîne l'exclusion de responsabilité (voir Conditions Générales).

Les rubriques ci-après décrivent les travaux de maintenance indispensables pour assurer l'utilisation optimale et sans dysfonctionnement de l'appareil.

Si une usure importante est constatée lors des contrôles de routine, rapprocher les intervalles de maintenance autant que les signes d'usure observés le nécessitent.

Pour toute question relative aux travaux et à la périodicité de maintenance, contacter le fabricant.

Nettoyage et maintenance

A effectuer par l'opérateur

Intervalle	Travail de maintenance
Avant chaque culture	Vérifier tous les tuyaux et conduites, remplacer les tuyaux le cas échéant. Les tuyaux d'alimentation sont à remplacer par du personnel qualifié.
	Vérifier si les câbles sont endommagés ou pliés.
	Vérifier tous les joints toriques et joints. Au besoin, les remplacer.
	Vérifier l'intégrité des parties en verre (cuve, flacons de réactif). Au besoin, les remplacer.
	Vérifier les filtres. Au besoin les remplacer. Remplacer le filtre de gaz de sortie.
	Au besoin, étalonner les sondes.
	Vérifier la lubrification du joint mécanique d'étanchéité, le lubrifier le cas échéant.
Après chaque culture	Autoclaver et nettoyer la cuve de culture et les accessoires.
Au besoin	Nettoyer l'appareil de base et la console de commande.
	Détartre l'appareil via la double enveloppe de la cuve.

A effectuer par du personnel qualifié

Intervalle	Travail de maintenance
Tous les 6 mois	Vérifier la fonctionnalité des lignes de mesure (température, pH, etc.), utiliser un simulateur si possible.
Au besoin	Remplacer les tuyaux d'alimentation.

A effectuer par l'opérateur, SEULEMENT APRES CONSULTATION AVEC LE FABRICANT !

Intervalle	Travail de maintenance
Au besoin	Détartre l'appareil.

A effectuer par un technicien du service après-vente INFORS HT

Intervalle	Travail de maintenance
Annuellement (recommandation)	Maintenance complète de l'appareil.

Nettoyage et maintenance

10.10 Lubrifier le joint mécanique d'étanchéité

Le tuyau en silicone en deux parties sur le fond du moyeu d'entraînement du couvercle doit toujours être rempli de liquide (glycérine, pour des informations détaillées voir chapitre principal « Données techniques », chapitre « Matériaux ») pour garantir la lubrification du joint mécanique d'étanchéité.




PRECAUTION

Risque de dommages matériels si le joint mécanique d'étanchéité non lubrifié !

Un joint mécanique d'étanchéité non lubrifié sera détruit s'il tourne à sec.

Pour la lubrification procéder comme suit :

Procédure



1. Retirer la partie longue du tuyau de l'accouplement de la partie courte du tuyau.

2. Remplir une seringue de glycérine et insérer la seringue dans l'embout de tuyau ouvert.
3. Injecter la glycérine dans le tuyau.
4. Enficher la partie longue du tuyau sur l'accouplement de la partie courte du tuyau.

Le cas échéant, essuyer la glycérine qui aura coulé à l'aide d'un chiffon.

Nettoyage et maintenance

10.11 Détartrer l'appareil

Les dépôts de calcaire peuvent bloquer des composants, des tuyaux ou des vannes dans l'appareil de base. Si des anomalies correspondantes du système de régulation thermique se produisent, il peut être nécessaire de détartrer l'appareil soigneusement. Cependant, il faut observer les points suivants avant de commencer :

**PRECAUTION**

Un détartrage incorrect de l'appareil peut entraîner des dommages matériels.

Détartrer l'appareil **UNIQUEMENT APRÈS CONSULTATION** du fabricant ou du revendeur agréé !

**INFORMATION**

Un verre laiteux et trouble de l'enveloppe de la cuve peut être un indicateur de dépôts de calcaire dans l'appareil. Ici un détartrage simple, par l'enveloppe de la cuve, peut d'abord être effectué et peut être suffisant. Pour plus d'informations, voir le chapitre « Détartrer l'appareil par l'enveloppe de la cuve ».

- Respecter la pression d'entrée spécifiée dans le chapitre « Données techniques ».
- Pour chauffer l'agent détartrant et le pomper dans l'appareil de base, utiliser un refroidisseur ou un bain-marie et une pompe externe.
- Pendant le détartrage, l'agent détartrant coule dans un circuit entre l'appareil de base et le refroidisseur/bain-marie.
- Utiliser de l'acide amidosulfonique sous forme liquide comme détartrant.

**PRECAUTION**

L'acide amidosulfonique peut cristalliser en cas de surdosage et entraîner des dégâts matériels !

Lors de la préparation du liquide détartrant, respecter les informations du fabricant pour le dosage correct et suivre ses instructions pour l'utilisation !

- Pour le mélange, prévoir 5 litres d'eau plus la capacité du bain-marie/refroidisseur, y compris les tuyaux.

Nettoyage et maintenance

Pour le détartrage, procéder comme suit :

Procédure

1. Si présent, monter le condenseur de gaz de sortie et le raccorder à l'appareil de base.
2. Raccorder la cuve de culture à l'appareil de base.
3. Faire écouler l'eau de la sortie d'eau de l'appareil de base.
4. Verser le liquide détartrant préparé dans le refroidisseur/le bain-marie.
5. Raccorder le refroidisseur ou le bain-marie à l'appareil de base avec des tuyaux à l'entrée et à la sortie d'eau.
6. Pour ouvrir les vannes correspondantes dans l'appareil de base, régler la température à 5 °C (refroidissement) sur la console de commande.
7. Régler le refroidisseur/le bain-marie sur 20 °C à 40 °C.
8. Allumer la pompe au niveau du refroidisseur/bain-marie.
9. Laisser s'écouler l'agent détartrant dans l'appareil pendant une heure.
10. Raccorder le tuyau d'entrée d'eau de l'appareil de base sur l'eau de la ville.
11. Suspendre la sortie d'eau de l'appareil de base dans l'évacuation de l'eau.
12. Rincer l'appareil pendant une heure.

10.12 Détartre l'appareil par l'enveloppe de la cuve

De l'eau un liquide laiteux ou trouble dans la l'enveloppe de la cuve peut être un signe de dépôts de calcaire dans l'appareil. Une première mesure possible est le détartrage simple par l'enveloppe de la cuve.

En cas des anomalies dans le système de régulation thermique après ce détartrage, il peut être nécessaire de détartrer l'appareil en profondeur. Voir chapitre « Détartre l'appareil » pour la description en détail.

Avant de commencer le détartrage par l'enveloppe de la cuve, préparer les outils suivants et tenir compte des informations suivantes :

- Utiliser un entonnoir et une pièce de tuyau pour le raccordement au trop-plein d'eau de l'enveloppe de la cuve.
- Respecter la pression d'entrée spécifiée dans le chapitre « Données techniques ».

Nettoyage et maintenance

- Utiliser de l'acide amidosulfonique sous forme liquide comme détartrant.

**PRECAUTION**

L'acide amidosulfonique peut cristalliser en cas de surdosage et entraîner des dégâts matériels !

Lors de la préparation du liquide détartrant, respecter les informations du fabricant pour le dosage correct et suivre ses instructions pour l'utilisation !

- Préparer un mélange avec 5 litres d'eau. Cette quantité de liquide couvre en tout cas tous les volumes de l'enveloppe de la cuve et inclut le volume de l'unité de régulation thermique dans l'appareil de base.

Pour le détartrage, procéder comme suit :

Procédure

1. Retirer le tuyau du trop-plein d'eau de l'enveloppe de la cuve et vider complètement l'enveloppe de la cuve.
2. Enficher la pièce de tuyau avec l'entonnoir sur le trop-plein d'eau de l'enveloppe de la cuve.
3. Remplir le liquide détartrant préparé dans l'enveloppe de la cuve.
4. Enlever la pièce de tuyau avec l'entonnoir et remettre le tuyau du trop-plein d'eau de l'enveloppe de la cuve.
5. Raccorder la cuve à l'appareil de base.
6. Remplir totalement l'enveloppe de la cuve d'eau.
7. Maintenir la température de la cuve à 50 °C pendant une heure.
8. Abaisser la température et rincer soigneusement l'enveloppe de la cuve à l'aide d'eau de refroidissement.

Anomalies

11 Anomalies

Ce chapitre décrit les causes possibles des éventuelles anomalies, ainsi que les travaux nécessaires pour les corriger. Si une anomalie survient à plusieurs reprises, rapprocher les intervalles de maintenance en fonction de l'utilisation réelle. Si une anomalie ne peut pas être corrigée à l'aide des consignes ci-après, contacter le fabricant ou le revendeur agréé.

11.1 Anomalies appareil de base et console de commande

Anomalie		
L'appareil ne fonctionne pas, l'interrupteur d'alimentation n'est pas allumé, l'écran n'affiche rien.		
Cause possible	Dépannage	Par
L'appareil n'est pas mis sous tension	Mettre l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur d'alimentation	Opérateur
L'alimentation électrique est interrompue	■ Vérifier que les connecteurs sont correctement branchés. ■ Vérifier le raccordement au secteur	Opérateur
Fusible de l'appareil est défectueux	Remplacer le fusible. Si l'anomalie se reproduit plusieurs fois, contacter le représentant INFORS HT.	Opérateur

Anomalie		
L'interrupteur d'alimentation est allumé, l'écran n'affiche rien.		
Cause possible	Dépannage	Par
Moniteur de la console de commande est mis hors tension.	Appuyer sur le bouton MARCHE / ARRET du moniteur.	Opérateur
Câble d'alimentation électrique de la console de commande n'est pas raccordé.	Raccorder le câble d'alimentation électrique à la prise DC sur la console de commande.	Opérateur

Anomalie		
Pas de la communication entre l'appareil et la console de commande.		
Cause Possible	Dépannage	Par
Câble de l'écran n'est pas raccordé.	Raccorder le câble de l'écran : enficher la fiche ronde dans la prise COM1 sur la console de commande. Enficher la fiche plate dans une des deux prises iDDC-Bus au verso de l'appareil de base.	Opérateur

Anomalies

11.2 Anomalies système d'entraînement

Anomalie		
Le système d'agitation ne démarre pas		
Cause possible	Dépannage	Par
Le paramètre <i>Stirrer</i> n'est pas activé.	Activer le paramètre.	Opérateur
Valeur de consigne du paramètre <i>Stirrer</i> = 0.	Régler une valeur de consigne > 0.	Opérateur
Le paramètre pO_2 est activé et réglé sur la régulation de l'oxygène via <i>Stirrer</i> (cascade).	Désactiver la cascade et tester la fonction via le paramètre <i>Stirrer</i> .	Opérateur

Anomalie		
La commande du moteur est instable, irrégulière ou s'arrête		
Cause possible	Dépannage	Par
Réglages PID du paramètre <i>Stirrer</i> ne sont pas corrects.	Remettre les réglages PID sur les valeurs standard !	Opérateur

Anomalie		
Bruits inhabituels lorsque le système d'agitation (<i>Stirrer</i>) est en marche		
Cause possible	Dépannage	Par
L'arbre d'agitation/les turbines est/sont en contact avec d'autres composants internes de la cuve.	Arrêter le bioréacteur et le système. Mettre l'appareil hors tension. Monter les composants correctement en tenant compte des exigences de sécurité internes.	Opérateur

Anomalies

11.3 Anomalies du système de régulation thermique

Anomalie		
Pas de régulation de température.		
Cause possible	Dépannage	Par
Le régulation de la température n'est pas activé.	Activer le paramètre <i>Temperature</i> .	Opérateur
Le paramètre <i>Stirrer</i> (système d'agitation) n'est pas activé et/ou valeur de consigne du paramètre = 0.	Activer le paramètre, régler la valeur de consigne > 0 si nécessaire.	Opérateur

Anomalie		
Pas de chauffage ou chauffage insuffisant		
Cause possible	Dépannage	Par
La circulation est gênée par un circuit non rempli ou la présence de bulles d'air dans le circuit.	Saisir une valeur de consigne faible au paramètre <i>Temperature</i> (température) pour ouvrir la vanne de refroidissement et remplir le circuit (audible), puis saisir une valeur de consigne plus élevée pour chauffer. Ouvrir totalement l'alimentation en eau de façon brève. S'assurer de la présence d'une pression d'alimentation suffisante au niveau de l'alimentation en eau, régler au besoin	Opérateur
Vanne de refroidissement bloquée en position ouverte.	Détartre l'appareil	Opérateur

Anomalie		
Pas de refroidissement ou refroidissement insuffisant		
Cause possible	Dépannage	Par
Pas d'arrivée d'eau ou arrivée insuffisante.	Vérifier l'alimentation en eau et ouvrir éventuellement le robinet d'alimentation.	Opérateur
La sonde température n'est pas insérée.	Introduire la sonde température dans le doigt de gant du couvercle de cuve.	Opérateur
<i>Neg Factor</i> (facteur négatif) des réglages PID (option <i>PID</i>) du paramètre <i>Temperature</i> (température) n'est pas correct.	Contrôler le facteur négatif : sa valeur doit être positive. Corriger la valeur du facteur négatif au besoin.	Opérateur

Anomalies

Anomalie		
Variations de température		
Cause possible	Dépannage	Par
Mauvaise configuration PID (option <i>PID</i>) du paramètre <i>Temperature</i> (température).	Vérifier les réglages PID et les corriger au besoin. En particulier <i>Prop. Term</i> (facteur proportionnel).	Opérateur

11.4 Anomalies du système d'injection de gaz

Anomalie		
Pas d'injection de gaz / bulles d'air dans la cuve de culture.		
Cause possible	Dépannage	Par
L'alimentation de gaz côté bâtiment est coupée.	Arrêter le bioréacteur. Vérifier l'alimentation de gaz côté bâtiment. L'ouvrir le cas échéant.	Opérateur
Dépendent de la configuration présente du système d'injection de gaz :		
Rotamètre(s) n'est pas / ne sont pas ouvert(s).	Prudemment et lentement ouvrir le(s) vanne(s) du/des rotamètre(s).	Opérateur
Et/ou : La/les paramètre(s) <i>Flow</i> est/ne sont pas activés.	Et/ou : Activer la/le paramètre(s) <i>Flow</i> .	
Et/ou : Valeur(s) de consigne au(x) paramètre(s) <i>Flow</i> = 0. Ou : les paramètres <i>GM Flow</i> = 0 et/ou <i>GasMix</i> ne sont pas activés.	Et/ou : régler la valeur de consigne au(x) paramètre(s) <i>Flow</i> > 0. Ou : régler le paramètre <i>GM Flow</i> > 0 et activer <i>GasMix</i> .	
Les lignes de tuyaux entre l'appareil de base et la cuve de culture sont pliées ou pincées.	Vérifier si le(s) tuyau(x) est / sont pincé(s). Le cas échéant, ouvrir la(les) pince(s) pour tuyaux souples. Vérifier l'absence de pincements sur le(s) tuyau(x). Le cas échéant, en poser un neuf ou en remplacer un en respectant les consignes de stérilisation.	Opérateur
Filtre d'entrée d'air bouché.	Remplacer le filtre d'entrée d'air dans des conditions stériles.	Opérateur

Anomalies

Anomalie

La vitesse d'injection de gaz souhaitée n'est pas atteinte.

Cause possible	Dépannage	Par
Trous bouchés sur le diffuseur de gaz.	Arrêter le bioréacteur, nettoyer le diffuseur de gaz.	Opérateur

Anomalie

Augmentation soudaine des pertes par évaporation dans la cuve de culture.

Cause possible	Dépannage	Par
Le condenseur des gaz de sortie ne refroidit pas. Vanne pour débit d'eau fermée.	Ouvrir la vanne.	Opérateur
Le condenseur des gaz de sortie ne refroidit pas, le paramètre <i>Temperature</i> est activé.	Vérifier l'alimentation en eau du condenseur de gaz de sortie. Le cas échéant la rétablir. Appareil de base est entartré. Détartrer l'appareil le cas échéant.	Opérateur

11.5 Anomalies régulation du pH

Anomalie

Pas d'affichage du pH ou affichage erroné. Systèmes de mesure numériques : Message d'erreur ERROR au lieu de la valeur réelle.

Cause possible	Dépannage	Par
Le câble de la sonde n'est pas ou mal raccordé.	Raccorder correctement le câble de la sonde.	Opérateur
<u>Système de mesure analogique</u> : La fonction <i>Temp. Compens.</i> (compensation thermique) est désactivé.	Activer la fonction dans l'option <i>Setpoint</i> du paramètre <i>pH</i> .	Opérateur
Dérive du pH pendant une longue culture	Réétalonner le pH avec des valeurs de mesure externes ou effectuer un étalonnage du produit.	Opérateur
La sonde pH est défectueuse.	Tester l'étalonnage avec un tampon pH 4 et pH 7. <u>Systèmes de mesure numériques</u> : Tenir compte du message d'erreur lors de l'appel du menu d'étalonnage (<i>Show Sensor Status</i>). Au besoin, régénérer ou remplacer la sonde en question. Consulter la documentation du fabricant de la sonde !	Opérateur

Anomalies

Anomalie		
Aucune régulation du pH		
Cause possible	Dépannage	Par
Le paramètre <i>pH</i> n'est pas activé.	Activer le paramètre.	Opérateur
Réglage incorrect de la zone morte	Vérifier la zone morte (<i>Dead Band</i> dans l'option de paramètre <i>PID</i>) : désactiver ou régler sur une valeur basse.	Opérateur
Pas d'ajout de réactif (acide et base)	Vérifier les flacons de réactif : au besoin, les remplir. Vérifier si les flacons de réactif et la cuve sont bien raccordés : au besoin, les raccorder correctement. au besoin, ouvrir les pinces pour tuyaux souples.	Opérateur
La/les pompe(s) (base/acide) ne fonctionne(nt) pas correctement.	Vérifier le fonctionnement de la/des pompe(s) (acide = <i>Acid</i> , base = <i>Base</i>) à l'aide des interrupteurs à bascule des pompes.	Opérateur
Tuyau de pompe endommagé	Remplacer la tête de pompe.	Opérateur
Type de tuyau de pompe est inadéquat.	Vérifier le type tuyau de pompe. Le cas échéant, changer le tuyau.	Opérateur

Anomalie		
Le pH fluctue ou des acides et des bases sont ajoutés en continu et par intermittence.		
Cause possible	Dépannage	Par
Réglages PID erronés dans le paramètre <i>pH</i> .	Vérifier les réglages PID (option de paramètre <i>PID</i>) et les corriger, le cas échéant. Modifier le facteur proportionnel spécial (<i>Prop. Term</i>) ou le réglage <i>Zone morte</i> .	Opérateur
Concentration incorrecte de l'agent correcteur : concentration trop basse ou trop élevée.	Vérifier la concentration de réactif. Au besoin, l'ajuster : 0,1 mol à 2,0 mol.	Opérateur

Anomalies

11.6 Anomalies régulation du pO₂

Anomalie		
Pas d'affichage du pO ₂ ou affichage incorrect. Systèmes de mesure numériques : message d'erreur ER-ROR au lieu de la valeur réelle.		
Cause possible	Dépannage	Par
Le câble de la sonde n'est pas ou mal raccordé.	Raccorder correctement le câble de la sonde.	Opérateur
<u>Système de mesure analogique :</u> La sonde pO ₂ n'est pas polarisée.	Polariser la sonde pO ₂ .	Opérateur
Sonde pO ₂ défectueuse.	Contrôler l'étalonnage. <u>Systèmes de mesure numériques</u> : Tenir compte du/des message(s) d'erreur lors de l'appel du menu d'étalonnage (<i>Show Sensor Status</i>). Au besoin, remplacer la sonde pO ₂ . Consulter la documentation du fabricant de la sonde !	Opérateur

Anomalie		
Aucune régulation du pO ₂ .		
Cause possible	Dépannage	Par
Le paramètre pO ₂ et/ou les paramètres en cascade ne sont pas activés.	Activer les paramètres.	Opérateur
Mauvais réglages des cascades.	Vérifier les réglages des cascades et les modifier le cas échéant.	Opérateur
Pas d'arrivée de gaz dans la cuve de culture.	Voir les anomalies du système d'injection de gaz.	Opérateur

Anomalie		
Régulation du pO ₂ instable.		
Cause possible	Dépannage	Par
Réglages PID erronés dans le paramètre pO ₂ .	Vérifier les réglages de l'option <i>PID</i> du paramètre et les corriger, le cas échéant. Facteur proportionnel spécial (<i>Prop. Term</i>) et zone morte (<i>Dead Band</i>). Valeur dans la zone morte doit être 0 (zéro).	Opérateur

Anomalies

11.7 Anomalies sonde antimousse ou niveau et pompe antimousse

Anomalie		
La mousse / le milieu de culture n'est pas détecté.		
Cause possible	Dépannage	Par
La sonde n'est pas correctement raccordée.	Vérifier les ports et les branchements. Au besoin, corriger les ports.	Opérateur

Anomalie		
De la mousse/du milieu de culture est fréquemment ou constamment détecté.		
Cause possible	Dépannage	Par
L'isolation de la sonde est endommagée.	Faire remplacer l'isolation de la sonde. Pour ce faire, contacter représentant INFORS HT.	Technicien du service après-vente INFORS HT

Anomalie		
La pompe antimousse n'est pas en marche.		
Cause possible	Dépannage	Par
Le paramètre antimousse (<i>Antifoam</i>) n'est pas activé.	Activer le paramètre.	Opérateur
La durée de dosage (<i>Dose time</i>) du paramètre antimousse (<i>Antifoam</i>) = 0	Régler la durée de dosage > 0 (zéro).	Opérateur

Anomalie		
Pas d'arrivée d'antimousse ou de milieu de culture ou arrivée insuffisante.		
Cause possible	Dépannage	Par
Flacon de réactif vide.	Au besoin, remplir.	Opérateur
Agent antimousse incorrect ou concentration incorrecte.	Au besoin, le remplacer.	Opérateur
Tuyau bloqué ou coincé.	Vérifier le tuyau entre le flacon de réactif et la cuve de culture : au besoin, les raccorder correctement. Au besoin, ouvrir/enlever les pinces pour tuyaux souples.	Opérateur
La pompe antimousse (<i>Antifoam</i>) ne fonctionne pas.	Vérifier le fonctionnement de la pompe à l'aide de l'interrupteur à bascule.	Opérateur
Tuyau de pompe endommagé.	Remplacer la tête de pompe.	Opérateur
Type de tuyau de pompe est inadéquat.	Le cas échéant, changer de tuyaux.	Opérateur

Anomalies

11.8 Anomalies Feed (ajout de substrat) et pompe

Anomalie		
Pas d'ajout ou ajout insuffisant.		
Cause possible	Dépannage	Par
Le paramètre <i>Feed</i> n'est pas activé.	Activer le paramètre.	Opérateur
Valeur de consigne du paramètre <i>Feed</i> = 0 (zéro).	Régler une valeur de consigne > 0 (zéro).	Opérateur
Flacon de réactif vide.	Au besoin, remplir.	Opérateur
Tuyau bloqué ou coincé.	Vérifier le tuyau entre le flacon de réactif et la cuve de culture : au besoin, les raccorder correctement. Au besoin, ouvrir/enlever les pinces pour tuyaux souples.	Opérateur
La pompe <i>Feed</i> ne fonctionne pas.	Vérifier le fonctionnement de la pompe à l'aide de l'interrupteur à bascule.	Opérateur
Tuyau de pompe endommagé.	Remplacer la tête de pompe.	Opérateur
Type de tuyau de pompe est inadéquat.	Le cas échéant, changer de tuyaux.	Opérateur

11.9 Remplacer un fusible de l'appareil




INFORMATION

Les fusibles de l'appareil ne doivent être remplacés que par des fusibles de la même intensité. Pour plus d'informations sur les exigences en matière de fusibles voir le chapitre principal « Données Techniques », chapitre « Valeurs de raccordement », « Electrique ».

Pour remplacer un fusible défectueux, procéder comme suit :

Procédure



1. Mettre l'appareil hors tension et débrancher la fiche secteur.
2. Déverrouiller l'emplacement pour les fusibles en pressant les deux languettes et en les tirants en même temps.
3. Retirer le fusible défectueux.
4. Insérer un nouveau fusible avec l'ampérage correct.
5. Faire glisser le compartiment dans l'ouverture tout au fond, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
6. Rétablir l'alimentation électrique de l'appareil.

11.10 Comportement de l'appareil en cas d'interruption de courant

Si l'alimentation électrique de l'appareil est interrompue pendant un processus de culture en cours (par exemple en utilisant l'interrupteur d'alimentation ou en cas de panne de courant), toutes les valeurs de consigne des paramètres restent enregistrées.

Après le rétablissement de l'alimentation électrique, un processus de culture interrompu est automatiquement poursuivi avec les dernières valeurs de consigne enregistrées.

Le fait qu'une interruption de courant se soit produite est indiqué par l'alarme du système *Restart after power failure* (Redémarrage après une panne de courant). Toutefois, la durée de l'événement ne peut être déterminée à partir de l'alarme.

11.11 Retour pour réparation

Si, après avis du SAV du fabricant, il s'avère qu'une panne ne peut pas être réparée sur place, l'exploitant doit renvoyer l'appareil en réparation chez le fabricant.



INFORMATION

Lors du retour de l'appareil, les pièces ou les accessoires pour la réparation, il est nécessaire pour la sécurité de toutes les personnes impliquées et exigé par la loi qu'une déclaration de décontamination juridiquement. Voir les détails au chapitre principal « Sécurité et responsabilité », chapitre « Déclaration de conformité ».

Élimination

12 Élimination

À la fin de la durée de vie de l'appareil, celui-ci doit être démonté et éliminé en accord avec les réglementations relatives à la protection de l'environnement.

Si aucune disposition spécifique n'est convenue pour la reprise, les appareils INFORS HT peuvent être retournés au fabricant ou au revendeur agréé avec la déclaration de décontamination. Voir les détails au chapitre principal « Sécurité et responsabilité », chapitre « Déclaration de conformité ».



AVERTISSEMENT

Les déchets électriques et électroniques, les lubrifiants et les autres adjuvants sont considérés comme des déchets dangereux et doivent être éliminés uniquement par une entreprise spécialisée agréée !




Consignes d'élimination selon la directive DEEE (2012/19/UE)

Conformément à la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), l'appareil est marqué du symbole représentant une poubelle barrée sur roues. Ce symbole indique que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin d'éviter tout dommage environnemental et tout risque pour la santé résultant d'une élimination inappropriée, l'appareil doit être remis à la fin de sa durée de vie à un centre de collecte séparée pour les appareils électriques et électroniques.


13 Données techniques

13.1 Dimensions 1 appareil



- A gauche : appareil avec console de commande, 2 unités d'injection de gaz, 5 pompes, plaque de support et de rétention standard
- Au milieu : même appareil vue de côté
- A droite : appareil de satellite, 4 unités d'injection de gaz, 5 pompes, plaque de support et de rétention standard


Données techniques



Dimensions en mm

- A gauche : appareil avec 2 unités d'injection de gaz, plaque de support et de rétention standard
- A droite : appareil avec 4 unités d'injection de gaz, plaque de support et de rétention cuves de DN200

13.2 Dimensions appareil principal et appareils satellites




- En haut : 6 appareils avec 4 unités d'injection de gaz, 5 pompes, plaque de support et rétention standard
- En bas : 6 appareils avec 4 unités d'injection de gaz, 5 pompes, plaque de support et rétention cuves de DN200

Données techniques

13.3 Dimensions cuves de culture dans support de cuve

Vue de dessus




Les figures montrent la cuve de culture de dessus avec condenseur de gaz de sortie standard et pivotant aussi bien qu'avec et sans support de flacons de réactif et de pompes.

Ø	Volume total (l) & diamètre nominal des cuves (mm)			
	2 / 115	3,6 / 115	7,5 / 150	13 / 200
	Dimensions en mm			
D1	330	330	335	365
D2	300	300	320	365
D3	340	340	355	420
D4	365	365	380	435

Données techniques

Vue de côté



Les figures montrent la cuve de culture avec condenseur de gaz de sortie standard (à gauche) et avec condenseur de gaz pivotant (à droite), les deux avec support de flacons de réactif et de pompes.

Ø et hauteur	Volume total (l) & diamètre nominal des cuves (mm)			
	2,0 / 115	3,6 / 115	7,5 / 150	13 / 200
	Dimensions en mm			
D1	250	250	250	290
H1	373	538	635	616
H2	453	618	717	700
H3	514	679	776	760

Données techniques

13.4 Poids (net)

Indication	Valeur	Unité
Appareil de base	25	kg
Console de commande à écran tactile	5	kg

Cuves de culture

Volume total l	Diamètre nominal mm	Poids kg ¹⁾
2,0	115	10
3,6	115	12
7,5	150	18
13,0	200	22

¹⁾ Poids net des cuves de culture en état de livraison (équipé des composants de montage standard)

13.5 Valeurs de raccordement

13.5.1 Électrique

Indication	Type 230 V	Type 115 V	Unité
	Valeur		
Tension	230	115	V
Plage de fréquences	50 / 60	60	Hz
Intensité max.	4	8	A
Fusibles (5 x 20 mm, à action retardée)	4	8	A

Données techniques

13.5.2 ARRIVEE eau

Indication	Valeur	Unité
Pression de raccordement	2 ± 1	bar
Température en entrée	10 à 20	°C
Raccordement : Diamètre extérieur de la tétine pour tuyau	8,3	mm
Débit max. refroidissement cuve	1,6	l/min
Débit max. refroidissement condenseur de gaz de sortie	1,6	l/min
Qualité de l'eau	« très douce » ou « douce » (concentration de CaCO ₃ 0 mmol l ⁻¹ à 1,5 mmol l ⁻¹)	



INFORMATION

Le système de chauffage possède une protection contre le manque d'eau reposant sur la mesure de la conductivité. Le chauffage ne fonctionne pas correctement avec de l'eau déminéralisée ou distillée comme liquide de refroidissement !

13.5.3 SORTIE eau

Indication	Valeur	Unité
Pression de raccordement	Pas de contre-pression	
Température	Jusqu'à 80	°C
Raccordement : Diamètre extérieur de la tétine pour tuyau	10	mm

13.5.4 ENTREE gaz

Indication	Valeur	Unité
Pression de raccordement	2 ± 0,5	bar
Raccordement : Diamètre extérieur de la tétine pour tuyau	7	mm
Qualité des gaz, en général	Propre, sec, exempt d'huile et de poussière	
Qualité d'air comprimé recommandée	Classe 1.2.1 selon norme DIN ISO 8573-1	

Données techniques

13.5.5 SORTIE gaz

Indication	Valeur	Unité
Pas de contre-pression	Pas de contre-pression	
Raccordement : Diamètre extérieur de la tétine pour tuyau	8	mm

13.6 Spécifications

13.6.1 Console de commande

Indication	Valeur
HMI	Écran tactile couleur 15,6"
Protection	IP 66

13.6.2 Cuves de culture

Généralités	
Forme	Cylindrique à fond arrondi
Modèle	Double enveloppe
Matériau cuve en verre	Verre borosilicate
Matériau couvercle et composants de montage	AISI 316L, poli par électrolyse
Matériau joints torique (en contact avec produit)	EPDM

Tailles de cuves				
VT ¹⁾	VU max. ²⁾	VU min. ³⁾	DN ⁴⁾ mm	Hauteur mm
2	1,2	0,5	115	205
3,6	2,3	0,5	115	370
7,5	5	1	150	465
13	10	2,2	200	445

¹⁾ Volume total en litres

²⁾ Volume utile min. en litre

³⁾ Volume utile max. en litres

⁴⁾ Diamètre nominal = diamètre intérieure de la cuve

Données techniques

Ports dans couvercle de cuve

Diamètre	Filetage	Nombre par diamètre nominal de cuve		
		DN 115	DN 150	DN 200
10 mm	Sans	2	2	2
12 mm	Pg13,5	6	6	5
19 mm	Sans	2	3	6

13.6.3 Système d'agitation



Indication	Valeur
Entraînement	Arbre avec joint mécanique d'étanchéité
Moteur	Type : CC, sans balai Puissance nominale : 140 W Couple nominale : 0,4 Nm
Plage de vitesse de rotation avec 2 turbines (Standard)	Cuves DN 115 / 2 l et 3,6 l : 80 à 1500 min ⁻¹ Cuves DN 150 / 7,5 l : 80 min ⁻¹ à 1200 min ⁻¹ Cuves DN 200 / 13 l : 80 à 700 min ⁻¹
Plage de vitesse de rotation avec 3 turbines (Option)	Cuves DN 115 / 2 l et 3,6 l : 80 min ⁻¹ à 1500 min ⁻¹ Cuves DN 150 / 7,5 l : 80 min ⁻¹ à 1000 min ⁻¹ Cuves DN 200 / 13 l : 80 min ⁻¹ à 600 min ⁻¹
Précision mesure	± 5 min ⁻¹ pour ≤ 1000 min ⁻¹ 1 % valeur de consigne si > 1000 min ⁻¹
Précision régulation	≤ ± 5 min ⁻¹ pour ≤ 1000 min ⁻¹ ≤ 1 % valeur de consigne si > 1000 min ⁻¹
Sens de rotation	En sens antihoraire = rotation à gauche (Vue de dessus de la cuve)
Palier	Hors de la cuve, dans le moyeu d'entraînement

Données techniques



INFORMATION

Toutes les vitesses pour une viscosité similaire à celle de l'eau, sans aération. Livraison de cuves munies de 2 agitateurs par défaut. La vitesse maximale réglable sur la console de commande est prévue pour 2 turbines.



Turbines

Type / Nombre	Matériau
Turbine à disques (Rushton) avec 6 pales Standard : 2 pièces En option : 3 pièces	316L Acier inoxydable, poli par électrolyse

Cuves	A	B	C
2 l et 3,6 l / DN 115	46 mm	11 mm	11 mm
7,5 l / DN 150	54 mm	11 mm	11 mm
13 l / DN 200	70 mm	13 mm	19 mm

13.6.4 Système de régulation thermique

Indication	Valeur
Chauffage	Circulation de l'eau dans l'enveloppe de la cuve. Pompe et chauffage (500 W) intégré dans l'appareil de base
Refroidissement	Avec eau du robinet par circulation de l'eau dans l'enveloppe de la cuve. Option : avec cryostat à recirculation
Sonde (capteur)	Type : Pt100 1/3 DIN-B
Plage de mesure	0 °C à +145 °C
Plage de régulation	de 5 °C au-dessus de la température d'arrivée à 70 °C
Précision mesure et contrôle	± 0,3 °C à ≤ 60 °C ± 0,5 °C à > 60 °C

Données techniques

13.6.5 Injection de gaz

Généralités

Ajout de gaz	Diffuseur de gaz
Débit de gaz spécifique	2 min ⁻¹ ¹⁾
Gaz	Air / Air + O ₂ / Air + N ₂ / Air + O ₂ + N ₂ / CO ₂ ²⁾

¹⁾ Calculé pour le volume utile maximal.

²⁾ Optionnel pour régulation du pH via diffuseur de gaz

Stratégie d'injection de gaz variante « Basic »

Régulation débit de gaz	1 rotamètre
Précision rotamètre	± 5 %
Régulation mélange de gaz (si applicable)	1 électrovanne par gaz

Stratégie d'injection de gaz variantes « Standard » et « High End »

Contrôle débit de gaz	Standard	1 MFC ¹⁾
	High End	1 MFC par gaz
Précision débit de gaz	Mesure	± 1,5 % FS
	Contrôle	≤ ± 1,5 % FS
Contrôle mélange de gaz (si applicable)	Standard	1 électrovanne par gaz p
	High End	Via MFCs

¹⁾ Régulateur du débit massique

Plages de mesure MFC et des rotamètres en l min⁻¹

Cuve volume utile max.	Rotamètres « Basic »	MFC « Standard » et « High End »	MFC CO ₂ (régulation du pH)
1,2 l	0,25 à 2,4	0,025 à 2,5	0,012 à 1,2
2,3 l	0,3 à 4,7	0,05 à 5	0,023 à 2,3
5 l	0,5 à 11	0,1 à 10	0,5 à 5
10 l	1 à 22	0,2 à 20	0,1 à 10



INFORMATION

Les régulateurs du débit massique sont étalonnés par leur fabricant en usine dans des conditions standards, c'est-à-dire à

Données techniques

1,013 bar et 20 °C. C'est pourquoi le débit volumétrique pour chaque vitesse d'écoulement gazeux est indiqué en l min⁻¹.

13.6.6 Régulation antimousse

Indication	Valeur
Sonde	Conducteur avec aiguille de dosage, profondeur de montage réglable
Commande	Pompe péristaltique antimousse (<i>Anti-foam</i>)
Affichage	0 (pas de mousse) / 100 (mousse)

13.6.7 Régulation du pH

Indication	Valeur
Régulation	Pompes péristaltiques acide (Acid) et base (Base)
Plage de régulation	pH 2 à 12
Précision de mesure	pH $\pm$ 0,1

Variantes des systèmes de mesure

Système de mesure analogique

Sonde pH classique (mesure du potentiel par rapport à référence)

Variante METTLER	Type de sonde	405-DPAS-SC-K8S/120
	Plage de mesure	pH 2 à 12

Système de mesure numérique

Sonde pH classique (mesure du potentiel par rapport à référence) avec électronique intégrée

Variante HAMILTON	Type de sonde	Easyferm Plus ARC
	Plage de mesure	pH 0 à 14
Variante METTLER	Type de sonde	InPro 3253i, ISM
	Plage de mesure	pH 0 à 12

Données techniques



INFORMATION

Les sondes pH du type Easyferm Plus ARC sont préconfigurées par le fabricant d'appareil INFORS HT. Les sondes de rechange doivent être configurées de nouveau avant l'utilisation !

Pour plus de détails sur les caractéristiques techniques, l'utilisation et la maintenance des sondes pH, consulter la documentation séparée du fabricant de sondes correspondant.

13.6.8 Régulation du pO₂

Indication	Valeur
Régulation	Via cascade : vitesse de rotation, débit de gaz, mélange de gaz, addition d' O ₂ <i>La fonctionnalité des paramètres dépend de la configuration matérielle de l'appareil.</i>
Plage de régulation	0 %-sat é 100 %-sat
Précision de mesure	1 % FS

Variantes des systèmes de mesure

Système de mesure analogique

Sonde pO₂ ampérométrique / polarographique classique

Variante METTLER	Type de sonde	InPro 6820/25/080
	Plage de mesure	0 %-sat à 100 %-sat

Système de mesure numérique

Sonde pO₂ avec opto-électronique intégrée

Variante HAMILTON	Type de sonde	Visiferm RS485-ECS
	Plage de mesure	0 %-sat à 300 %-sat
Variante METTLER	Type de sonde	InPro6860i, ISM
	Plage de température autorisée	0 °C à 60 °C
	Plage de mesure	0 %-sat à 285 %-sat

Données techniques



INFORMATION

Les sondes pO₂ numériques sont préconfigurées par le fabricant d'appareil INFORS HT. Les sondes de rechange doivent être configurées de nouveau avant l'utilisation !

Pour plus de détails sur les caractéristiques techniques, l'utilisation et la maintenance des sondes pO₂, consulter la documentation séparée du fabricant de sondes correspondant.

13.6.9 Pompes

Indication	Valeur	
Type	Péristaltique	
Standard	Numérique	<i>Acid</i> (acid) <i>Base</i> (base) <i>Antifoam</i> (antimousse)
	Analogique	<i>Feed</i>
Vitesse	Digitale	74 min ⁻¹ / vitesse fixe
	Analogique	74 min ⁻¹ / vitesse max. vitesse réglable de 0 % à 100 %
Précision	± 1 % FS	

Tuyaux de pompes et débit

Indication	Valeur
Matériel	PharMed BPT
Standard	Diamètre intérieur : 1,0 mm Epaisseur : 1,1 mm Débit : 3,5 ml min ⁻¹
Option 1	Diamètre intérieur : 0,5 mm Epaisseur : 1,15 mm Débit : 1,2 ml min ⁻¹
Option 2	Diamètre intérieur : 2,5 mm Epaisseur : 1,0 mm Débit : 16,1 ml min ⁻¹
Débits	Toutes données à 74 min ⁻¹ (100 % vitesse)

Données techniques**13.7 Conditions de fonctionnement**

Indication	Valeur
Température ambiante	5 °C à 40 °C
Humidité relative de l'air, sans condensation	20 % à 90 %
Altitude site d'opération	max. 2000 m snm
Degré de pollution (selon EN 61010-1)	2
Distance minimale par rapport aux murs, au plafond et aux autres appareils	150 mm

13.8 Émissions

Indication	Valeur	Unité
Émission sonore	<70	dB (A)

13.9 Matériaux**Glycérine**

Glycérine est utilisée pour la lubrification du joint mécanique d'étanchéité. Produit autorisé :

- Glycérine médicinale, 85 %
- Qualité : PhEur

13.10 Adjuvants**Tampon pH**

Des tampons pH sont utilisés pour l'étalonnage des sondes pH. Des sachets de 250 ml sont disponibles pour les tampons suivants :

- pH 4,04
- pH 7,01

Déclaration de conformité

14 Déclaration de conformité

EG-Konformitätserklärung

EC-Declaration of conformity

Déclaration CE de conformité

INFORS HT

Infors AG, Headoffice, Switzerland
 Rittergasse 27, CH-4103 Bottmingen
 T +41 (0)61 425 77 00
 info@infors-ht.com, www.infors-ht.com

Gemäss der EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG, Anhang II 1 A

In accordance with directive on machinery 2006/42/EC, appendix II 1 A

D'après la directive relative aux machines 2006/42/CE 2006, annexe II 1 A

Hersteller Manufacturer Fabricant	Infors AG Rittergasse 27 CH-4103 Bottmingen
Bezeichnung Designation Désignation	Tischbioreaktor Bench-top bioreactor Bioreacteur de paillasse
Typ Type Type	Labfors 5
Ab Release From release A partir du version	alle Releases all releases toutes les versions
Ab Seriennummer From serial number A partir du numéro de série	S-000127197

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien

This device is in compliance with the essential requirements of directives

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles des directives

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG EMV-Richtlinie 2014/30/EU	Directive on machinery 2006/42/EC EMC directive 2014/30/EU	Directive relative aux machines 2006/42/CE Directive CEM 2014/30/UE
---	---	--

Aussteller Issuer Editeur	Bevollmächtigter für die technische Dokumentation Person authorised to compile the technical file Person autorisée à constituer le dossier technique
--	--


 CR
 C. Rutishauser
 Infors AG
 Rittergasse 27
 CH-4103 Bottmingen
 Anschrift
 Address
 Adresse

Konformitätsbeauftragter
 Representative for conformity
 Responsable de la conformité


 MH
 M. Heuschkel
 Chief Technology Officer
 Bottmingen, 16. Nov. 2021
 Ort, Datum
 Place, date
 Lieu, date

